	Pakiet 30 - Kaniule dożylne									
1.	Igła jednorazowego użytku o rozmiarach: 0,3 x 12 mm, 0,45/ 12 mm ; 0,45/ 16 mm ; 0,5/25 mm ; 0,6/ 25 mm 0,7/40 mm; 0,8/40 mm ; 0,9/ 40 mm sterylna x 100 szt.	op.	2500	3,40	8 500,00	8%	9 180,00	KD-FINE	900758,900383, 900673,900642, 900284,900260, 900192, 900130	KDM
2.	Igła jednorazowego użytku o rozmiarach : 1,1/40 mm 1,2/40 mm sterylna x 100 szt.	op.	2100	3,60	7 560,00	8%	8 164,80	KD-FINE	900109, 900062	KDM
3.	Koreczek do kaniuli dożylnej kompatybilny z kaniulami zaproponowanymi poniżej	szt./op.*	200000/ 2000op.	8,50	17 000,00	8%	18 360,00	Korek do wenflonów KD CAP	762530	KDM
4.	Kaniula do wkłuć żylnych z portem iniekcyjnym lub bez / do wyboru/ i skrzydełkami o rozmiarach zewnętrznych : 0,8-0,9 /25 mm(22 G) kolor niebieski –przepływ min. 35 ml/ min.; 1,0-1,1 /32-33 mm oraz 25 mm (20 G) kolor różowy –przepływ min. 60 ml/ min.;* 1,2-1,3 /40-45 mm oraz 32 mm (18 G) kolor zielony –przepływ min. 95 ml/ min.;* 1,4-1,5 /42-45 mm (17 G) kolor biały –przepływ min. 125 ml/ min.	szt.	68 000	0,45	30 600,00	8%	33 048,00	Wenflon KD-FIX lub KD-FIX MONO	762226M 762202M 777633M 762189M 769294M 762172M 766422M 766415M 777763M 766408M 777749M 766392M	KDM
5.	Kaniula do wkłuć żylnych z portem iniekcyjnym lub bez / do wyboru / i skrzydełkami o rozmiarach zewnętrznych : 0,8-0,9 /25 mm(22 G) kolor niebieski –przepływ min. 35 ml/ min.; 1,0-1,1 /32-33 mm (20 G) kolor różowy –przepływ min. 60 ml/ min.; 1,2-1,3 /40-45 mm(18 G) kolor zielony –przepływ min. 95 ml/ min.; 1,4-1,5 /42-45 mm (17 G) kolor biały –przepływ min. 135 ml/ min.	szt.	5 000	1,29	6 450,00	8%	6 966,00	Wenflon KD-FIX SAFETY lub KD-FIX SAFETY MONO	767221 767214 767207 767191 767542 767535 767528 767511	KDM
	Razem:				**70 110,00**		**75 718,80**			
	***zgodnie z dopuszczeniem**									
Asortyment w całym pakiecie winien pochodzić od jednego Producenta.										
	Wymagania do poz. 4 :									
	- zakończenie igły w kształcie litery V ,									
	- elastyczne , giętkie skrzydełka z obu stron kaniuli ,									
	kaniula wykonane z PUR/PTFE/FEP z paskami kontrastującymi pod RTG									
	- kaniula posiada filtr hydrofobowy lub zastawkę uniemożliwiającą wypływ krwi z komory kontrolnej ,									
	- opakowanie jednostkowe uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie blistra i utratę jałowości ,									
	- opakowanie jednostkowe zawiera informację dotyczącą materiału z jakiego wykonana jest kaniula , rozmiar kaniuli									
	/ długość i średnica/, przepływ w ml/min. , nazwę producenta , nr serii i datę ważności.									
	Wymagania do poz. 5 :									
	- podobnie jak dla poz. 2 dodatkowo kaniula posiada automatyczne zabezpieczenie ostrego końca igły chroniące przed									
	przypadkowym zakłuciem .									
	Pozostałe jak w pozycji 4									