

Zamawiający  
**Akademia Tarnowska**  
**ul. Mickiewicza 8**  
**33-100 Tarnów**

Tarnów, 23.10.2023 r.

**Do wszystkich Wykonawców  
ubiegających się o zamówienie**

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

**Dotyczy postępowania pn. „Dostawa drobnego i specjalistycznego sprzętu medycznego oraz środków medycznych dla Akademii Tarnowskiej” prowadzonego przez Akademię Tarnowską.  
Nr referencyjny: K-dzpz/382-18/2023.**

**Zamawiający Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) wraz z wyjaśnieniami:**

*Pytanie nr 1:*

Dotyczy cz. 7 defibrylator 1 szt. W. 31. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w 23 poziomów energii defibrylacji? W trakcie resuscytacji/defibrylacji pacjenta stosowane są 2, max. 3 wartości energii, zgodnie z protokołem defibrylacji.

*Odpowiedź na pytanie nr 1:*

*Tak, zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie*

*Pytanie nr 2:*

Dotyczy cz. 7 defibrylator 1 szt. W.33. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w trybie AED w aktualny protokół defibrylacji AED wyposażony w algorytm wykrywania arytmii do defibrylacji, bez wykrywania ruchów pacjenta? Algorytm ten można aktualizować w zależności od zmian PRC/ERC/AHA.

*Odpowiedź na pytanie nr 2:*

*Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ w tym zakresie.*

*Pytanie nr 3:*

Dotyczy cz. 7 defibrylator 1 szt. W.43. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w 5 poziomów wzmocnienia sygnału ekg oraz tryb autodopasowania wzmocnienia?

*Odpowiedź na pytanie nr 3:*

*Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ w tym zakresie.*

**Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ oraz są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.**

**Rektor Akademii Tarnowskiej  
dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni**

Otrzymują:

1x strona internetowa prowadzonego postępowania.

1x aa