

Tarnów, dnia 12.06.2020r.

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów

znak pisma: SWLOG-271.39. ²¹⁵⁹ /2020

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę : Implanty neurochirurgiczne, Stymulatory rdzenia, Zestawy, Zaciski, Klipsy, Zestaw do drenażu Zakres nr 1 do 35 dla Oddziału Neurochirurgii-Blok Operacyjny Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. ID344176

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.05.2020r. Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie : dotyczy : Pakiet 32.

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompy o cechach:
POMPA INFUZYJNA PROGRAMOWALNA:

- programowalny zakres przepływu: od 0,0 ml do 28,8 ml/dzień.
- precyzja dawki: $\pm 3\%$ niezależnie od temperatury, zmian ciśnienia i stanu baterii.
- objętość zbiornika: 20ml.
- trzon pompy: elastyczne silikonowe ramię (elastyczność 90°).
- odporność na przekłucia membrany 1000 razy
- możliwość wykonania MRI
- żywotność baterii pompy 10 lat, przy przepływie 25 ml/dzień z zachowaniem pełnej programowalności przez cały okres użytkowania?

CEWNIK DOOPONOWY:

- całkowita długość: 110,0 cm.
- nieprzezierna końcówka wolframowa: 3 mm dalszego zakończenia.
- możliwość docięcia cewnika do odpowiedniej długości.

TUNELIZATOR:

- tunelizator do użycia z cewnikiem o długości 110cm.

Odpowiedź: Nie. Brak zbiorników 40ml.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Anna Czech