

Środa Wielkopolska, dnia 12 września 2023 roku

ZP/21/23

Wyjaśnienia i modyfikacje treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), dalej: „ustawa” pn. „Dostawa łóżek szpitalnych, pediatrycznych i porodowych wraz z wyposażeniem do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

I

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2, 6 ustawy Zamawiający przedstawia pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Dotyczy część nr 1: Łóżka pediatryczne elektryczne z materacem – 10 szt.

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów w: Dział V. Opis przedmiotu Zamówienia w punkcie 6 dot. części nr 1 tj. W każdej części sprzęt, musi pochodzić od tego samego producenta na: W każdej części sprzęt, musi pochodzić od tego samego producenta z tym zastrzeżeniem, że dla części nr 1, Zamawiający dopuszcza, że łóżka i materace mogą pochodzić od różnych producentów, tj. łóżka od jednego producenta, a materace od tego samego producenta co łóżka lub innego producenta.

Wyjaśnienie Zamawiającego: W Specyfikacji Warunków Zamówienia, w dziale V, w punkcie 6 zapisano: 6. W każdej części sprzęt musi pochodzić od tego samego producenta.

Następnie w dniu 08 września br. Zamawiający zmodyfikował ten zapis nadając jemu treść: W każdej części sprzęt, musi pochodzić od tego samego producenta, z tym zastrzeżeniem, że dla części nr 3, Zamawiający dopuszcza, że łóżka i stoliki przyłóżkowe mogą pochodzić od różnych producentów, tj. łóżka od jednego producenta, a stoliki przyłóżkowe od tego samego producenta co łóżka lub innego producenta.

Ze względu na to, że zarówno w części nr 1, 2, 3 przedmiotem zamówienia jest dostawa kilku lub kilkunastu sztuk sprzętu – 3 sztuki (łożka porodowe), 10 sztuk (łożka pediatryczne), 20 sztuk (łożka szpitalne i stoliki przyłóżkowe) intencją Zamawiającego było zastrzeżenie, że sprzęt ma pochodzić

od tego samego producenta. Niemniej jednak Zamawiający miał na myśli sprzęt tego samego rodzaju w ramach części, czyli wszystkie łóżka w danej części mają pochodzić od tego samego producenta, wszystkie stoliki od tego samego producenta itp. Natomiast kwestia producenta dotyczy rodzaju sprzętu. Zamawiający chciał uniknąć sytuacji, w której np. Wykonawca zaoferował po kilka sztuk łóżek od różnych producentów. W tym kontekście pochodzenie od tego samego producenta dotyczy tego samego rodzaju sprzętu medycznego. Tak należy rozumieć zapis treści SWZ. Jeżeli Wykonawca oferuje materace, to wszystkie muszą pochodzić od tego samego producenta, ale niekoniecznie łóżka i materace muszą być tej samej produkcji.

Wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców z chwilą ich publikacji.

II

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Zamawiający informuje Wykonawców o modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1) Dział X. Termin związania ofertą Specyfikacji w punkcie 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 13 października 2023 roku

2) Dział XVI. Sposób oraz termin składania ofert Specyfikacji w punkcie 2 otrzymuje brzmienie:

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 14 września 2023 roku do godziny 11:00.

3) Dział XVII. Termin otwarcia ofert Specyfikacji w punkcie 1 otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 września 2023 roku, o godzinie 11:30.

Modyfikacje są wiążące dla Wykonawców z chwilą ich publikacji.

/-/ Paweł Dopierała

Prezes Zarządu