

Tarnów, dnia 07.08.2023r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG.271.57 /23

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawa systemu do mikrometody kolumnowej wraz z dzierżawą sprzętu dla Pracowni Serologii – nr sprawy 57/2023

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 07.08.2023r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści wydłużenie terminu dostarczenia jednego z analizatorów maksymalnie do 30 dni od dnia zawarcia umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zał nr 1 – formularz oferty i wprowadza nowy zapis w pkt. 5 o następującym brzemieniu:
5. Oświadczam, iż towar dostarczany będzie na koszt Wykonawcy:

b) Dzierżawa sprzętu w zakresie nr 1:

System do mikrometody kolumnowej żelowej

Sprzęt: firmy..... typu..... rok produkcji.....

Wartość brutto sprzętu:.....

Termin dostawy sprzętu..... max (30 dni) od dnia zawarcia umowy na własny koszt i ryzyko wraz z wyładunkiem i podłączeniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Serwis gwarancyjny wykonuje firma..... fax..... tel.....

Oraz

Modyfikuje Projekt Umowy zał nr 3 w §3 w ust.1 który otrzymuje brzemienie:

1. Wykonawca wdzierżawia Zamawiającemu sprzęt o parametrach określonych w załączniku nr 1B i w tym celu zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zainstalować sprzęt w terminie (zgodnie z załącznikiem nr 1-Formularz oferty) **od daty** zawarcia umowy na własny koszt i ryzyko wraz z wyładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Odbiór sprzętu nastąpi w miejscu instalacji tj w Pracowni Serologii. Prawidłowość instalacji sprzętu potwierdzać będzie protokół podpisany przez obie strony.

Pytanie nr 2

Czy z uwagi na wydłużone terminy realizacji zamówień od podmiotów zewnętrznych, Zamawiający dopuści termin dostawy „Urządzenia do przechowywania krwi na min. 400 worków” wynoszący do 45 dni od dnia zawarcia umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zał nr 1 – formularz oferty i wprowadza nowy zapis w pkt. 5 o następującym brzemieniu:
5. Oświadczam, iż towar dostarczany będzie na koszt Wykonawcy:

b) Dzierżawa sprzętu w zakresie nr 1:

Urządzenie do przechowywania krwi

Sprzęt: firmy..... typu..... rok produkcji.....

Wartość brutto sprzętu:.....

Termin dostawy sprzętu..... max (45 dni) od dnia zawarcia umowy na własny koszt i ryzyko wraz z wyładunkiem i podłączeniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Serwis gwarancyjny wykonuje firma..... fax..... tel.....

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z §1 ust. 5 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SWZ), Zamawiający, ze względu na specyfikę asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej oraz cykl produkcyjny wymaganych wyrobów, oczekuje dostaw wg harmonogramu dostaw z zapewnieniem dostaw pilnych z terminem realizacji max. do 7 dni roboczych, licząc od momentu złożenia zamówienia?

Odpowiedź:

Tak.

Zamawiający umieszcza na Platformie zmodyfikowane załączniki– pod linkiem postępowania pod nazwą:

- Projekt umowy -zał nr 3- modyfikacja
- Formularz oferty – z nr 1 - modyfikacja

Pozostała treść specyfikacji warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanymi załącznikami.

Otrzymują:

- 1/ Adresat
- 2/ strona internetowa prowadzonego postępowania
- 3/ A/a


KIEROWNIK
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Jarńowie

Katarzyna Krzyżel

Z-SADYKTOWANA
DS. LEK. ...
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza
SP ZOZ w Jarńowie

lek. med. Piotr Skrobisz

KIEROWNIK
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Jarńowie
mgr Anna Hajnysz