



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel. 571 334 686
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy 36/ZP/2019
DZP/510/2019

Zgorzelec, dnia 16.10.2019r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: zakup odczynników do badań biochemicznych, immunochemicznych i RKZ wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego, immunochemicznego, 3 analizatorów do RKZ wraz z systemem informatycznym oraz innym sprzętem technicznym pomocniczym do wykonywania powyższych badań

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1843) odpowiada na następujące pytania:

(ZAPYTANIE NR 1)

Pytanie 1

Dotyczy Załącznik 3 do siwz Pakiet 1 część nr 2.

1. Prosimy o wyrażenie zgody by termin ważności odczynników był nie krótszy niż 4-5 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Dotyczy Załącznik nr 2

2. Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza stosować test b-HCG total wyłącznie jako test ciążowy, czy także jako marker nowotworowy w chorobach trofoblastu w ginekologii onkologicznej?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż zamierza stosować test b-HCG total jako test ciążowy, a także jako marker nowotworowy w chorobach trofoblastu w ginekologii onkologicznej.

Pytanie 3

Dotyczy Załącznik nr 2

3. Prosimy o wyrażenie zgody by część tabeli dotyczącą kontroli i kalibratorów wypełnić poprzez wpisanie faktycznie oferowanych produktów. tj. celowanych kalibratorów i kontroli jednoparametrowych bądź wieloparametrowych.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4

Dotyczy Pakietu nr 1, część nr 1, pkt. II. 2, Załącznik nr 3 do SIWZ:

4. Prosimy o wyrażenie zgody by opis odczynników w zakresie nazwy odczynnika opisany był w języku angielskim, przy czym w sposób czytelny za pomocą zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych kodów?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, aby opis odczynników w zakresie nazwy odczynnika opisany był w języku angielskim, przy czym w sposób czytelny za pomocą zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych kodów wraz z nazwą asortymentu wskazaną w formularzu cenowym.

Pytanie 5

Dotyczy Pakietu nr 1, część 1, pkt. 17. wymogów granicznych, Załącznik nr 3 do SIWZ:

5. Czy ww wymóg oznacza że, Zamawiający wymaga aby odczynniki były gotowe do użycia bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności przygotowawczych (przelewania, rozpuszczania, mieszania czy łączenia składników)?

Odp. Zamawiający potwierdza, iż wymóg ten oznacza aby odczynniki były gotowe do użycia bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności przygotowawczych (przelewania, rozpuszczania, mieszania czy łączenia składników).

Pytanie 6

Dotyczy Pakietu nr 1, część 1, pkt. 24. wymogów granicznych, Załącznik nr 3 do SIWZ:

6. Czy ww wymóg oznacza że Zamawiający wymaga identyfikacji próbek i odczynników za pomocą kodów kreskowych?

Odp. Zamawiający potwierdza, iż wymóg pkt 24 oznacza iż wymaga identyfikacji próbek i odczynników za pomocą kodów kreskowych.

Pytanie 7

Dotyczy Pakietu nr 1, część 1, pkt. 26. wymogów granicznych, Załącznik nr 3 do SIWZ:

7. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga aby możliwość dostawiania lub wymiany odczynników bez przerywania pracy odbywała się w dowolnym czasie pracy analizatora bez konieczności zmiany trybu pracy na Standby, Pauza, Wstrzymanie czy Stop?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga możliwości dostawiania lub wymiany odczynników bez przerywania pracy w dowolnym czasie pracy analizatora bez konieczności zmiany trybu pracy na np. Standby, Pauza, Wstrzymanie czy Stop.

Pytanie 8

Dotyczy Pakietu nr 1, część 1, pkt. 41. wymogów granicznych, Załącznik nr 3 do SIWZ:

8. Prosimy o doprecyzowanie czy wymóg dotyczy materiału do kontroli wewnętrznej czy zewnętrznej?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż wymóg pkt 41 dotyczy kontroli wewnątrzlaboratoryjnej.

Pytanie 9

Dot. Załącznik nr 8 do SIWZ - umowa - projekt

9. Par. 2 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10

Dot. Załącznik nr 8 do SIWZ - umowa - projekt

10. Par. 2 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Odp. Zamawiający oczekuje przeszkolenia minimum 3 osób.

Pytanie 11

Dot. Załącznik nr 8 do SIWZ - umowa - projekt

11. Par. 4 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zmniejszenie nie mogło przekraczać 20% wartości umowy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12

Dot. Załącznik nr 8 do SIWZ - umowa - projekt

12. Par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13

Dot. Załącznik nr 8 do SIWZ - umowa - projekt

13. Par. 7 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uszczegółowienie na czym polegać będzie dostosowanie pracowni? W przypadku, gdy niezbędna będzie adaptacja pomieszczenia do wymagań analizatorów, prosimy o:

1) doprecyzowanie i wyszczególnienie zakresu robót jakie mają być przeprowadzone przez Wykonawcę w ramach adaptacji pomieszczeń;

2) określenie czy prowadzenie ww. prac adaptacyjnych wymaga uzyskania decyzji administracyjnej lub innej czynności administracyjno-prawnej odpowiedniego organu,

3) wskazania podmiotu odpowiedzialnego za uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zezwoleń w przypadku, gdy prace adaptacyjne wymagają uzyskania uprzedniej decyzji lub postanowienia organu administracji,

4) wyrażenie zgody na to by bieg terminu, o którym mowa w par. 2 ust. 10 Umowy, ulegał zawieszeniu w czasie na wydanie odpowiednich zezwoleń przez właściwe organy administracji publicznej

Odp. Zamawiający wymaga dostosowania mebli pod wstawiony przez Wydzierżawiającego sprzęt, jeśli zajdzie taka potrzeba wynikająca z warunków technicznych oraz dostosowanie systemu informatycznego, odświeżenie pracowni jeśli wstawienie sprzętu uszkodzi ściany. Powyższe działania nie wymagają zezwoleń administracyjnych, poza uzgodnieniami z Sekcją Informatyki Zamawiającego.

Pytanie 14

14. Par. 8 ust. 9 - 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15

15. Par. 8 ust. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 16

16. Par. 9 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odp. Zamawiający zmienia zapis Par. 9 ust. 1 następująco:

„1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych (...).”

Pytanie 17

17. Par. 9 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia dotyczącego niezrealizowanej części umowy?

Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18

18. Par. 11 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska w Załączniku nr 2 do SIWZ – w formularzu cenowym w Pakiecie nr 1, Część nr 1, pozycja nr 42 – Wapń. Prawidłowa ilość oznaczeń – 14 000. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Zamawiający poprawia omyłkę i zmienia Załącznik nr 2 do SIWZ w powyższym zakresie. Zmiany zaznaczono kolorem.

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora

**Agnieszka Horodecka
Kierownik Działu
Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia**

Otrzymują:

- 1) Platforma zakupowa
- 2) A/a

Sprawę prowadzi: Agnieszka Horodecka
e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl