

**Postępowanie nr: WFA.2710.162.2023.JK****Wrocław, 08 grudnia 2023 r.****INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW**

W dniu 08 grudnia 2023 r. do postępowania nr **WFA.2710.162.2023.JK** wpłynęły pytania następującej treści:

1. Odnośnie punktu nr. 6 „Komora zintegrowana z jednokolumnową jednostką oczyszczającą”- Czy zamawiający dopuszcza komorę zintegrowaną z dwukolumnową jednostką oczyszczającą?
2. Czy Zamawiający wymaga aby jednostka była wyposażona w sondy O2 i H2O oraz aby czujnik H2O był oparty o dwuprzewodową pętlę przewodzącą, a czujnik O2 był elektrochemiczny?
3. Czy Zamawiający wymaga aby jednostka była wyposażona w hydrauliczny zawór regulujący ciśnienie wewnątrz komory, bez wykorzystania pompy próżniowej?

Odpowiedzi:

1. Zamawiający dopuszcza komorę zintegrowaną z dwukolumnową jednostką oczyszczającą.
2. W opisie przedmiotu zamówienia nie ma wyszczególnionych wymagań dotyczących takiego wyposażenia, nie jest on więc wymagany.
3. Nie jest wymagane, aby jednostka była wyposażona w zawór regulujący ciśnienie z wykorzystaniem pompy próżniowej.