



Sygnatura akt: CEZAMAT/121/DDM/2022

Warszawa, dn. 11.04.2022 r.

L.dz. – CEZ-196/22

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Dotyczy postępowania prowadzonego bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę urządzenia zapewniającego właściwą temperaturę przechowywania odczynników laboratoryjnych. W dniach 02.04.2022 r. i 04.04.2022 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania:

Treść pytań Wykonawców:

Pytanie nr 1

Czy dopuszczają Państwo urządzenie o poziomie hałasu nie przekraczającym 50 dB i spełniające pozostałe wymagania?

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 326 litrów ?

Pytanie nr 3

Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych: szerokość – 2005mm, głębokość – 890mm, wysokość – 1009mm?

Pytanie nr 4

Czy zamawiający dopuści urządzenie o wadze 280kg ?

Pytanie nr 5

Czy zamawiający dopuści urządzenie o zużyciu prądu 8,7 kWh/24h ?

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Zamawiający dopuszcza urządzenie o poziomie hałasu nie przekraczającym 50 dB.
2. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o pojemności 326 litrów.

**Politechnika
Warszawska**

ul. Poleczki 19
02-822 Warszawa
tel. 22 182 12 17
sekretariat@cezamat.eu

3. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o wymiarach zewnętrznych:
szerokość – 2005mm, głębokość – 890mm, wysokość – 1009mm.
4. Zamawiający nie dopuszcza urządzenie o wadze 280kg.
5. Zamawiający nie dopuszcza urządzenie o zużyciu prądu 8,7 kWh/24h

Dyrektor
Centrum Zaawansowanych Materiałów
i Technologii CEZAMAT
/-/
Mariusz Wielec