



**WOJEWÓDZKA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W BYDGOSZCZY**

Znak sprawy: EZP.2600.13.2023

Bydgoszcz, 07.07.2023 r.

Egz. Nr 1

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz, informuje, że w zapytaniu ofertowym pt.: „**Dostawa Laboratoryjnego pieca mufowego do Oddziału Badań Fizykochemicznych WSSE w Bydgoszczy**” wpłynęły pytania Wykonawcy do treści opisu przedmiotu zamówienia o następującej treści:

Pytanie nr 1

„Czy Zamawiający dopuści piec o maksymalnej temperaturze +1100 st. C?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

„Czy Zamawiający dopuści wyświetlacz cyfrowy wskazujący temperaturę zadaną oraz czas potrzebny do jej osiągnięcia, ale bez wskazania aktualnie panującej temperatury?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

„Czy Zamawiający dopuści piec bez półki albo dopuści inne rozwiązanie umożliwiające Zamawiającemu lepsze wykorzystanie przestrzeni komory?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę jeśli rozwiązanie techniczne jest równoważne z funkcjonalnością półki i pozwala wykorzystać całą przestrzeń pieca.

Pytanie nr 4

„Czy Zamawiający dopuści piec o powierzchni ustawiania tygli z próbkami 26 x 50 cm i wys. 16 cm? Zastosowanie półki w istotny sposób utrudni proces wstawiania i wyjmowania próbek, a dysponowana powierzchnia na komory pieca jest relatywnie duża.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5

„Czy Zamawiający wymaga regulatora temperatury z programatorem wielosegmentowym np. 8? W większości procesów spalania wystarczające jest zaprogramowanie fazy rozgrzewania do temperatury oczekiwanej a następnie utrzymanie tej temperatury przez zadany czas.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga regulatora temperatury z programatorem wielosegmentowym.

Pytanie nr 6

„Czy Zamawiający wymaga zainstalowania w piecu kominka wylotowego z wentylatorem, który w istotnym stopniu pozwala na odprowadzenie lotnych produktów spalania np. do lokalnego odciągu?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga zainstalowania w piecu kominka wylotowego z wentylatorem, nie przewiduje podłączenia do odciągu.

W konsekwencji powyższego Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem strony <https://platformazakupowa.pl/pn/pwisbydgoszcz> do dnia **13.07.2023 r. do godz. 9:30**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **13.07.2023 r** o godz. 9:35.

Z upoważnienia
Dyrektora Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
(*podpis nieczytelny*)
Sylwia DERDA

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. <https://platformazakupowa.pl/>,
2. a/a.