



Łukasiewicz

PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

SPZP.271.57.2024
PORT/KW/2024/05/00287

Wrocław, dn. 29 maja 2024 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Dostawa podstawowych materiałów zużywalnych do laboratorium 9 części na podstawie umowy ramowej**” sprawa nr: SPZP.271.57.2024.

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 135 ustawy PZP (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 1:

1. Dot. zapisów umowy § 3 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „koszty zakupu przy jednorazowym zamówieniu powyżej 200,00 zł netto”

Uzasadnienie: Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 200,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2:

2. Dot. zapisów umowy § 7 ust. 3 pkt c)

Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisu kary umownej w przypadku wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy na zapis 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy a nie od całej wartości umowy. Wykonawca nie powinien być karany za część umowy, którą wykonał z należytą starannością.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Strona 1 z 2

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, +48 71 734 77 77, biuro@port.lukasiewicz.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000850580, NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168





Łukasiewicz
PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

SPZP.271.57.2024
PORT/KW/2024/05/00287

Wrocław, dn. 29 maja 2024 r.

Pytanie 3:

3. Dot. Części 1 poz. 1

Czy do doszło do omyłki pisarskiej w opisie przedmiotu zamówienia i czy płytki do PCR powinny mieć dołek z maksymalną objętością reakcji do 200 mikrolitów a nie mililitrów jak jest napisane?

Odpowiedź:

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską z 200 ml na 200 μ l.

Załączniki:

- poprawiony zał. nr 2 formularz wyceny

Z wyrazami szacunku

Kontakt:

Monika Olszewska
monika.olszewska@port.lukasiewicz.gov.pl
tel. +48 71 734 72 94



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Strona 2 z 2

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, +48 71 734 77 77, biuro@port.lukasiewicz.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000850580, NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168

