

23/PCM/2023/ZP/A

Wołów, 28.12.2023 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ – 3

Dotyczy: postępowania nr 23/PCM/2023/ZP/A **Sukcesywna dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą aparatów medycznych**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1 - Pakiet nr 8 – Szybkie testy diagnostyczne – Załącznik nr 6h, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu paskowego?

ODPOWIEDŹ: NIE, Zamawiający wymaga testu kasetkowego, zgodnie z SWZ.

Pytanie 2 - Pakiet nr 8 – Szybkie testy diagnostyczne – Załącznik nr 6h, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu o czułości analitycznej 10 ng/l oraz czułości 97,3% i swoistości 98,4% bez kontroli dodatniej?

ODPOWIEDŹ: NIE, Zamawiający wymaga testu z kontrolą dodatnią, zgodnie z SWZ.

Pytanie 3 - Pakiet nr 8 – Szybkie testy diagnostyczne – Załącznik nr 6h, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szybkiego testu kasetkowego do wykrywania przeciwciał (IgG oraz IgM) do Treponema Pallidum w surowicy lub osoczu?

ODPOWIEDŹ: NIE, Zamawiający wymaga testu do wykrywania przeciwciał w klasie IgA, IgG, IgM Treponema Pallidum.

Pytanie 4 - Pakiet nr 8 – Szybkie testy diagnostyczne – Załącznik nr 6h, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści szybki test przeznaczony do półilościowego wykrywania w próbkach kału ludzkiej kalprotektyny?

ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 - Pakiet nr 8 – Szybkie testy diagnostyczne – Załącznik nr 6h, poz. 7

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania testu do wykrywania BIAŁKA BENICE – JONESA W MOCZU metodą podwójnej radialnej immunodyfuzji w żelu? Charakteryzującego się czułością analityczną 5 mg/dl dla łańcuchów Kappa i 5 mg/dl dla łańcuchów Lambda?

ODPOWIEDŹ: Tak.



Pytanie 6 - Pakiet nr 8 – Szybkie testy diagnostyczne – Załącznik nr 6h, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu paskowego, półilościowego o następujących parametrach:

- czułość diagnostyczna: >99.0%
- swoistość diagnostyczna: 83.3% w opakowaniu po 50 sztuk?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, ilości zgodnie z SWZ.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Agnieszka Poprawska-Cierpiat
Pełnomocnik Zarządu

