

Poznań, dnia 2023-08-01

EZ/350/76/2023/... *JSK*

Wg rozdzielnika

Do wiadomości wszystkich uczestników i zainteresowanych

Dotyczy: 76/2023 ZAKUP I DOSTAWA POJEMNIKOW NA ODPADY MEDYCZNE.

Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania do SWZ, na które udzielamy odpowiedzi:

PYTANIE 1 – pozycja 5 i 6

Czy Zamawiający dopuści, jako równoważny, pojemnik na odpady szpitalne o pojemności 3,5-4L. Pojemnik spełnia wymagania Zamawiającego, a pytanie dotyczy tylko uściślenia w stosunku do nazwy użytkowej stosowanej przez producenta.

Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Odpowiedź: TAK.

PYTANIE 2 – pozycja 7 i 8

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady szpitalne o pojemności 10L o całkowitej wysokości (razem z pokrywą) 22,5 cm? Pojemnik spełnia wymagania Zamawiającego, ponieważ taki był dostarczany do Państwa Szpitala w ramach wcześniejszej umowy.

Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Odpowiedź: TAK.

PYTANIE 3 – pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści, jako równoważny, pojemnik na odpady szpitalne o pojemności 30L i wysokości 388 mm? Pojemnik spełnia wymagania Zamawiającego, ponieważ taki był dostarczany do Państwa Szpitala w ramach wcześniejszej umowy.

Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Odpowiedź: TAK.

PYTANIE 4 – pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści, jako równoważny, pojemnik na odpady szpitalne o pojemności całkowitej 60L i wysokości 645 mm o podstawie prostokątnej rozszerzającej się ku górze – wymiar podstawy dolnej 330x235 mm, wymiar podstawy górnej 400x300 mm. Nieznaczna różnica z wymaganymi przez Zamawiającego wymiarami stanowi tylko uściślenie parametrów z karta techniczną Producenta.

Pojemnik spełnia wymagania Zamawiającego, ponieważ taki był dostarczany do Państwa Szpitala w ramach wcześniejszej umowy.

Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Odpowiedź: TAK.

POJEMNIKI

Czy Zamawiający dopuści etykietę zawierającą następujące pola do opisu:



Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

POJEMNIKI

Czy Zamawiający dopuści etykietę



Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

POJEMNIKI

Czy Zamawiający dopuści etykietę

1.

  6	MATERIAŁ ZAKAŻNY DLA LUDZI	
	Rodzaj (kod odpadu) Nazwa i numer REGON wytwórcy odpadów Numer księgi rejestrowej i organ rejestrowy Data otwarcia pojemnika Data zamknięcia pojemnika Znak identyfikacyjny osoby zamkniętej pojemnik	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
UWAGA! Po napełnieniu do 2/3 objętości, pojemnik szczelnie zamknąć i przekazać do utylizacji		
Producent: ZAT ARTECH Sp. z o.o. 81-212 Łódź, ul. Wersalska 54, tel. 42 655 88 69		

?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

POJEMNIKI

Czy Zamawiający dopuści etykietę bez wypełnionych pól z danymi Zamawiającego?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pozycja 5,6

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyty materiał medyczny jednorazowego użytku o pojemności 3,5l?

Odpowiedź: TAK.

Pozycja 5,6

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyty materiał medyczny jednorazowego użytku o pojemności 5l?

Odpowiedź: NIE.

Pozycja 7-8

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 225mm?

Odpowiedź: TAK, pod warunkiem, że jest to wysokość całkowita razem z pokrywą,

Pozycja 7-8

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyty materiał medyczny jednorazowego użytku o pojemności 10L i wysokości 245mm?

Odpowiedź: NIE.

Pozycja 7-8

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyty materiał medyczny jednorazowego użytku o pojemności 10L i wysokości 258mm?

Odpowiedź: NIE.

Pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyty materiał medyczny jednorazowego użytku o pojemności 30l o wymiarach – wysokości 322mm i średnicy górna/dolna 390/322mm?

Odpowiedź: NIE.

Pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyty materiał medyczny jednorazowego użytku o pojemności 60l o większych wymiarach – wysokości 664mm i średnicy górna/dolna 390/322mm?

Odpowiedź: TAK.

Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o wymagania SWZ z uwzględnieniem udzielonych odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem,

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych


mgr inż. Magdalena Kraszewska

Sporządził: Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia - Katarzyna Witkowska tel. 61/88 50 643, ...644.

Wzrost Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

mgr Marcin Schneider