

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE  
SZPITAL IM. DR ROBERTA KOCHA



ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn  
tel.: 68 347 73 00  
fax: 68 384 25 90  
e-mail: sekretariat@spozwolsztyn.pl  
<http://www.spozwolsztyn.pl>  
NIP: 923-15-06-721, REGON: 970773426

Wolsztyn, 06.09.2023 r.

### Wykonawcy

Dotyczy: „Zakup i dostawa chłodziarko-zamrażarki laboratoryjnej na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego – Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi SPZOZ w Wolsztynie”; (ID 812670)

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### Zestaw nr I

Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna

##### Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego chłodziarka posiada pojemność 188l?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Opisu przedmiotu zamówienia-wymagania.**

##### Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego zamrażarka posiada pojemność 99l?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie, którego zamrażarka posiada pojemność 99l. W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja Opisu przedmiotu zamówienia-wymagania.**

##### Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w części chłodniczej w półki z perforowanej blach nierdzewnej?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Opisu przedmiotu zamówienia-wymagania.**

##### Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego część chłodnicza działa w zakresie roboczym temperatury od +2 do +8 st.C

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Opisu przedmiotu zamówienia-wymagania.**



RANKING | 20  
SZPITALI | 19



Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego część mroźnicza wyposażona jest w szuflady wykonane z tworzywa sztucznego bez przezroczystego frontu?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Opisu przedmiotu zamówienia-wymagania.**

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w jeden port USB?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w jeden port USB. W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja Opisu przedmiotu zamówienia-wymagania.**

DYREKTOR

Karol Mońko

Sporządziła: Magdalena Psyk  
KLEROWNIK  
Medycznego Laboratorium Diagnostycznego

mgr Andrzej Wyciński  
diagnosta laboratoryjny, specjalista analityki klinicznej



W RANKINGU  
SZPITALI 19

