

L.dz. DAG / 27/122 / 2024

Dotyczy: postępowania nr TP-27/24 prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na dostawę ambulansu drogowego typu A1 wraz z wyposażeniem.

Stosownie do postanowienia art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2023 poz. 1605 ze zm.), ZAMAWIAJĄCY – Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie, przekazuje poniżej, treść otrzymanego zapytania wraz z wyjaśnieniem:

**Pytanie nr 20:**

Czy ZAMAWIAJĄCY dopuści do postępowania przetargowego transporter wyposażony w koła jezdne o średnicy 152 mm i szer. 45 mm oraz konstrukcji zmniejszającej drgania, wibracje podczas jazdy po nierównym terenie, co ma znaczący wpływ na komfort pacjenta podczas transportu, w szczególności z uwagi na zróżnicowane warunki i lokalizacje udzielania pomocy przez ZRM. Pragniemy również zaznaczyć, iż wielu czołowych producentów zestawów transportowych stosuje koła właśnie o w/w rozmiarze spełniając wyżej opisaną funkcjonalność. Brak oficjalnych informacji, aby tylko koła o wymaganym przez Zamawiającego rozmiarze spełniały opisaną wyżej funkcję.

**Odpowiedź nr 20:**

ZAMAWIAJĄCY dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 21**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego fotel kardiologiczny o wadze 20 kg, który pozwoli na przewiezienie pacjenta o wadze do 250 kg. Jest to parametr, który nieznacznie różni się od oczekiwanego, jednak pozwoli to na zaoferowanie fotela z udźwigniem wyższym aż o 40 kg.

**Odpowiedź nr 21:**

ZAMAWIAJĄCY nie wyraża zgody na powyższe. Fotel kardiologiczny ważący 20 kg jest za ciężki.

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie: Marta Krysiak, nr tel. 91 42 51 431

**Zastępca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych  
Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii**

