



WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU



DYREKTOR tel. 56 679 35 00

NIP: 956-19-49-580, REGON: 000316068, BDO: 000014564

NACZELNY LEKARZ tel. 56 679 35 01

Z-CA DYREKTORA DS.ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH tel. 56 654 33 77

ul. Św. Józefa 53-59, 87-107 Toruń 9
skrytka pocztowa 7, www.wszz.torun.pl
tel. 56 679 31 00, fax 56 654 40 54, 56 659 61 28

Toruń, dnia 02-01-2025 r.

W.Sz.Z: TZ-280-129/24

dotyczy: postępowania na **dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania badań diagnostycznych oraz dzierżawę analizatorów i innego sprzętu – 5 zadań.**

W związku z otrzymanymi zapytaniem do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej Pzp, udziela poniższych odpowiedzi oraz dokonuje zmiany treści SWZ:

Pytanie Nr 1, dotyczy Zadania Nr 1:

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie zestawu testowego ELISA (poz. 1) do oznaczania markera neuroboreliozy – chemokiny CXCL13 z dwiema kontrolami o różnym stężeniu chemokiny, w formie liofilizatu?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 2, dotyczy Zadania Nr 1:

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie zestawu testowego ELISA (poz. 2) do półilościowego oznaczania przeciwciał przeciwko wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu dla klasy IgM (zawiera 1 kalibrator).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 3, dotyczy Zadania Nr 3 (Załącznik Nr 2/3b do SWZ):

W części II.B. Analizator backup drugi (ZDL, lokalizacja ul. Konstytucji 3 Maja 42) w pkt 1. zamawiający wpisał „Data produkcji aparatu nie wcześniej niż 2023 rok, nowy lub po pełnym przeglądzie technicznym”. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z 2018 roku po pełnym przeglądzie technicznym ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Aktualny Załącznik Nr 2/3b do SWZ zostaje umieszczony na stronie prowadzonego postępowania Zamawiającego - https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun

Pytanie Nr 4, dotyczy Zadania Nr 5:

Czy Zamawiający odstąpi od dostarczenia kart charakterystyki z pierwszą dostawą lub kolejną oraz na adres email oraz instrukcji i wyrazi zgodę na udostępnienie strony internetowej Wykonawcy gdzie będą całodobowo dostępne dokumenty do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego? Uzasadnienie: Strona internetowa oferenta została stworzona po to, aby ułatwić klientom dostęp do potrzebnych informacji oraz usprawnić procesy związane z dostawami produktów.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymóg SWZ.

Pytanie Nr 5:

Dotyczy SWZ pkt 9.6a - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania Certyfikatów zgodności wydanych przez jednostkę notyfikowaną dla oferowanego przedmiotu zamówienia jeżeli w ocenie zgodności nie brała udziału jednostka notyfikowana i dla produktu nie jest wydawany certyfikat zgodności wystawiony przez jednostkę notyfikowaną a tylko deklaracja zgodności CE wystawiona przez Producenta?

Odpowiedź:

W przypadku gdy oferowane wyroby nie posiadają certyfikatów zgodności wydanych przez jednostkę notyfikowaną Wykonawca powinien złożyć odpowiednie oświadczenie (wyjaśnienie) w tym zakresie z podaniem przyczyny i ze wskazaniem nazw tych wyrobów.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Pytanie Nr 6, dotyczy Zadania Nr 5:

Dotyczy Załącznika 2/5b pkt B8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostępność serwisu w godz. 8-16.00 w dni robocze?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymóg SWZ.

Pytanie Nr 7, dotyczy Zadania Nr 5:

Dotyczy Załącznika 2/5b pkt B9 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostępność serwisu w dni robocze?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymóg SWZ.

Pytanie Nr 8, dotyczy Zadania Nr 5:

Czy w Parametrach Wymaganych poz. A.7 nie nastąpiła omyłka pisarska i czy wymagana max prędkość nie powinna być 2000 obr/min ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w parametrach wymaganych w poz. A.7 nastąpiła omyłka pisarska. Wymagana max prędkość to 2000 obr/min. Aktualny Załącznik Nr 2/5b do SWZ zostaje umieszczony na stronie prowadzonego postępowania Zamawiającego -https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun

Pytanie Nr 9, dotyczy wzoru umowy dostawy:

§3 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację: „Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy niepełnej lub choćby częściowo wadliwej”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację ww. zapisu wzoru umowy dostawy.

Pytanie Nr 10, dotyczy wzoru umowy dostawy:

§ 4 ust. 1 lit. b - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 2% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej powyżej 3 dni zwłoki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kary umownej.

Pytanie Nr 11, dotyczy wzoru umowy dostawy:

§ 4 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej i modyfikację postanowienia umownego na:

„Z tytułu nienależytego wykonania umowy z wyłączeniem zwłoki określonej w ust. 1 pkt. a i b Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto nienależycie wykonanej części umowy.”?

Uzasadnienie: Zaproponowana kara posiada przymiot kary rażąco wygórowanej i jako taka zgodnie z przepisami KC może podlegać miarkowaniu przez Sąd. Standardowo stosowanymi karami w tego rodzaju postępowaniach są kary na poziomie 1% - 3% wartości brutto nienależycie wykonanej części umowy. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylne rozpatrzenie pytania i obniżenie wysokości zaproponowanej kary.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kary umownej i modyfikację ww. postanowienia umownego.

Pytanie Nr 12, dotyczy wzoru umowy dzierżawy:

§ 1 ust. 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na dostawę przedmiotu dzierżawy, a tym samym na modyfikację postanowienia umownego w niżej zaproponowany sposób:

„Wydzierżawiający zobowiązany jest w cenie oferty dostarczyć i przekazać Dzierżawcy przedmiot dzierżawy w ciągu 21 dni, licząc od daty zawarcia umowy wraz z instrukcją obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej lub papierowej.”?

Uzasadnienie: Mając na uwadze skomplikowane procedury celne oraz konieczność sprowadzenia urządzeń od producenta z zagranicy przewidziany termin dostawy przedmiotu dzierżawy określony jako 10 dni od podpisania umowy jest zbyt krótki na należyte wykonanie umowy. Wobec powyższego zwracamy się z uprzejmą prośbą o przychylne rozpatrzenie pytania i wydłużenie terminu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymóg SWZ.

Pytanie Nr 13, dotyczy wzoru umowy dzierżawy:

§ 5 ust. 1 pkt 1.1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie poniższych terminów i modyfikację postanowienia umownego na: „Czas reakcji serwisu w ciągu 48 godzin licząc od powzięcia wiadomości od użytkownika o zaistniałej awarii w dni robocze i w ciągu 72 godzin licząc od powzięcia wiadomości od użytkownika o zaistniałej awarii w dni wolne od pracy i święta”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie Nr 14, dotyczy wzoru umowy dzierżawy:

§ 7 ust. 1 lit. b - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 2% wartości brutto umowy dzierżawy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej powyżej 3 dnia zwłoki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kary umownej.

Pytanie Nr 15, dotyczy wzoru umowy dzierżawy:

§ 7 ust. 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej i modyfikację postanowienia umownego na: „Z tytułu nienależytego wykonania umowy z wyłączeniem zwłoki określonej w ust. 1 lit. a i b oraz ust. 2 Wydzierżawiający zobowiązany będzie zapłacić Dzierżawcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto umowy dzierżawy.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kary umownej i modyfikację ww. postanowienia umownego.

Pytanie Nr 16, dotyczy wzoru umowy dzierżawy:

§ 7 ust. 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej i modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku nieprzystąpienia (czas reakcji) do usuwania wadliwej pracy przedmiotu dzierżawy w czasie określonym w § 5 ust. 1.1. Dzierżawca ma prawo naliczyć Wydzierżawiającemu kary umowne w wysokości 10 zł (dziesięć złotych) za każdą godzinę zwłoki w czasie reakcji serwisu.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kary umownej i modyfikację ww. postanowienia umownego.

Pytanie Nr 17:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w formularzu ofertowym zostawić wycenę tylko tego pakietu, na który składana jest oferta?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 18, dotyczy Zadania Nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, że analizatory immunochemiczne, które posiadają możliwość podawania dowolnej liczby próbek CITO w statywach spełniają wymóg „Możliwość zdefiniowania minimum 10 dedykowanych miejsc na próbki „cito”, liczba obejmuje pozycje w statywach”.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie Nr 19, dotyczy Zadania Nr 4:

Prosimy o wyrażenie zgody, aby dla parametrów Kwas foliowy, Witamina B12 i Kortyzol stabilność kalibracji odczynnika wynosiła: 14 dni przy założeniu ciągłego przechowywania odczynników na pokładzie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 20, dotyczy Zadania Nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, że odczynnik do oznaczania kortyzolu zarówno w surowicy i w moczu, który nie wymaga wstępnego przygotowania próbki moczu do oznaczenia, ale w przypadku dobowej próbki moczu rekomenduje zbieranie moczu do pojemnika zawierającego 10 mg kwasu borowego, dodanego jako środek konserwujący spełnia wymagania SWZ opisane w punkcie 18 tabeli V zadania nr 4.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie Nr 21, dotyczy Zadania Nr 4:

Prosimy o doprecyzowanie, czy częstotliwość kontroli np. 3 kontr./tydzień oznacza, że należy skalkulować, że kontrole dla tego parametru będą wykonywane 3 razy w tygodniu na jednym poziomie materiału kontrolnego naprzemiennie z minimum 2 dostępnymi poziomami kontroli.

Odpowiedź:

W przypadku odczynników posiadających własne 2 poziomy kontroli, zapis np. 3 kontrole/tydzień oznacza, że kontrola będzie wykonywana 2 razy na jednym poziomie i 1 raz na drugim poziomie na przestrzeni 1 tygodnia.

Pytanie Nr 22, dotyczy Zadania Nr 4:

Czy częstotliwość kontroli opisana jako „codziennie” oznacza, że będzie wykonywana 7 dni w tygodniu?

Odpowiedź:

Tak, „codziennie” oznacza wykonywanie kontroli 7 dni w tygodniu.

Pytanie Nr 23, dotyczy Zadania Nr 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników biochemicznych zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych opakowań i zaoferować ich ilości zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o trwałości odczynnika po otwarciu przechowywanego w analizatorze? Odczynniki we wtórnych opakowaniach umieszczone będą w przypisanych im miejscach w karuzeli odczynnikowej. Takie rozwiązanie umożliwi bardziej ekonomiczne wykorzystanie odczynników w okresie ich gwarantowanej stabilności na pokładzie analizatora i pozwoli na ekonomiczną kalkulację oferty przetargowej i zaoferowanie ilości odczynników zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem oferenta o stabilności użytego do porcjowania pierwotnego opakowania odczynnika.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 24, dotyczy Zadania Nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku odczynników immunochemicznych Zamawiający wymaga, aby stabilność odczynników na pokładzie i stabilność kalibracji były zgodne z zapisami i sugestiami podanymi w ulotkach odczynnikowych producenta przy założeniu przechowywania stałego (24/7) odczynników na pokładzie analizatora?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie Nr 25, dotyczy Zadania Nr 4:

Czy w przypadku parametrów AMH, Anty-HAV IgG, Anty-HAV IgM i SHBG dla których przewidywana liczba oznaczeń wynosi od 100 do 200 w ciągu 2 lat Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferować po 7 opakowań odczynników dla każdego z tych analitów (7 x 2 x 50 oznaczeń = 700 oznaczeń) i po 4 opakowania kalibratorów i kontroli dla tych parametrów. Pozwoli to na wykonanie wymaganej liczby oznaczeń. Zaoferowanie liczby opakowań, która będzie stabilna przez cały okres trwania umowy plus niezbędne kalibratory i kontrole spowoduje konieczność zaoferowania po 14 opakowań odczynników – na 1400 oznaczeń co znacznie podniesie koszty oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 26, dotyczy Zadania Nr 4:

Prosimy o wyrażenie zgody aby dla testów: Anty-EBV-VCA IgG , Anty-EBV-VCA IgM, Anty-SARS-CoV-2 IgG, Anty-SARS-CoV-2 IgM, Ca125 (Lokalizacja: ZDL ul. Konstytucji 3 Maja 42), HE4, TRAb, zaoferować odczynniki kompatybilne z dzierżawionym w placówce Zamawiającego analizatorem Maglumi X3. Oferent zabezpieczy wykonywanie tych oznaczeń na analizatorze Maglumi przez cały okres trwania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 27, dotyczy Zadania Nr 4:

Prosimy o wyrażenie zgody, aby do momentu dostępności oznaczenia Active B12 zaoferować zlecenie oznaczeń tego parametru w laboratorium zewnętrznym. W momencie, kiedy oznaczenie będzie dostępne na oferowanym sprzęcie wykonawca zabezpieczy wykonanie oznaczeń na oferowanym sprzęcie w kosztach przewidzianych w złożonej ofercie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 28, dotyczy Zadania Nr 4:

Prosimy o wyrażenie zgody aby na okres przejściowy do czasu wprowadzenia testów na oferowane analizatory zaferować dla testów: NT-proBNP (tylko lokalizacja Konstytucji) anty CCP, HBeAg, HBeAb) odczynniki kompatybilne z dzierżawionym w placówce Zamawiającego analizatorem Maglumi X3. Oferent zabezpieczy wykonywanie tych oznaczeń przez cały okres trwania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, aby na okres przejściowy (do czasu wprowadzenia testów na oferowane analizatory) zaferować dla ZDL w lokalizacji ul. Konstytucji 3 Maja 42, dla testów NT-proBNP oraz anty CCP oraz dla ZDL ul. Św. Józefa 53-59, dla testów HBeAg i HBeAb, odczynniki kompatybilne z dzierżawionym przez Zamawiającego analizatorem Maglumi X3.

Pytanie Nr 29, dotyczy Zadania Nr 4:

Czy w przypadku posiadania odczynników konfekcjonowanych w różnej wielkości opakowań i dedykowanych dla różnych analizatorów Zamawiający wyrazi zgodę na rozbudowanie tabeli ofertowej i dodanie dodatkowego wiersza na takie odczynniki i kalibratory?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 30, dotyczy Zadania Nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, że odczynniki zaferowane do użycia na analizatorze Maglumi X3, oraz analizator Maglumi X3 nie muszą spełniać warunków punktów granicznych, a ich cechy nie będą podlegały ocenie według kryteriów jakościowych zdefiniowanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie Nr 31, dotyczy Zadania Nr 4:

Czy w przypadku, jeśli opakowanie kontroli zawiera więcej niż 2 poziomy kontroli Zamawiający wyrazi zgodę, aby wykorzystać wszystkie poziomy kontroli w kolejnych cyklach kontrolnych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 32, dotyczy Zadania Nr 4:

Prosimy o wyrażenie zgody na zaferowanie liczby lamp fotometru do oferowanych analizatorów biochemicznych na podstawie najlepszej wiedzy i doświadczenia oferenta, a nie zapisów w instrukcjach obsługi analizatorów.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 33, dotyczy Zadania Nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatorów zobowiązuje się do wykonywania wszelkich procedur instalacyjnych, konserwacyjnych i naprawczych elektrody referencyjnej, nie ma konieczności oferowania w postępowaniu jakichkolwiek płynów niezbędnych do konserwacji tej elektrody. Płyiny są dostarczane, wymieniane i uzupełniane przez serwis producenta w razie potrzeby.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie Nr 34, dotyczy Zadania Nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku możliwości kontroli danego parametru za pomocą kontroli wieloparametrowej niezależnego producenta z wartościami dedykowanymi na oferowany analizator i odczynnik można zrezygnować z kontroli dedykowanej producenta odczynnika wymienionej i wymaganej w ulotce odczynnikowej. Zgoda na taki materiał kontrolny pozwoli na obniżenie kosztów oferty i pozwoli na korzystanie z renomowanego materiału kontrolnego wieloparametrowego, co jest rozwiązaniem wygodniejszym w pracy Laboratorium i korzystniejszym ze względów ekonomicznych. Rozwiązanie takie jest powszechnie stosowane w praktyce laboratoryjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie Nr 35, dotyczy Zadania Nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku kontroli do testu HIV IV generacji wystarczającym materiałem kontrolnym jest materiał obejmujący jedną kontrolę ujemną, jedną kontrolę dodatnią pod względem obecności przeciwciał i jedną kontrolę dodatnią pod względem obecności antygeny.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie Nr 36, dotyczy Zadania Nr 4:

Prosimy o informację, czy w przypadku konieczności użycia soli fizjologicznej, alkoholu i podchlorynu np. do konserwacji analizatorów zamawiający wymaga ich zaoferowania czy też będzie korzystał z zasobów własnych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania alkoholu oraz podchlorynu.

Pytanie Nr 37, dotyczy Zadania Nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, że sorter rozpoznający próbki o średnicy zewnętrznej 10,5 – 17 mm i wysokość 70 – 110 mm z spełnia wymagania Zamawiającego opisane w punkcie 4 tabeli VI zadania nr 4.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie Nr 38, dotyczy Zadania Nr 4:

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania materiału kontrolnego dla badań biochemicznych i immunochemicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania materiału kontrolnego dla badań biochemicznych: białka specyficzne, miedź, HbA1c, kwasy żółciowe, LIH oraz dla badań immunochemicznych: TRAb, Active B12, anty CCP oraz wszystkich testów z zakresu wirusologii.

Pytanie Nr 39, dotyczy Zadania Nr 4:

Czy w przypadku odczynników, w których producent nie wymaga wykonywania badań kontrolnych przy wstawianiu nowego opakowania odczynnika Zamawiający zrezygnuje z konieczności wykonywania dodatkowej kontroli przy wstawianiu nowego opakowania odczynnika. Badania kontrolne będą wykonywane zgodnie z zamieszczonym w tabeli asortymentowo cenowej harmonogramem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zrezygnuje z konieczności wykonywania dodatkowej kontroli przy wstawianiu nowego opakowania odczynnika.

Pytanie Nr 40, dotyczy wzoru umowy dostawy:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na składanie zamówień przy pomocy sklepu internetowego „E-store”?
Uzasadnienie: Zamawiający korzystając z tej opcji ma możliwość składania zamówień przez całą dobę, może kontrolować prawidłowość zamówienia: nr katalogowe i ceny, otrzymuje automatyczne informacje o statusie zamówienia przy pomocy poczty elektronicznej, ma możliwość śledzenia przesyłki znajdującej się w dostawie, posiada dostęp do historii zamówień oraz dostęp do faktur oraz informacji o zaległych płatnościach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 41, dotyczy wzoru umowy dostawy:

§3 ust. 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Zamawiający ma prawo zwrotu dostarczonego przedmiotu umowy w terminie 3 dni od dnia dostawy, wyłącznie w przypadku, gdy dostarczony przedmiot jest obciążony wadą ilościową, jakościową lub asortymentową, na koszt Wykonawcy.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację ww. postanowienia umownego.

Pytanie Nr 42, dotyczy wzoru umowy dostawy:

§4 ust. 1 lit. a - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do 0,25% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej do 3 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kary umownej.

Pytanie Nr 43, dotyczy wzoru umowy dostawy:

§4 ust. 1 lit. b - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do 1,5% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej powyżej 3 dnia zwłoki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kary umownej.

Pytanie Nr 44, dotyczy wzoru umowy dostawy:

§4 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do 5% wartości brutto nienależycie wykonanej części umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kary umownej.

Pytanie Nr 45, dotyczy wzoru umowy dostawy:

§4 ust. 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do 5% ceny brutto przedmiotu umowy lub jej części, wobec której nastąpiło odstąpienie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kary umownej.

Pytanie Nr 46, dotyczy wzoru umowy dostawy:

§4 ust. 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do 5% ceny brutto przedmiotu umowy lub jej części, wobec której nastąpiło odstąpienie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kary umownej.

Pytanie Nr 47, dotyczy wzoru umowy dostawy:

§4 ust. 8 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie maksymalnej wysokości kar umownych do 15% wartości brutto umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie maksymalnej wysokości kar umownych.

Pytanie Nr 48, dotyczy wzoru umowy dostawy:

§7 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

2.1. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, a naruszenie to zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją organu administracyjnego;

2.2. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp, co zostało stwierdzone po zawarciu umowy w wyniku postępowania prowadzonego zgodnie z przepisami prawa;

2.3. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążyą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej, a naruszenie to dotyczy niniejszej umowy.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację ww. postanowienia umownego.

Pytanie Nr 49, dotyczy wzoru umowy dzierżawy:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podłączenie analizatorów do usługi zdalnego dostępu o nazwie ProService? Usługa umożliwi serwisowi technicznemu i aplikacyjnemu na zdalne rozwiązywanie problemów. W badaniach laboratoryjnych czas odgrywa kluczową rolę, a przestój analizatora spowodowany jego awarią może znacznie wydłużyć oczekiwanie na wynik. Jeżeli Zamawiający wyraża zgodę to prosimy o techniczne zapewnienie naszym analizatorom łącza z dostępem do Internetu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga systemu monitoringu zdalnego, który będzie spełniać wszystkie wymagania opisane w specyfikacji technicznej. Wskazanie przez Wykonawcę systemu monitorowania wyłącznie z jego nazwy własnej "ProService" uniemożliwia zweryfikowanie przez Zamawiającego jego właściwości w kontekście spełniania (lub nie) wymagań opisanych wyżej. Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w specyfikacji technicznej.

Pytanie Nr 50, dotyczy wzoru umowy dzierżawy:

§1 ust. 3 - Czy zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy i instalacji oferowanego sprzętu do 45 dni? Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wydłużenie terminu w związku z faktem, iż analizatory są sprowadzane bezpośrednio od producenta z zagranicy. Aktualna sytuacja na rynku oraz skomplikowane procedury celne oraz współpraca z dostawcami oprogramowania LIS (terminy podłączenia analizatorów do sieci informatycznej są obecnie bardzo długie i niezależne od dostawcy sprzętu), uniemożliwiają należyte wykonanie warunków wynikających z umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Podany termin jest terminem nierealnym do dotrzymania, w związku z powyższym Wykonawca prosi jak w pytaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy sprzętu w przypadku Zadania Nr 4 do **30 dni**.

Jednocześnie informuje, że zapis w **Rozdz. VI pkt. 2.1. SWZ** otrzymuje następujące brzmienie:

„2.1 Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot dzierżawy wraz z instrukcją obsługi w języku polskim w terminie 10 dni, a w przypadku Zadania Nr 4 w terminie **30 dni**, licząc od daty zawarcia umowy dzierżawy.”

Natomiast zapis **§ 1 ust. 3** wzoru umowy dzierżawy otrzymuje brzmienie:

„3. Wyzierżawiający zobowiązany jest w cenie oferty dostarczyć i przekazać Dzierżawcy przedmiot dzierżawy w ciągu 10 dni, a w przypadku Zadania Nr 4 w ciągu **30 dni**, licząc od daty zawarcia umowy wraz z instrukcją obsługi w języku polskim w formie papierowej. ”

Pytanie Nr 51, dotyczy wzoru umowy dzierżawy:

§5 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wyzierżawiający zapewnia możliwość zgłaszania awarii w godzinach pracy od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) pod numery kontaktowe:, adres e-mail:”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację ww. postanowienia umownego.

Pytanie Nr 52, dotyczy wzoru umowy dzierżawy:

§5 ust. 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wyzierżawiający zobowiązuje się do wstawienia urządzenia zastępczego o tym samym przeznaczeniu w przypadku naprawy trwającej powyżej 7 (siedmiu) dni roboczych, z możliwością przedłużenia tego terminu w uzasadnionych przypadkach, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację ww. postanowienia umownego.

Pytanie Nr 53, dotyczy wzoru umowy dzierżawy:

§7 ust. 1 lit. a - Czy Dzierżawca wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do 0,25% wartości brutto umowy dzierżawy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej do 3 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kary umownej.

Pytanie Nr 54, dotyczy wzoru umowy dzierżawy:

§7 ust. 1 lit. b - Czy Dzierżawca wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do 1,5% wartości brutto umowy dzierżawy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej powyżej 3 dnia zwłoki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kary umownej.

Pytanie Nr 55, dotyczy wzoru umowy dzierżawy:

§7 ust. 2 - Czy Dzierżawca wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do 1% wartości brutto umowy dzierżawy za każdy dzień zwłoki w instalacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kary umownej.

Pytanie Nr 56, dotyczy wzoru umowy dzierżawy:

§7 ust. 3 - Czy Dzierżawca wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do 5% wartości brutto umowy dzierżawy za nienależyte wykonanie umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kary umownej.

Pytanie Nr 57, dotyczy wzoru umowy dzierżawy:

§7 ust. 4 - Czy Dzierżawca wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do 10 zł za każdą godzinę zwłoki w czasie reakcji serwisu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kary umownej.

Pytanie Nr 58, dotyczy wzoru umowy dzierżawy:

§7 ust. 5 - Czy Dzierżawca wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do 5% wartości umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wydzierżawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kary umownej.

Wszelkie dopuszczenia, zmiany wynikające z powyższych odpowiedzi na pytania należy uwzględnić w składanych ofertach.

Z poważaniem

W trybie art 52 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych
z up. Dyrektora Wojewódzkiego
Szpitala Zespołowego w Toruniu

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
Anna Wutrych-Krajewska

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Zadanie Nr 3
analizatorów: głównego, dwóch backup

Pełna nazwa urządzenia, typ, model (podać dla każdego analizatora):

Producent (podać dla każdego analizatora):

Rok produkcji (podać dla każdego analizatora):

Lp.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Parametr wymagany/punktacja	Parametry oferowane Podać/opisać TAK/NIE
I. Wymagania dla analizatora głównego (ZDL, lokalizacja ul. Św. Józefa 53-59)			
1.	Data produkcji aparatu nie wcześniej niż 2018 rok, po pełnym przeglądzie technicznym	TAK, podać	
2.	Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, umożliwiający jednoczesne oznaczenie następujących parametrów: pH, pCO ₂ , pO ₂ , ctHb, MetHb, O ₂ Hb, HHb, COHb, HbF, sO ₂ , cNa ⁺ , cK ⁺ , cCa ⁺⁺ , cCl ⁻ , glukoza, mleczały, bilirubina całkowita	TAK	
3.	Bilirubina całkowita (wymagany zakres pomiarowy dla bilirubiny od 0,0 mg/dl do przynajmniej 30,0 mg/dl)	TAK	
4.	Konstrukcja analizatora posiadająca dwa sposoby podania próbki do wyboru: bezpośrednio ze strzykawki lub z kapilary	TAK	
5.	Możliwość wyboru parametrów pomiarowych według potrzeb użytkownika	TAK	
6.	Możliwość przerwania kalibracji w celu wykonania próbki CITO!	TAK	
7.	Całkowity czas kalibracji analizatora w ciągu doby nie dłuższy niż 1 godzina	TAK	
8.	Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń (gazometria, oksymetria, metabolity z elektrolitami i bilirubiną) z próbki o objętości nie większej niż 100 µl.	TAK	
9.	Analizator posiadający możliwość wykonania badania z: <ul style="list-style-type: none">• krwi pełnej• powietrza wydychanego, w celu oznaczenia pO₂ i pCO₂• jamy opłucnej, w celu oznaczenia pH• płynów innych, niż ludzka heparynizowana krew pełna	TAK	
10.	Konstrukcja analizatora zapewniająca, aby wszystkie parametry oznaczane były w jednym torze pomiarowym z wykorzystaniem jednej elektrody	TAK	

	referencyjnej, dotyczy to zarówno materiału badanego od pacjenta, jak i materiału kontrolnego.		
11.	Możliwość podglądu mapy równowagi kwasowo-zasadowej zawierającej wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych	TAK	
12.	Wbudowany moduł automatycznej kontroli jakości	TAK	
13.	Materiał kontrolny niezależny od materiału kalibracyjnego	TAK	
14.	Zamknięte, niezależne ścieki	TAK	
15.	Możliwość wymiany pojedynczych odczynników zależnie od zużycia, jeden pojemnik – jeden odczynnik (roztwór). Zamawiający nie oczekuje analizatora z pakietami odczynnikowymi	TAK	
16.	Oprogramowanie i instrukcje w języku polskim	TAK	
17.	Zabezpieczenie systemów komputerowych - UPS	TAK	
18.	Wbudowany scanner do odczytu ID próbki oraz operatora	TAK	
19.	Urządzenie kompatybilne z systemem informatycznym Zamawiającego (LIS, HIS)	TAK	
20.	Integracja analizatora z systemem informatycznym LIS/HIS Zamawiającego. Koszt po stronie Wykonawcy.	TAK	
21.	Komputer z drukarką do obsługi analizatora głównego. Wymagania – nie gorsze niż: - procesor klasy min. i5 gen11 11400 ze zintegrowaną kartą graficzną lub równoważny, - pamięć RAM min. 16GB DDR4 2666MHz, - dysk wewnętrzny PCIe NVMe n.2 500GB zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników. - obudowa mini tower - nagrywarka dvd+/-rw Licencja na system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional 64-bit PL, zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional 64-bit PL niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft (lub system równoważny tj. obsługujący wszystkie programy obsługiwane	TAK, podać	

<p>przez w/w system oraz oferujący wszystkie funkcjonalności w/w systemu, obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez w/w system, współpracujący z usługą Active Directory oraz aplikacjami napisanymi na platformy NET Framework 1.1, 1.2, 1.3).</p> <p>W przypadku awarii dysków twardech dysk pozostaje u Zamawiającego.</p> <p>Klawiatura USB w układzie QWERTY US min. 105 klawiszy.</p> <p>Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000 dpi.</p> <p>Dodatkowe 2 porty COM</p> <p>Oprogramowanie Microsoft Office 2023</p> <p>Monitor: Przekątna ekranu min 24 cale Natywna rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pikseli Technologia podświetlenia LED Matryca matowa Głośniki wbudowane 2 szt. Regulacja wysokości, Montaż VESA 100x100</p> <p>Zasilacz awaryjny UPS 500W</p> <p>Drukarka laserowa A4 1 szt. o parametrach minimalnych: Automatyczny duplex Komunikacja USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Mbps Toner startowy oraz 1 szt. toneru na wymianę.</p>		
--	--	--

II. Wymagania dla dwóch analizatorów backup

II.A. Analizator backup pierwszy (ZDL, lokalizacja ul. Św. Józefa 53-59)

1.	Data produkcji aparatu nie wcześniej niż 2018 rok, po pełnym przeglądzie technicznym	TAK, podać	
2.	Analizator back'up, pracujący w oparciu o takie same odczytniki, umożliwiające pomiar następujących parametrów: pH, pCO ₂ , pO ₂ z próbki nie większej niż 60 µl.	TAK	
3.	Oprogramowanie i instrukcje w języku polskim	TAK	
4.	Wbudowany scanner do odczytu ID próbki oraz operatora	TAK	
5.	Urządzenie kompatybilne z systemem informatycznym zamawiającego (LIS, HIS)	TAK	

6.	Integracja analizatora z systemem informatycznym LIS/HIS Zamawiającego. Koszt po stronie Wykonawcy.	TAK	
II.B. Analizator backup drugi (ZDL, lokalizacja ul. Konstytucji 3 Maja 42)			
1.	Data produkcji aparatu nie wcześniej niż 2023 rok, nowy lub 2018 rok , po pełnym przeglądzie technicznym.	TAK	
2.	Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, umożliwiający jednoczesne oznaczenie następujących parametrów: pH, pCO ₂ , pO ₂ , ctHb, MetHb, O ₂ Hb, HHb, COHb, HbF, sO ₂ , cNa ⁺ , cK ⁺ , cCa ⁺⁺ , cCl ⁻ , glukoza, mleczyzny, bilirubina całkowita	TAK	
3.	Bilirubina całkowita (wymagany zakres pomiarowy dla bilirubiny od 0,0 mg/dl do przynajmniej 30,0 mg/dl)	TAK	
4.	Konstrukcja analizatora posiadająca dwa sposoby podania próbki do wyboru: bezpośrednio ze strzykawki lub z kapilary	TAK	
5.	Możliwość wyboru parametrów pomiarowych według potrzeb użytkownika	TAK	
6.	Możliwość przerywania kalibracji w celu wykonania próbki CITO!	TAK	
7.	Całkowity czas kalibracji analizatora w ciągu doby nie dłuższy niż 1 godzina	TAK	
8.	Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń (gazometria, oksymetria, metabolity z elektrolitami i bilirubiną) z próbki o objętości nie większej niż 100µl.	TAK	
9.	Analizator posiadający możliwość wykonania badania z: <ul style="list-style-type: none"> • krwi pełnej • powietrza wydychanego, w celu oznaczenia pO₂ i pCO₂ • jamy opłucnej, w celu oznaczenia pH • płynów innych, niż ludzka heparynizowana krew pełna 	TAK	
10.	Konstrukcja analizatora zapewniająca, aby wszystkie parametry oznaczane były w jednym torze pomiarowym z wykorzystaniem jednej elektrody referencyjnej, dotyczy to zarówno materiału badanego od pacjenta, jak i materiału kontrolnego.	TAK	
11.	Możliwość podglądu mapy równowagi kwasowo-zasadowej zawierającej wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych	TAK	
12.	Wbudowany moduł automatycznej kontroli jakości	TAK	

13.	Materiał kontrolny niezależny od materiału kalibracyjnego	TAK	
14.	Zamknięte, niezależne ścieki	TAK	
15.	Możliwość wymiany pojedynczych odczynników zależnie od zużycia, jeden pojemnik – jeden odczynnik (roztwór). Zamawiający nie oczekuje analizatora z pakietami odczynnikowymi	TAK	
16.	Oprogramowanie i instrukcje w języku polskim	TAK	
17.	Zabezpieczenie systemów komputerowych - UPS	TAK	
18.	Wbudowany scanner do odczytu ID próbki oraz operatora	TAK	
19.	Urządzenie kompatybilne z systemem informatycznym Zamawiającego (LIS, HIS)	TAK	
20.	Integracja analizatora z systemem informatycznym LIS/HIS Zamawiającego. Koszt po stronie Wykonawcy.	TAK	
21.	Wykonawca wraz z aparatem dostarczy bezpłatnie na czas umowy witrynę chłodniczą.	TAK	
22.	Wykonawca wraz z aparatem dostarczy bezpłatnie na czas umowy klimatyzator przenośny.	TAK	
III. Pozostałe wymagania dotyczące analizatorów			
1.	Instalacja, uruchomienie i szkolenie na koszt Wykonawcy w odniesieniu do wszystkich analizatorów	TAK	
2.	2.1 Podłączenie analizatorów: głównego i dwóch back'up do szpitalnego systemu informatycznego na koszt Wykonawcy. 2.2 Udostępnienie protokołu transmisji danych. 2.3 Trzy licencje na moduł aparatu (każdy z analizatorów posiada własną licencję na aparat).	TAK	
IV. Serwis i warunki gwarancji			
1.	Gwarancja techniczna przez cały czas trwania umowy – 24 m-ce	TAK	
2.	Czas reakcji serwisu w ciągu 24 godzin licząc od powzięcia wiadomości od użytkownika o zaistniałej awarii w dni robocze i w ciągu 48 godzin licząc od powzięcia wiadomości od użytkownika o zaistniałej awarii w dni wolne od pracy i święta.	TAK	
3.	Dostępność serwisu w ciągu doby 24 godz.	TAK	
4.	Dostępność serwisu w roku – 365 dni.	TAK	
5.	Aparat serwisowany zdalnie.	TAK	
6.	Możliwość wstawienia analizatora zastępczego o tym samym przeznaczeniu w przypadku naprawy trwającej powyżej 3 dni.	TAK	

7.	Awarie należy zgłaszać do serwisu Wykonawcy pod nr telefonów	podać nr telefonu	
8.	Wartość analizatorów brutto: a) głównego b) backup pierwszy c) backup drugi	podać	
V.	System zdalnego nadzoru nad analizatorami (Zamawiający zapewni instalację systemu na stacji fizycznej lub wirtualnej)		
1.	Zapewnienie dostępu do systemu zarządzania z każdego komputera w laboratorium/szpitalu poprzez przeglądarkę internetową.	TAK	
2.	Zapewnienie połączenia do systemu zarządzania oferowanych analizatorów	TAK	
3.	Dodawanie nowych użytkowników systemu, nadawanie i odbieranie uprawnień użytkownikom systemu.	TAK	
4.	Możliwość tworzenia jednostek szpitala w systemie zarządzającym (np. lokalizacje, oddziały) i przypisywanie im analizatorów.	TAK	
5.	Alarmowanie przez system zarządzania konieczności interwencji użytkownika.	TAK	
6.	Zdalna kontrola w czasie rzeczywistym analizatorów znajdujących się poza laboratorium w zakresie: 1) stanu ogólnego; 2) stanu połączenia sieciowego; 3) poziomu odczynników; 4) statusu kalibracji; 5) statusu wewnętrznej kontroli jakości; 6) czyszczenia, płukania.	TAK	
7.	Przesyłanie informacji o zdarzeniach: opis problemu, dane identyfikujące analizator, godzina zdarzenia, możliwość wprowadzenia informacji o podjętych działaniach naprawczych.	TAK	
8.	Generowanie raportów z dokonanych działań naprawczych względem zaistniałych zdarzeń w zadanym przez użytkownika czasie.	TAK	
9.	Możliwość sprawdzania statusu połączenia poszczególnych analizatorów.	TAK	
10.	Możliwość zdalnego blokowania dokonywanych oznaczeń przez analizator.	TAK	
11.	Możliwość sprawdzania stanu odczynników na pokładzie analizatorów.	TAK	
12.	Możliwość podglądu wyników badań wykonanych na analizatorach.	TAK	
13.	Możliwość wymuszania wykonania kalibracji analizatora.	TAK	

14.	Możliwość wymuszenia wykonania kontroli jakości na analizatorze.	TAK	
15.	Możliwość generowania raportów z kontroli jakości.	TAK	
16.	Generowanie raportów z ilości wykonanych badań na poszczególnych analizatorach i dla poszczególnych oddziałów/jednostek szpitala.	TAK	
17.	Możliwość wyboru zakresu czasowego dla generowanych raportów.	TAK	
18.	Komunikacja użytkownika z systemem w języku polskim.	TAK	
19.	Możliwość drukowania, dołączenia do wiadomości e-mail lub eksportowania (do różnych formatów pliku) raportów np. dotyczących kalibracji, zdarzeń, kontroli jakości	TAK	
VI.	Parametry oceniane		
1.	Możliwość zdalnego dostępu do aparatu	TAK/NIE TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.	
2.	Możliwość sczytywania wartości kalibratorów z kodu paskowego na etykiecie	TAK/NIE TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.	
3.	Możliwość korekty oznaczanych parametrów względem temperatury ciała pacjenta	TAK/NIE TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.	

Uwaga!

1. Odpowiedź „NIE” przy parametrach wymaganych spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymagań Specyfikacji Warunków Zamówienia, z wyjątkiem pkt. IV.7 i IV. 8.
2. Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Zadanie Nr 5
aparatów do barwienia z funkcją cytowirówki**

Pełna nazwa urządzenia, typ, model (podać dla każdego aparatu):

Producent (podać dla każdego aparatu):

Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024):

L.p	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Parametry wymagane/ punktacja	Parametry oferowane podać/opisać TAK/NIE
A. Charakterystyka aparatu			
A.1	Aparat fabrycznie nowy.	TAK	
A.2	Automatyczny system barwienia preparatów metodą Grama przy użyciu dysz rozpylających zapewniających równomierne nakładanie barwnika.	TAK	
A.3	Urządzenie wyposażone w 3 rotory (2 rotory do barwienia i 1 rotor do cytowierowania).	TAK	
A.4	Brak wzajemnej kontaminacji próbek.	TAK	
A.5	Możliwość barwienia od 1 do 12 preparatów.	TAK	
A.6	Funkcja cytowirówki o pojemności 8 preparatów.	TAK	
A.7	Prędkość cytowirówki od 100 do 20000 2000 obrotów na minutę (+/- 5%), programowana przez użytkownika.	TAK	
A.8	Automatyczne suszenie szkiełek umożliwiające oglądanie preparatów bezpośrednio po zakończeniu cyklu.	TAK	
A.9	Możliwość niezależnego ustawienia 3 poziomów intensywności natrysku dla każdego barwnika.	TAK	
A.10	Możliwość niezależnego ustawienia 9 poziomów odbarwiania w zależności od grubości rozmazów.	TAK	
A.11	Możliwość tworzenia własnych programów barwienia.	TAK	
A.12	Automatyczne czyszczenie i płukanie dysz po każdym cyklu barwienia bez interwencji użytkownika.	TAK	
A.13	Automatyczne przypominanie o konserwacji lub kontroli jakości.	TAK	
A.14	Monitorowanie wszystkich odczynników i sygnalizacja przekroczenia daty ważności.	TAK	
A.15	Monitorowanie poziomu odczynników i wskazywanie ich niskiego poziomu.	TAK	
A.16	Możliwość śledzenia ID próbek i przechowywanie danych o odczynnikach, ID operatora i historii cykli barwienia.	TAK/NIE TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.	
A.17	Możliwość wprowadzenia danych o odczynnikach i próbkach manualnie za pomocą klawiatury.	TAK/NIE TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.	
A.18	Skaner do kodów kreskowych do wprowadzania danych.	TAK/NIE TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.	

A.19	Port USB pozwalający eksportować informacje i instalować aktualizacje.	TAK	
A.20	Pojemnik na ścieki o poj.10 L	TAK	
B. Serwis i warunki gwarancji:			
B.1	Instalacja, uruchomienie i szkolenie w zakresie obsługi urządzenia na koszt Wykonawcy.	TAK	
B.2	Instrukcja obsługi urządzenia oraz opisy w języku polskim dostarczone wraz z dostawą urządzenia.	TAK	
B.3	Wsparcie aplikacyjno-szkoleniowe świadczone przez osoby posiadające certyfikat kompetencji wydany przez Producenta aparatu.	TAK	
B.4	Aktualizacja oprogramowania w okresie trwania gwarancji.	TAK	
B.5	Gwarancja techniczna przez cały czas trwania umowy.		
B.6	W okresie gwarancji wszystkie naprawy serwisowe oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z częściami i materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (przeglądy nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji).	TAK	
B.7	Czas reakcji serwisu w ciągu 24 godzin licząc od powzięcia wiadomości od użytkownika o zaistniałej awarii w dni robocze i w ciągu 48 godzin licząc od powzięcia wiadomości od użytkownika o zaistniałej awarii w dni wolne od pracy i święta.	TAK	
B.8	Dostępność serwisu w ciągu doby 24 godz.	TAK	
B.9	Dostępność serwisu w roku – 365 dni.	TAK	
B.10	Możliwość wstawienia analizatora zastępczego o tym samym przeznaczeniu w przypadku naprawy trwającej powyżej 3 dni.	TAK	
B.11	Wartość aparatów brutto	podać dla każdego aparatu osobno	
B.12	Dane kontaktowe z autoryzowanym serwisem lub ewentualnie innym podmiotem upoważnionym przez producenta urządzenia do wykonywania serwisu/napraw gwarancyjnych	podać nr telefonu adres e-mail	

Uwaga!

1. Odpowiedź „NIE” przy parametrach wymaganych spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymagań Specyfikacji Warunków Zamówienia, z wyjątkiem pkt.B.11 i B.12.
2. Oświadczamy, że oferowany analizator jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

.....
data

.....
podpis Wykonawcy