

Dreźnie, dnia 6 października 2023 roku

**Do  
Wykonawców,  
ubiegających się o zamówienie**

**P2**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę osprzętu endoskopowego,  
nr sprawy: PCZSzp/ZP/ZO/130/23/2023**

## **WYJAŚNIENIA**

### **Pytanie nr 1**

#### **Poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji 1 kleszczyki o długości 160cm i średnicy narzędzia 1.8, 2.2 i 2.4 mm oraz kleszczyki o długości 240cm i średnicy narzędzia 2.2 i 2.4mm ?

#### **Odp. do pytania 1**

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty na kleszczyki o długości 240cm i średnicy narzędzia 2.2 i 2.4mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

### **Pytanie nr 2**

#### **Poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji 11 zestaw do opaskowania żyłaków przelyku, jednorazowy, sterylny, zestaw zawierający 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego; podwiązki zamontowane w sposób nieograniczający pola widzenia, wyposażony w giętki dren, przeznaczony do irygacji miejsca obliteracji, przyłączany do głowicy, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki, przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 8.6 - 11.5mm ?

#### **Odp. do pytania 2**

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w poz. 11 na zestaw do opaskowania żyłaków przelyku, jednorazowy, sterylny, zestaw zawierający 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego; podwiązki zamontowane w sposób nieograniczający pola widzenia, wyposażony w giętki dren, przeznaczony do irygacji miejsca obliteracji, przyłączany do głowicy, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki, przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy kanału roboczego 2.8mm, przy zachowaniu wymaganej długości 150cm.

### **Pytanie nr 3**

#### **Poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji 12 klipsownicę hemostatyczną jednorazowego użytku z klipsem fabrycznie załadowanym do zestawu i gotowym do użycia bezpośrednio po rozpakowaniu, z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, długość 235cm, otwarcie ramion 17mm, rotacja 1:1, rotacja 360 stopni, dwa sposoby rotacji, współpracujący z kanałem endoskopu o średnicy 2.8mm?

#### **Odp. do pytania 3**

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty do poz. 12 na klipsownicę hemostatyczną jednorazowego użytku z klipsem fabrycznie załadowanym do zestawu i gotowym do użycia bezpośrednio po rozpakowaniu, z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, długość 235cm, otwarcie ramion 17mm, rotacja 1:1, rotacja 360 stopni, dwa sposoby rotacji, współpracujący z kanałem endoskopu o średnicy 2.8mm.