



Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5



REGON 000290110
NIP 657-21-87-534
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000009702

www.morawica.com.pl
szpital@morawica.com.pl

centrala (41) 36 41 399
Izba Przyjęć (41) 36 41 302
fax (41) 36 41 299

WSZYSCY WYKONAWCY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 14.10.2022 R.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na „**Zakup tomografu komputerowego z wyposażeniem wraz z dostosowaniem pomieszczeń**”, w ramach zadania współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.3. Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, *Nr postępowania EZZ-252-21/2022*.

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy jako Zamawiający działając na podst. art. 135 ust. 6, art. 137 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej przekazuje odpowiedzi na zadane pytania Wykonawców oraz zmianę treści SWZ.

Zamawiający informuję, że zamieszcza nowy zmodyfikowany „Zał. nr 11 do SWZ Parametry techniczne tomografu komputerowego” pod nazwą „**Zał. nr 11 do SWZ Parametry techniczne tomografu komputerowego z dnia 14.10.2022**”.

Pytanie 1:

Załącznik Nr 11 do SWZ, pkt 100:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania:

Automatyczny, dwuwkładowy wstrzykiwacz środka cieniującego i soli fizjologicznej, współpracujący z materiałami zużywalnymi o certyfikowanej sterylności przez 12 i 24 godziny, z wykorzystaniem wyłącznie materiałów eksploatacyjnych nie zawierających związków DEHP (ftalany dietyloheksylu) z funkcją automatycznego napełniania i automatycznego usuwania powietrza oraz funkcją testowania drożności naczyń.

System otwarty (możliwość zastosowania materiałów jednorazowych 2 różnych producentów) ze zintegrowanym podgrzewaczem kontrastu i soli

Uzasadnienie:

Opisywane urządzenie umożliwi wykonanie wszystkich rodzajów badań, zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pacjentów i personelu obsługującego, zwiększa komfort pracy, a jednocześnie minimalizuje ryzyko niewłaściwego podania środka kontrastowego oraz znacząco zmniejsza koszty eksploatacji oraz usług serwisowych.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.



Pytanie 2:

Załącznik Nr 11 do SWZ, pkt 100:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na system z zasilaniem sieciowym 230 V?

Uzasadnienie:

Proponowane rozwiązanie zapewnia stabilną komunikację systemu i płynność wykonywania badań. Rozładowanie baterii skutkuje przerwaniem badania lub też wykonaniem badania źle zakontrastowanego, bezużytecznego diagnostycznie.

Ponadto zasilanie bateryjne wymaga dodatkowych serwisów, należy również wziąć pod uwagę w obecnej sytuacji trudności z zapewnieniem ciągłości w łańcuchu dostaw komponentów (ogniwa bateryjne).

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3:

Załącznik Nr 11 do SWZ, pkt 100:

Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu wstrzykiwacz gdzie panel sterowania jest połączony kablowo?

Uzasadnienie:

Proponowane rozwiązanie jest bardziej stabilną opcją komunikacji elementów systemu ze względu na szczególne środowisko pracy wstrzykiwacza. Klatka faradaya stanowi barierę dla fal radiowych co może być problemem połączenia, dodatkowo pole magnetyczne generuje zakłócenia komunikacji drogą radiową. Dodatkowo dostęp zewnętrzny przez VPN do sieci szpitalnej jest prawnie usankcjonowany przez RODO jak też wewnętrzne procedury bezpieczeństwa sieci i danych Szpitala. Aby prawne aspekty były spełnione w tym punkcie to do SIWZ powinien być dołączony wzór Umowy w tym zakresie, zabezpieczenia danych i wymogi co do potencjalnych Użytkowników dostępu, wymogi co do poziomu bezpieczeństwa.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4:

Załącznik Nr 11 do SWZ, pkt 100:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wstrzykiwacz z systemem umożliwiającym zapisanie i odtworzenie 40 protokołów oraz dającym możliwość wydruku raportów wstrzyknięć?

Uzasadnienie:

Udzielając pozytywnej odpowiedzi Zamawiający umożliwi przedstawienie konkurencyjnych ofert innym oferentom.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 5:

Załącznik Nr 11 do SWZ, pkt 100:

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany wstrzykiwacz posiadał funkcję dającą możliwość instalacji głowicy do fabrycznie wypełnionych kontrastem wkładów PFS o pojemnościach 100,125 ml?

Uzasadnienie:

Mając na uwadze, że większość badań w Szpitalu Zamawiającego to badania neurologiczne mózgowia oraz kręgosłupa stosowane są typowe objętości środka kontrastowego. Powyższa funkcjonalność zapewnia precyzyjny dobór ilości środka kontrastującego i daje możliwość stosowania fabrycznie wypełnionych kontrastem i gotowych do użycia strzykawkę. Funkcja znacząco wpływa na komfort pracy personelu oraz pozwala wymiernie skrócić czas przygotowania do badania.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 6:

Dotyczy Pkt 19 Załącznika nr 11 do SWZ:

19	Minimalne napięcie anodowe do zastosowania w protokołach klinicznych min. 80 kV	Tak, podać	=80kV – 0 pkt >80kV – 10 pkt
----	--	------------	------------------------------------

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przyznaje 10 pkt. za wartość MNIEJSZĄ niż 80kV a powyższy zapis jest omyłką pisarską. Im niższa minimalna wartość kV, tym większa możliwość redukcji dawki w zastosowaniach klinicznych – np. do zastosowania w protokołach pediatrycznych. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że treść parametru powinna być następująca: Minimalne napięcie anodowe do zastosowania w protokołach klinicznych **max.** 80 kV. < 80 kV – 10 pkt.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia brzmienie tego parametru w sposób opisany poniżej oraz informuję, że zamieszcza nowy zmodyfikowany „Załącznik nr 11 do SWZ Parametry techniczne tomografu komputerowego” pod nazwą „Załącznik nr 11 do SWZ Parametry techniczne tomografu komputerowego z dnia 14.10.2022”.

19.	Minimalne napięcie anodowe do zastosowania w protokołach klinicznych max. 80 kV	Tak, podać		=80kV – 0 pkt <80kV –10pkt
-----	--	------------	--	-------------------------------

Dyrektor
Śląskiego Centrum Psychiatrii
w Morawicy
Piotr Kielbowski

Treść odpowiedzi oraz niniejszą informację zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/morawica> w dniu **14.10.2022r.**

