

**KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM
PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY**

ul. Seminaryjna 1,
85-326 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 17.10.2023 r.
Postępowanie nr **55 Z TP 23**

E.ZP.261.50.2023

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia **na dostawę robotów rehabilitacyjnych.**

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na zapytanie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Dotyczy: Załącznik nr 1-1 do SWZ zapis pkt. nr 16 Pakiet 1: Stacjonarny robot rehabilitacyjny kończyn dolnych.

Czy Zamawiający dopuści bieżnię z parametrami kinematyki perturbacji:

Prędkość bieżni: 3...194 cm/s

Przyśpieszenie: 10...625 cm/s²

Zmniejszanie prędkości: 10...625 cm/s²

Zakresy takie pozwalają na lepszą skalowalność tej funkcji oraz korespondują z wymaganą prędkością przesuwu bieżni w zakresie 0-7 km/h?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania bieżni z m.in. następującymi parametrami kinematyki perturbacji:

Prędkość bieżni: 3...194 cm/s

Przyśpieszenie: 10...625 cm/s²

Zmniejszanie prędkości: 10...625 cm/s²

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia, **zgodnie z treścią Modyfikacji z dnia 17.10.2023 r.**

Obowiązujący wzór Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1-1 do SWZ) – **po modyfikacji – w załączeniu do pisma o modyfikacji.** Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika zmodyfikowanego.