

Toruń, dnia 11-07-2024 r.

W.Sz.Z: TZ-280-70/24

dotyczy: postępowania na **dostawę jednorazowych zestawów operacyjnych do bariatrii i prostatektomii.**

W związku z otrzymanym zapytaniem do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający zgodnie z art.135 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.z 2023r. poz.1605), zwanej dalej Pzp, udziela poniżej odpowiedzi:

Pytanie Nr 1 dot. poz. Nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zestawie do bariatrii serwety chirurgicznej do zabiegów laparoskopowych w ułożeniu litotomijnym o wymiarach 250/200/300x260cm zintegrowanej z ekranem anestezyjologicznym i nogawicami. Posiadającej samoprzylepny (elastyczna taśma lepna typu flex) otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 28x30cm (z naszej wiedzy wynika, że taka jak dotychczas dostarczana). Obłożenie wyposażone w organizatory przewodów i zintegrowane kieszenie po obydwu stronach o gramaturze 80 mikronów. Przezroczyste boki nogawic umożliwiające wzrokową kontrolę ułożenia kończyn. W strefie mniej krytycznej gramatura obłożenia 59 g/m², w strefie krytycznej 129 g/m², wytrzymałość rozrywanie na sucho/mokro 98/118kPa.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Z poważaniem