

WOMPCPL Dz.E III 26/3/2022

Lublin, dnia 22.03.2022 r.

**Do wszystkich wykonawców**

**Dotyczy: Dostawa jednorazowych artykułów medycznych – 5 części**

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie Nr 1**

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 71 z pakietu 1 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie Nr 2**

Dotyczy: części nr 4 – Środki ochrony osobistej. Czy zamawiający dopuści fartuch w kolorze niebieskim? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 3**

Czy Zamawiający postępując zgodnie z art. 99 ust. 4-6 Pzp dopuści w Części 1 poz. 53, 58, 87, 88 i 94 zaoferowanie pasków testowych innego wytwórcy niż paski wymienione w siwz, spełniających wymagania postawione przez Zamawiającego w SIWZ (paski testowe równoważne)? Prosimy o podanie kryteriów równoważności zgodnie z art. 99 ust. 6 Pzp. Jako wykonawca oferujący produkt równoważny zobowiązujemy się do nieodpłatnego przeszkolenia personelu Zamawiającego z obsługi nowego systemu oraz do nieodpłatnego dostarczenia nowych glukometrów kompatybilnych z zaoferowanymi paskami oraz nieodpłatnych płynów kontrolnych w ilości zabezpieczającej potrzeby Zamawiającego. Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną, gwarantujemy również zapewnienie nieodpłatnych glukometrów dla każdego pacjenta.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie Nr 4**

Dotyczy: części 1, poz. 1

Czy zamawiający oczekuje aparatu do przetoczeń płynów typu IS?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż stosuje do płynów wieloelektrolitowych.

#### **Pytanie Nr 5**

Dotyczy: części 1, poz. 1, 6-13, 46, 61, 69, 80, 82-83,

Czy zamawiający wydzieli poz.1, 6-13, 46, 61, 69, 80, 82-83 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie Nr 6**

Dotyczy: części 1, poz. 46 - Czy zamawiający dopuści rozmiar 6 cm x 8 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie Nr 7**

Dotyczy: części 1, poz. 61

Czy zamawiający wymaga szczoteczki ginekologicznej do wymazów cytologicznych, szczoteczki typu prostego - cytobraszka?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wymaga.

#### **Pytanie Nr 8**

Dotyczy: części 4, poz. 1

Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony mankietem ze ściągaczem?

Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny nie mniejszy niż standardowy rozmiar L?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie Nr 9**

Dotyczy: części 4, poz. 3-4

Czy zamawiający wymaga i dopuszcza maseczki bez zaworu wydechowego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie Nr 10**

Dotyczy: części 4, poz. 1-2 - Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie Nr 11**

Dotyczy: części 4, poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 12**

Dotyczy: części 4 poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 13**

Dotyczy: części 3- Poz 5 Czy Zamawiający dopuści próbówki o wymiarach 11,5 x 55 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 14**

Dotyczy: części 3 - Poz 5 Czy Zamawiający dopuści próbówki o wymiarach 12 x 56 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 15**

Dotyczy: części 3 Poz 12 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „przekładane bibułka”? Opakowania szkiełek zawierają pochłaniacze powietrza które zapobiegają sklejeniu się szkiełek.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 16**

Dotyczy: części 1, pozycja 6-7 - Czy Zamawiający dopuści gazę w rozmiarze 1m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie Nr 17**

Dotyczy: części 1, Pozycja 40 - Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania papieru oryginalnego (Sony, Japonia), gwarantującego jakość i trwałość wydruku, czy dopuszcza zamiennik o gorszych parametrach?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje papieru do USG dobrej jakości aby obraz wyniku był czytelny .

**Pytanie Nr 18**

Dotyczy: części 1, Pozycja 72 -Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 0,9x25mm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie Nr 19**

Dotyczy: części 1, pozycja 75 - Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 1,1 x 32mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie Nr 20**

Dotyczy: części 1, pozycja 79 - Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 1,1 x 32mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 21**

Dotyczy: części 1, pozycja 91 - Czy Zamawiający dopuści szynę 230 x 25?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 22**

Dotyczy: części 1, pozycja 97 - Czy Zamawiający dopuści lusterko o średnicy 19mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie Nr 23**

**Dotyczy SWZ:**

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

*Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka).*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 24**

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie załączników do postępowania w wersji edytowalnej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, jednocześnie informuję, iż wszystkie załączniki do SWZ

zamieszczone w niniejszym postępowaniu są w wersji edytowalnej.

**Pytanie Nr 25**

**Dotyczy Załącznika Nr 3 – Projektowane postanowienia umowy - § 4.1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł netto”?

*Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 200 zł. Koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie Nr 26**

**Dotyczy Załącznika Nr 3 – Projektowane postanowienia umowy- § 5**

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu powyższego paragrafu na:

- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 3 dni robocze od chwili jej otrzymania,
- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.

*Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

**Pytanie Nr 27**

**Dotyczy Załącznika Nr 3 – Projektowane postanowienia umowy - § 6 ust. 1.c**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „10% wynagrodzenia brutto” na „ w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy brutto?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie Nr 28**

**Dotyczy Załącznika Nr 3 – Projektowane postanowienia umowy - § 15**

Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że:

- Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem,
- Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności,
- Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie Nr 29**

**Dotyczy Części nr 3 pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników zakręcanych, gwarantujących szczelność zamknięcia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 30**

**Dotyczy Części nr 3 pozycja 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek bez kołnierza o poj. 10 ml, ze znacznikami poj.: 1; 2,5; 5 i 10 ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie Nr 31**

**Dotyczy Części nr 3 pozycja 12**

Prosimy o dopuszczenie szkiełek nieprzekładanych bibułką.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 32**

**Dotyczy Części nr 4 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha w kolorze niebieskim.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 33**

**Dotyczy Części nr 4 poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kombinezonu z jednostronnym zamkiem błyskawicznymi, Po-  
zostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 34**

**Dotyczy Części 5 poz. 1-3**

Prosimy o dopuszczenie rękawiczek pakowanych po 200 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**DYREKTOR**  
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy  
Centrum Profilaktyczno-Leczniczego  
w Lublinie  
*lek. med. Anna Rutczyńska-Rumńska*