



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4
W BYTOMIU**

ALEJA LEGIONÓW 10 41-902 BYTOM

TEL.: 32 281-02-71-7 FAX: 32 281-02-70 NIP: 626-25-10-567
KONTO BANKOWE ING Bank ŚL. O/Bytom 26 1050 1230 1000 0022 1313 7165



Bytom, dnia 07.03.2022 r.

DZP – 7/2022

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę wyrobów medycznych, obłożeń i opatrunków

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej:

Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 1 poz. 1, 2, 4

Prosimy o wydzielenie poz. 1, 2, 4 do oddzielnego zadania.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 – dot. Pakietu nr 1 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie łyżek wykonanych z poliwęglanu, odstępianie od wymogu pracy w środowisku MR, dopuszczenie opakowania folia/folia, dopuszczenie następujących wymiarów:

	Długość całkowita	Szerokość części dystalnej
MAC2	113.75 mm	10.00 mm
MAC3	134.00 mm	15.20 mm
MAC4	154.00 mm	14.80 mm
MIL0	80,00 mm	11,00 mm
MIL1	105,00mm	11,00 mm

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3 – dot. Pakietu nr 1 poz. 1

Czy zamawiający dopuści łyżkę wykonaną z ABS (akrylonitryl butadien styren), długość łyżki dla rozmiaru 4 - 151 mm, szerokość 25 mm, wysokość końcówki bez elementu mocującego 20 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 – dot. Pakietu nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów do protezowania dróg żółciowych jednorazowego użytku?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 – dot. Pakietu nr 5 poz. 1

Czy zamawiający dopuści waciki 1,2x1,2cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 – dot. Pakietu nr 5 poz. 2

Czy zamawiający dopuści waciki 1,2 x 5,0 cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 – dot. Pakietu nr 5 poz. 3

Czy zamawiający dopuści waciki 7 x 7 cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 – dot. Pakietu nr 5 poz. 3

Czy zamawiający dopuści waciki 10x10 cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9 – dot. Pakietu nr 5 poz. 6

Czy zamawiający wydzieli pozycję 6 i utworzy z niej oddzielne zadanie?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10 – dot. Pakietu nr 1 poz. 1

Czy zamawiający dopuści łyżki wykonane z ABS?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 – dot. Pakietu nr 1 poz. 1

Czy zamawiający dopuści łyżkę o długości 160mm (dla rozmiaru 4)?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 – dot. Pakietu nr 1 poz. 3

Czy zamawiający dopuści osobno pakowaną łyżkę i osobno pakowaną rękojeść?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 – dot. Pakietu nr 1 poz. 3

Czy zamawiający dopuści łyżki w rozmiarze 1, 2, 3 oraz 4?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 – dot. Pakietu nr 1 poz. 4

Czy zamawiający dopuści kolderkę na całe ciało o wymiarach 210 cm x 120 cm wykonaną z wielowarstwowej włókniny SMS, reszta zgodna z SWZ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15 – dot. Pakietu nr 1 poz. 6

Czy zamawiający dopuści resuscytator o pojemności 1650ml i rezerwuarem 2000ml?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16 – dot. Pakietu nr 1 poz. 6

Czy zamawiający dopuści resuscytator tylko z jedną maską w zestawie (rozmiar 5), a drugą dołączoną osobno?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17 – dot. Pakietu nr 1 poz. 6

Czy zamawiający dopuści resuscytator z zastawką PEEP dołączoną osobno?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 – dot. Pakietu nr 1 poz. 6

Czy zamawiający odstąpi, aby resuscytator był wyposażony w zastawkę PEEP?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 19 – dot. Pakietu nr 1 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie kołdry dwuwarstwowej o wymiarach 195x100 cm i wskazanie modelu urządzenia, z którym ma współpracować.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 20 – dot. Pakietu nr 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3 wacki o nieznacznie mniejszym rozmiarze 7,6 x 7,6 cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21 – dot. Pakietu nr 5 poz. 4 oraz 5

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 4 i 5 do osobnego pakietu?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22 – dot. Pakietu nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów, odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O, chłonność wzmocnienia min. 680%

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 200 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 6 cm x 65 cm, wzmocnienie w strefie krytycznej 60x80cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 23 – dot. Pakietu nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach:

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów, odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O, chłonność wzmocnienia min. 680%

- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 1 x elastyczna osłona na kończybę o wymiarach 35 cm x 120 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 24 – dot. Pakietu nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów, odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O, chłonność wzmocnienia min. 680%

- 1 x serweta o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 25 – dot. Pakietu nr 9 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów, odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O, chłonność wzmocnienia min. 680%

- 1 x serweta o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 26 – dot. Pakietu nr 9 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów, odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O, chłonność wzmocnienia min. 680%

- 1 x serweta o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 27 – dot. Pakietu nr 9 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m², odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O, chłonność wzmocnienia min. 680%.

- 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

- 2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 28 – dot. Pakietu nr 9 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200cm x 320cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm
- 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 29 – dot. Pakietu nr 9 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², odporność na penetrację płynów 188 cm H₂O, chłonność warstwy zewnętrznej min. 350%

- 1 x serweta 180/270 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończynie, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 30 – dot. Pakietu nr 9 poz. 6

Czy zamawiający dopuści serwetę 200 x 320 cm z decentralnym otworem samoprzylepnym o średnicy 15 cm z dodatkowym wzmocnieniem wokół otworu, gramatura włókniny 50g/m², gramatura w strefie wzmocnionej 130g/m², odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 110 cm H₂O, chłonność w strefie krytycznej 680%?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań.

Pytanie nr 31 – dot. Pakietu nr 9 poz. 6

Czy zamawiający dopuści serwetę wykonaną z laminatu PP+PE o łącznej gramaturze 63g/m², odporności na penetrację wody 188 cm H₂O oraz chłonności 350%?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 32 – dot. Pakietu nr 9 poz. 7

Czy zamawiający dopuści serwetę 200 x 320 cm z decentralnym otworem samoprzylepnym o średnicy 15 cm z dodatkowym wzmocnieniem wokół otworu, gramatura włókniny 50g/m², gramatura w strefie wzmocnionej 130g/m², odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 110 cm H₂O, chłonność w strefie krytycznej 680%?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań.

Pytanie nr 33 – dot. Pakietu nr 9 poz. 7

Czy zamawiający dopuści serwetę wykonaną z laminatu PP+PE o łącznej gramaturze 63g/m², odporności na penetrację wody 188 cm H₂O oraz chłonności 350%?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 34 – dot. Pakietu nr 9 poz. 7

Czy zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo wykonaną z folii PE o gramaturze 50g/m², wzmocnioną włókniną o gramaturze 30g/m², odporność na penetrację wody 188cm H₂O, absorbcja 350%?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 35 – dot. Pakietu nr 9 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m², odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H₂O, chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%

- 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 320 cm, zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończyne o wymiarach 22 cm x 75 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 36 – dot. Pakietu nr 9 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach:

Serwety wykonane z materiału dwuwarstwowego 60g/m².

- 1 x taśma typu rzep 3cm x 25cm,
- 4 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 50cm x 50cm,
- 1 x osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm,
- 2 x ręczniki chłonne 30cm x 34cm,
- 1 x taśma lepna 10cm x 50cm,
- 1 x serweta dwuwarstwowa 230cm x 300cm o gramaturze 60g/m² wyposażona w otwór 20cm x 30cm wypełniony folią operacyjną, wysokochłonne wzmocnienie o gramaturze 80g/m² w części krytycznej oraz trójkątną torbę do zbiórki płynów. Chłonność wzmocnienia 680%.
- 1 x serweta na stolik instrumentariuszki, stanowiąca owinięcie zestawu 150cm x 190cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37 – dot. Pakietu nr 9 poz. 8

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 38 – dot. Pakietu nr 9 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², dolna część serwety wykonana z folii PE, odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H₂O, chłonność wzmocnienia min. 680%

- 1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończynie, z otworem brzuszny o średnicy 6 cm oraz kroczywym 6 cm, zintegrowana z bezlateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39 – dot. Pakietu nr 9 poz. 11

Czy zamawiający dopuści pojemnik na igły i ostrza 30 miejsc, magnetyczny?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40 – dot. Pakietu nr 9 poz. 12 oraz 13

Czy Zamawiający dopuści torbę do przechwytywania płynów o wymiarach 60cm x 100cm wyposażoną w samouszczelniający się otwór o wymiarach 6cm x 8cm, sztywnik w górnej części torebki z 2ma przylepcami w przedniej części torby służącymi do ufixsowania do serwet operacyjnych i port do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwiała podłączania drenów o różnej średnicy. Torba wykonana z przezroczystej folii polietylenowej o grubości 0.1 mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 41 – dot. projektu umowy § 3 ust. 4

Do treści §3 ust. 4 wzoru umowy prosimy o dopisanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umownych.

Pytanie nr 42 – dot. projektu umowy § 8 ust. 1 pkt 1.3

Do §8 ust. 1 pkt 1.3 projektu umowy. Prosimy o zmiany podstawy naliczania kar i wnioskujemy, alby naliczanie kary odbywało się od wartości zamówienia co do którego doszło do naruszenia, a nie od wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umownych.

Pytanie nr 43 – dot. projektu umowy § 9 ust. 3

Do treści §9 ust. 3 wzoru umowy prosimy o wykreślenie z niniejszego przepisu fragmentu upoważniającego Zamawiającego do naliczania dodatkowych kar umownych, gdyż pozostałe zapisy umowne zobowiązują już Wykonawcę do pokrycia różnicy w cenie wynikającej z dokonania zamówienia publicznego.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umownych.

Pytanie nr 44 – dot. projektu umowy § 11 ust. 4 lit. c)

Do §11 ust. 4 lit. c) wzoru umowy:

Czy Zamawiający dopuści możliwość dostawy równoważnika również w przypadku niezależnego od Wykonawcy czasowego braku oferowanego produktu w obrocie?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umownych.

Pytanie nr 45 – dot. Pakietu nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, posiadającego w swoim składzie serwetę 150x240cm (+/-10cm) z wycięciem „U” w rozmiarze 6,5 x 65 cm (zamiast 6,5x60cm), serwetę w rozmiarze 200 x 240 cm (+/-10cm) z klejem na krótszym boku (zamiast z klejem na dłuższym boku) oraz serwetę na stolik narzędziowy posiadającą wzmocnienie w rozmiarze min. 75 x 190 cm (zamiast 60x80cm)? Zestaw wykonany z włókniny min. dwuwarstwowej o gramaturze min. 55g/m2, odporności na penetrację wody min.

150 cm H₂O oraz absorpcji warstwy wzmocnionej min. 350% w strefie krytycznej. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46 – dot. Pakietu nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu posiadającego w swoim składzie serwetę nieprzelepną polietylenową w rozmiarze 150x200cm, oraz serwetę główną wykonaną z włókniny min. dwuwarstwowej o odporności na penetrację wody min. 150 cm H₂O oraz absorpcji warstwy zewnętrznej min. 350%. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47 – dot. Pakietu nr 9 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu serwet do operacji dłoni/ stopy posiadającego w swoim składzie serwetę główną 150 x 200 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm oraz serwetę na stolik narzędziowy w rozmiarze 150 x 160 cm z dodatkowym elementem chłonnym o wym. 75x160cm, stanowiącą owinięcie zestawu? Zestaw wykonany z włókniny min. dwuwarstwowej o gramaturze min. 55g/m², odporności na penetrację wody min. 150 cm H₂O oraz absorpcji warstwy zewnętrznej min. 285%.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48 – dot. Pakietu nr 9 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu posiadającego w swoim składzie serwetę główną do operacji kończyny z samouszczelniającym otworem (5x7cm) w rozmiarze 320x225cm (z padem 75x130cm) oraz serwetę na stolik narzędziowy w rozmiarze 150 x 190 cm (zamiast 140x190cm) i serwetę nieprzelepną w rozmiarze 150x190cm (zamiast 150x175cm)? Zestaw wykonany z włókniny min. dwuwarstwowej, odporności na penetrację wody min. 150 cm H₂O oraz absorpcji warstwy zewnętrznej min. 258%. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49 – dot. Pakietu nr 9 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu do chirurgii odbytnicy, w którym serweta główna jest w rozmiarze 250/260 x 290cm (zamiast 300x250cm) i posiada wzmocnienie w rozmiarze min. 75 x 190 cm i 90x60cm oraz serweta na stolik narzędziowy jest w rozmiarze 150x190cm (zamiast 140x190cm)? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 50 – dot. Pakietu nr 9 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu, posiadającego serwetę operacyjną w rozmiarze 200x300cm (pad 75x75cm) i otwór decentralny 15x15cm oraz serwetę samoprzelepną 150x190cm jako owinięcie zestawu? Zestawu wykonanego z włókniny min. dwuwarstwowej o gramaturze min. 55g/m², odporności na penetrację wody min. 150 cm H₂O oraz absorpcji warstwy zewnętrznej min. 350% w strefie krytycznej.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 51 – dot. Pakietu nr 9 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu, posiadającego serwetę operacyjną w rozmiarze 200x300cm (pad 75x75cm) i otwór decentralny 15x15cm?

Zestaw wykonany z włókniny min. dwuwarstwowej o gramaturze min. 55g/m², odporności na penetrację wody min. 150 cm H₂O oraz absorpcji warstwy zewnętrznej min. 350% w strefie krytycznej; posiadającego w swoim składzie fartuchy pełnobarierowe z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40g/m². Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 52 – dot. Pakietu nr 9 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do chirurgii biodra, w którym: serweta na stolik instrumentariuszki posiada wzmocnienie w rozmiarze min. 75 x 190 cm; serweta na stolik Mayo posiada wzmocnienie min. 60 x 145 cm; serweta główna ma rozmiar 335x280/225cm z otworem samouszczelniającym 21x18cm i posiada wzmocnienie min. 60 x 135 cm; serweta pomocnicza ma rozmiar 150 x 200 cm (w miejsce serwety 150 x 150 cm)? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 53 – dot. Pakietu nr 9 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie i parametrach:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 serweta neurochirurgiczna z padem chłonnym i otworem z folią (19 x 30 cm), z torbą do zbierania płynów z sitem i zaworem w rozm. 320 x 245 cm
- 4 samoprzylepne serwety operacyjne 50 x 50 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 2 uchwyty Velcro 2 x 23 cm
- 2 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Zestaw wykonany z włókniny min. dwuwarstwowej (włóknina polipropylenowa / folia polietylenowa) o gramaturze min. 55g/m², odporności na penetrację wody min. 150 cm H₂O.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 54 – dot. Pakietu nr 9 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie i parametrach:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm
- 1 serweta urologiczna z torbą na płyny (z sitem) 185 x 200 cm, okno suprapubic (7 x 10 cm) i na krocze (7 cm). Wbudowana osłona na palec bezłateksowa do badania per rectum 185 x 200/280 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Zestaw wykonany z włókniny min. dwuwarstwowej (włóknina polipropylenowa / folia polietylenowa) o gramaturze min. 55g/m², odporności na penetrację wody min. 150 cm H₂O.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 55 – dot. Pakietu nr 9 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu posiadającego w swoim składzie opatrunek pooperacyjny włókninowy 20x8cm (zamiast kompresu z włókniny 10x10cm)? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 56 – dot. projektu umowy § 3 ust. 2

Prosimy, aby dostawa zamówionego towaru następowała w terminie do 3 (trzech) dni roboczych licząc od dnia otrzymania zamówienia faxem lub e-mailem.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umownych.

Pytanie nr 57 – dot. projektu umowy § 9 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin rozpatrzenia reklamacji był liczony w dniach roboczych?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umownych.

Pytanie nr 58 – dot. projektu umowy § 9 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu, o którym mowa w ustępie 2 do 3 dni roboczych?


Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umownych.

Pytanie nr 59 – dot. Pakietu nr 14 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kleszcze chwytające wyłącznie typu ząb szczura oraz aligator o parametrach tak jak w SWZ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem


p.o. Z-CY DYREKTORA
dla Lecznictwa
SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
Nr 4 w Białymstoku
dr n. med. Janusz Kuśmierz