



CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

Gostyń, dnia 03.09.2024 r.

Dotyczy postępowania pn: **Dzierżawa analizatora do badań hematologicznych 5 diff wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych.**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **SPZOZ.XII.231.2/13/2024**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając w oparciu o przepisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm., dalej: Pzp), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania do SWZ:

Pytanie nr 1

Dotyczy Spec. Tech. Analizatora do hematologii 5DIFF- zestawienie wymaganych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, pkt 1

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy uzna parametr za spełniony przy zaoferowaniu analizatora podstawowego o wydajności do 60 oznaczeń na godzinę dla oznaczeń CBC i CBC+DIFF?

Odpowiedź: Zamawiający uzna parametr za spełniony.

Pytanie nr 2

Dotyczy Spec. Tech. Analizatora do hematologii 5DIFF- zestawienie wymaganych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, pkt 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uznanie parametru za spełniony przy zaoferowaniu analizatora, w którym HCT oznaczany jest metodą detekcji wysokości impulsów wywołanych przez analizowane RBC.

Odpowiedź: Zamawiający uznaje parametr za spełniony.

Pytanie nr 3

Dotyczy Spec. Tech. Analizatora do hematologii 5DIFF- zestawienie wymaganych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, pkt 6

W związku z wymogiem zaoferowania analizatora z możliwością oznaczania parametru PLT-O, prosimy Zamawiającego, o potwierdzenie, iż wymaga aby wymieniony parametr miał określony zakres liniowości, nie gorszy niż PLT-I, potwierdzony specyfikacją zawartą w instrukcji producenta.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż wymaga, aby wymieniony parametr miał określony zakres liniowości, nie gorszy niż PLT-I, potwierdzony specyfikacją zawartą w instrukcji producenta.

Pytanie nr 4

Dotyczy Spec. Tech. Analizatora do hematologii 5DIFF- zestawienie wymaganych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, pkt 16:

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na załączenie do oferty aktualnego certyfikatu ze szkolenia nie starszego niż dwa lata od daty składania ofert. Inżynier serwisu co dwa lata odbywa szkolenie recertyfikujące, zawsze posiada ważny certyfikat.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.



CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

Pytanie nr 5

Dotyczy Spec. Tech. Analizatora do hematologii 5DIFF- zestawienie wymaganych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, pkt 19:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga analizatora, który do oznaczeń w płynach z jam ciała, a w szczególności w płynie mózgowo-rdzeniowym wymaga max. 250 µl objętości próbki badanej (włącznie z objętością martwą), niezbędnej do wykonania oznaczenia z mikropróbówki?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż wymaga analizatora, który do oznaczeń w płynach z jam ciała, a w szczególności w płynie mózgowo-rdzeniowym wymaga max. 250 µl objętości próbki badanej (włącznie z objętością martwą), niezbędnej do wykonania oznaczenia z mikropróbówki.

Pytanie nr 6

Dotyczy Spec. Tech. Analizatora do hematologii 5DIFF- zestawienie wymaganych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, pkt 24, pkt 25:

Czy Zamawiający uzna parametry za spełnione przy zaoferowaniu wsparcia serwisowego na poniższych zasadach:

- możliwość zgłaszania awarii i działań serwisowych 24h/dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem ogólnego adresu email, numeru faksu lub poczty głosowej;
- czas reakcji (odebranie zgłoszenia) do 24h w dni robocze, do 36h w dni wolne od pracy i święta;
- przestąpienie do naprawy awarii w ciągu 24 godzin w dni robocze jeżeli niemożliwe jest usunięcie awarii w sposób zdalny;
- czas usunięcia zgłoszonej awarii do 48 godzin w dni robocze;
- bezpośredni kontakt do Inżynierów Serwisu w godzinach 8-16 w dni robocze;
- telefoniczne i zdalne wsparcie techniczno-serwisowe w dni wolne od pracy w godzinach dyżuru.

Upzejmie prosimy o odpowiednią modyfikację w **SWZ – Tom II Wzór umowy, §9 ust. 3 i 13 oraz w §9 ust. 4, 5 i 6.**

Odpowiedź: Zamawiający uzna takie wsparcie serwisowe, dlatego dokonuje zmiany w projekcie umowy w § 9, jak niżej:

§9

(...)

3. Zamawiający będzie dokonywał zgłoszeń awarii i działań serwisowych 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem ogólnego adresu email lub poczty głosowej pod numerem: Strony ustalają czas reakcji (odebranie zgłoszenia) do 24 h w dni robocze, do 36 h w dni wolne od pracy i święta.
4. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania zgłoszonych przez Zamawiającego wad, usterek i awarii w terminie 24 godzin w dni robocze licząc od godziny zgłoszenia przez Zamawiającego, jeżeli niemożliwe jest usunięcie wady, usterki, awarii w sposób zdalny.
5. Wykonawca zobowiązany jest usunąć zgłoszone przez Zamawiającego wady, usterki lub awarie w terminie 48 godzin w dni robocze licząc od godziny zgłoszenia. Jeśli usunięcie wady, usterki lub awarii z przyczyn technicznych w tym czasie nie będzie możliwe, Wykonawca powinien zawiadomić o tym Zamawiającego proponując usunięcie ich w pierwszym możliwym wskazanym terminie, na co Zamawiający może, ale nie musi wyrazić zgody.
6. Ponadto, w przypadku, w którym usunięcie zgłoszonych przez Zamawiającego wad, usterek lub awarii w ciągu 48 godzin od zgłoszenia nie jest możliwe Wykonawca zobowiązany jest zapewnić rozwiązanie zastępcze umożliwiające niezakłócone funkcjonowanie Zamawiającego.

(...)

13. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu kontakt do Inżyniera Serwisu pod numerem telefonu serwisowego: w godzinach 8:00-16:00 w dni robocze oraz telefoniczne i zdalne wsparcie techniczno-serwisowe w dni wolne od pracy w godzinach dyżuru.



CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

Pytanie nr 7

Dotyczy umowy:

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści zawarcie umowy na odległość i podpisanie jej podpisem kwalifikowanym przez każdą ze stron lub pełnomocnika należycie umocowanego.

Pytanie nr 8

Dotyczy SWZ – Tom II Wzór umowy, §1 ust. 5:

Czy Zamawiający dopuszcza krew kontrolną o terminie ważności, krótszym niż 6 miesięcy? Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie **§1 ust. 5** zapisem w brzmieniu: „z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy, w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego, dostępnym na stronie [www.....pl](#)”.

Krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew, skalkulowana jest w ilości uwzględniającej zarówno ważność jak i ilość wymaganą przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji § 1 ust. 5 projektu umowy:

5. Termin przydatności towaru do użytku nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty jego dostawy, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy, w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana według harmonogramu dostaw materiału kontrolnego dostępnym na stronie [www.....](#)

Pytanie nr 9

Dotyczy SWZ – Tom II Wzór umowy, §1 ust. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczany przedmiot zamówienia zamiast ulotek w języku polskim zawierających wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje, w tym instrukcje dot. magazynowania i przechowywania, zawierał ww. informacje na opakowaniach wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1938)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Dotyczy SWZ – Tom II Wzór umowy, §1 ust. 7:

Czy Zamawiający dopuści przesłanie kart charakterystyki w ślad za podpisaną umową z biura Wykonawcy? Wykonawca motywuje swoją prośbę względami organizacyjnymi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Dotyczy SWZ – Tom II Wzór umowy, §2 ust. 1:

Czy Zamawiający dopuści kontakt e-mailowy w sprawach merytorycznych (informowanie o potencjalnych zagrożeniach) i w sprawach dotyczących działań logistycznych, na wskazany w **§2 ust. 1** adres e-mail w celu przyspieszenia przepływu informacji między Wykonawcą a Użytkownikiem w trakcie realizacji Umowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

Pytanie nr 12

Dotyczy SWZ – Tom II Wzór umowy, §3 ust. 2:

Uprzejmie prosimy o ujednoczenie zapisu z **§7 ust. 2** przed dodaniem po wyrażeniu „w terminie nie dłuższym niż 4 dni” zwrotu „robocze”.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu § 3 ust. 2 i dopisuje „robocze”.

Pytanie nr 13

Dotyczy SWZ – Tom II Wzór umowy, §4A ust. 3:

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie poprzez dodanie po wyrażeniu „Zmiany wynagrodzenia dokonuje się na podstawie wniosku złożonego przez jedną ze Stron Umowy” zwrotu „który stanowi podstawę do zawarcia za zgodą obu Stron aneksu do Umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 14

Dotyczy SWZ – Tom II Wzór umowy, §5 ust. 1 pkt 3):

Prosimy o zastąpienie wyrażenie „za każdą godzinę” zwrotem „za każdy dzień” . Naliczanie kary za każdą godzinę niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wskazanego w **§9 ust. 5** będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15

Dotyczy SWZ – Tom II Wzór umowy, §5 ust. 7:

Prosimy o usunięcie zapisu.

Zapis w obecnym brzmieniu stanowi klauzulę abuzywną zgodnie z Art. 433 pkt 1) i 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16

Dotyczy SWZ – Tom II Wzór umowy, §8 ust. 3 lit. b):

Prosimy zastąpienie słowa: „opóźnieniem” na „zwłoką”.

Zapis w obecnym brzmieniu stanowi klauzulę abuzywną zgodnie z Art. 433 pkt 1) oraz 2) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany w § 8 ust. 3 lit. b) na „zwłoka”.

Pytanie nr 17

Dotyczy SWZ – Tom II Wzór umowy, §9 ust. 2:

Uprzejmie prosimy o usunięcie wyrażenia „sanitarnego”.

Wykonawca nie ma wpływu na stan sanitarny przedmiotu Umowy, utrzymanie przedmiotu Umowy w higienicznych warunkach zależy od Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji w § 9 ust. 2 i usuwa słowo „sanitarnego”.



CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

Pytanie nr 18

Dotyczy SWZ – Tom II Wzór umowy, §9 ust. 8 i 9 w związku z §10 ust. 3:

Uprzejmie prosimy o ujednolicenie zapisu z **Załącznikiem nr 1 do SWZ - Część Formularza oferty – Formularz cenowy, tabelą I. Dzierżawa Analizatora, Zgodnego Z Wymaganiami Zawartymi W SWZ Wraz Z Usługami Serwisowymi** poprzez usunięcie z umowy §9 ust. 8 i 9.

Zapłata z tytułu ochrony serwisowanej zostanie wliczona przez Wykonawcę do czynszu dzierżawnego.

Odpowiedź: Zamawiający usuwa ust. 8 i 9 w § 9 projektu umowy.

Pytanie nr 19

Dotyczy SWZ – Tom II Wzór umowy, §9 ust. 12:

Prosimy o usunięcie wyrażenia „w tym stacji uzdatniania wody”.

Stacja uzdatniania wody nie wchodzi w skład przedmiotu niniejszej umowy.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje usunięcia wyrażenia „w tym stacji uzdatniania wody” w ust. 12 § 9 projektu umowy.

Pytanie nr 20

Dotyczy SWZ – Tom II Wzór umowy, §11 ust. 5, 6 i 7:

W celu uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych uprzejmie prosimy o usunięcie zapisów z §11 ust. 5, 6 i 7.

§11 ust. 5, 6 i 7 dublują zapisy dotyczące klauzuli waloryzacyjnej, które zostały wskazane w §4A.

Odpowiedź: Zamawiający usuwa ust. 5, ust. 6 i ust. 7 w §11 projektu umowy.

Pytanie nr 21

Dotyczy Formularza oferty – Formularz cenowy, Formularz asortymentowo-cenowy badań hematologicznych:

Z uwagi na specyfikę wycieczania badań hematologicznych, przy zużyciu odczynników w analizatorach hematologicznych należy uwzględnić szereg zmiennych, m.in. ilość badań, ustawienia cykli uśpienia/uruchomienia aparatu, ilość założonych automatycznych czynności konserwacyjnych i serwisowych, ilość pomiarów kontroli jakości, etc. W związku z powyższym niemożliwym jest dokładne oszacowanie samych ilości oznaczeń w opakowaniu – czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę, aby w kolumnie „Ilość oznaczeń z opakowania” Wykonawca mógł podać średnią/przybliżoną ilość możliwą do wykonania z opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 22

Dotyczy pkt 21 specyfikacji technicznej:

Czy Zamawiający dopuści materiał kontrolny, osobny do pełnej morfologii oraz osobny do retikulocytów? Wykonawca zapewnia, że dodatkowy materiał kontrolny nie wymaga przygotowania, nie zwiększa tym samym czynności wykonywanych przez pracownika laboratorium, a jedynie podnosi jakość i pewność wykonywanych oznaczeń.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

Zmiany we wzorze umowy:

**TOM II WZÓR UMOWY
(PROJEKT-ZMIANA)**

Umowa nr _____ (dalej jako Umowa)
zawarta w _____ w dniu _____, pomiędzy:

1/ Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Gostyniu przy Pl. K. Marcinkowskiego 8/9 (kod pocztowy 63 – 800 Gostyń), wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032726, NIP 6961598326, REGON 411050155, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Zbigniewa Hupało - Dyrektor

a

2/ _____ (dane Wykonawcy wg oznaczenia Zamawiającego), zwanym dalej Wykonawcą,

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2023.1605 ze zm.), zwanej dalej **ustawą Pzp**, na **dostawę odczynników, kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych do badań hematologicznych 5 diff wraz z dzierżawą analizatora** o następującej treści:

§ 1

1. W wykonaniu tej Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu automatyczny analizator do badań hematologicznych (5diff), materiały zużywalne i akcesoria do badań laboratoryjnych oraz wydzierżawi sprzęt i zapewni usługi serwisowe, których rodzaj oraz szacunkową ilość określa „Formularz asortymentowo-cenowy”, stanowiący treść oferty Wykonawcy – załącznik nr 1 do Umowy.
2. Wyroby i akcesoria medyczne, które zgodnie z treścią Umowy Wykonawca dostarcza Zamawiającemu i których własność na Zamawiającego przenosi zwane są w dalszej części Umowy „towarem”.
3. Podane w Formularzu asortymentowo – cenowym ilości „towaru” należy traktować jako szacunkowe (maksymalne), określone na podstawie aktualnego stanu wiedzy i przewidywań Zamawiającego związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilości w trakcie realizacji Umowy (w tym zmniejszenia), stosownie do potrzeb Zamawiającego, przy czym minimalną ilość dostaw Zamawiający szacuje na poziomie **50%** jego wartości netto, co Wykonawca akceptuje bez zastrzeżeń.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony „towa” spełniać będzie każdorazowo wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, a także pozbawiony będzie wad fizycznych oraz jakichkolwiek wad prawnych, w tym nie będzie obciążony prawami osób lub podmiotów trzecich lub jakimikolwiek innymi obciążeniami czy zabezpieczeniami.
5. **Termin przydatności towaru do użytku nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty jego dostawy, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy, w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana według harmonogramu dostaw materiału kontrolnego dostępnym na stronie www.....**
6. Towar opakowany będzie w odpowiednie opakowania jednostkowe i zbiorcze.
7. Wraz z towarem Wykonawca dostarczy każdorazowo ulotki dla poszczególnych rodzajów odczynników, a karty charakterystyki produktów do badań laboratoryjnych Wykonawca dostarczy jednorazowo przy pierwszej dostawie. Wykonawca zobowiązany jest także dostarczyć Zamawiającemu wszelkie inne dokumenty szczegółowo wskazane we właściwym formularzu asortymentowo – cenowym oraz zapewnić realizację wymogów tam wskazanych.
8. Wykonawca dostarczy towar Zamawiającemu na własny koszt i ryzyko do Laboratorium Szpitala im. K. Marcinkowskiego SPZOZ w Gostyniu, pl. K. Marcinkowskiego 8/9, 63-830 Gostyń.



CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przekazania kopii dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu poświadczonych za zgodność z oryginałem przez uprawnioną do takiego poświadczenia osobę działającą w imieniu Wykonawcy.
10. Wykonawca oświadcza, że zaoferowany asortyment posiada dopuszczenie do obrotu i używania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisami ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz.U.2022.974 ze zm.) – dotyczy asortymentu będącego wyrobem medycznym.
11. Wykonawca zobowiązany jest w zakresie realizacji przedmiotu Umowy wykonać dzierżawę analizatora na warunkach określonych w § 10 Umowy z tym, że do obowiązków Wykonawcy należy również dostosowanie warunków do instalacji i montażu analizatora u Zamawiającego.

§ 2

1. Przedstawicielem Zamawiającego podczas wykonywania umowy będzie:
Aleksandra Twardowska, telefon 65 322 68 11, mail: laboratorium@szpitalgostyn.pl
2. Przedstawicielem Wykonawcy podczas wykonywania umowy będzie:
....., telefon, mail
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania.
4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcami wymagana jest uprzednia pisemna zgoda Zamawiającego.

§ 3

1. Dostawy następować będą sukcesywnie, transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, zgodnie z zamówieniami składanymi każdorazowo przez Zamawiającego.
2. Strony ustalają, że towar wraz z fakturą, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem, powinien być dostarczony do siedziby Zamawiającego tj. Laboratorium, **w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze** od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Zamówienia będą składane przez Zamawiającego pisemnie na adres poczty elektronicznej Dostawcy:
3. Odbiór „towaru” dokonywany będzie w miejscu określonym przez Zamawiającego. Wykonawcę reprezentuje przy dostawie osoba dostarczająca towar, a Zamawiającego upoważniony pracownik.
4. Potwierdzeniem dostawy towaru jest dokument podpisany przez osobę odbierającą towar w imieniu Zamawiającego. Nie stanowi on potwierdzenia co do ilości ani jakości dostarczonej partii towaru.

§ 4

1. Za odebraną partię „towaru” zgodnego z umową, Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy cenę stanowiącą iloczyn cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 1 do Umowy i liczby lub ilości dostarczonego „towaru”.
2. Koszty dostawy, opakowania, ubezpieczenia i wszelkie inne niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy wliczone są w cenę towaru.
3. Maksymalna wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za należytą i terminową realizację przedmiotu Umowy wynosi **PLN brutto** (słownie:) na co składa się wartość netto w kwocie PLN (słownie:) oraz podatek VAT w kwocie PLN (słownie:).
4. Wartość Umowy wskazana w ust. 3 jest maksymalna i jednocześnie ma charakter szacunkowy, tj. w razie braku wyczerpania jej w okresie obowiązywania Umowy, Wykonawca nie nabywa żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego w zakresie niewyczerpanej części, w szczególności roszczenia o zapłatę lub odszkodowanie.
5. Strony ustalają, że zapłata należności na rzecz Wykonawcy następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie **60 dni** od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.
6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Zamawiający jest podmiotem publicznym będącym podmiotem leczniczym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U.2023.1790 ze zm.), stąd też Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, zgodnie z przepisami w/w ustawy przewidziane dla transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym.
8. Zamawiający udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not



CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

- obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U.2023.1570 ze zm.) na adres poczty elektronicznej ksiegowosc@szpitalgostyn.pl; Wykonawca każdorazowo przysyłać będzie przedmiotowe dokumenty za pośrednictwem swojej poczty elektronicznej o adresie,
9. Wynagrodzenie Wykonawcy, ustalone wprost w niniejszej umowie, wyczerpuje wszelkie jego roszczenia związane z jej zawarciem i realizacją, w tym z tytułu ponoszonych kosztów.

§4A [Klauzula waloryzacyjna do Umowy]

1. Mając na uwadze brzmienie art. 439 Pzp Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, która może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego lub na wniosek Wykonawcy w przypadku, gdy z danych Głównego Urzędu Statystycznego (dalej jako „GUS”) dotyczących 6 (sześciu) następujących po sobie miesięcy wynika, że średnia arytmetyczna ogłaszanych miesięcznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi mniej niż 95 lub więcej niż 105.
2. Średnia arytmetyczna, o której mowa w ust. 1 wyliczana jest na podstawie danych w tabeli „Miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych” w części „Analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100” prezentowanej na stronie GUS w zakładce „Obszary tematyczne” i dalej „Ceny. Handel” w tabeli „Wskaźniki cen” w poz. „Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja)”. Przy ustalaniu miesięcy, o których mowa w ust. 1 jako pierwszy uwzględniany jest pełen miesiąc kalendarzowy następujący po miesiącu, w którym zawarto Umowę.
3. Zmiany wynagrodzenia dokonuje się na podstawie wniosku złożonego przez jedną ze Stron Umowy nie wcześniej niż po upływie 6 pełnych miesięcy kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
4. Zmiana łącznego wynagrodzenia określonego Wykonawcy będzie ustalana zgodnie ze wzorem:
Wysokość ceny/wysokość wynagrodzenia (CW) po waloryzacji stanowi:
 $CW = C_p \times W\%$, gdzie użyte symbole oznaczają:
 C_p – początkowa cena/wynagrodzenie jednostkowe określone w Umowie (netto);
 W - średnia arytmetyczna wskaźników cen, o której mowa w ust. 1 i ust. 2 określona procentowo.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy zwaloryzowane zostanie zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 i zostanie zastosowane do działań Wykonawcy realizowanych począwszy od kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Zamawiający otrzymał wniosek o waloryzację, a w przypadku, gdy wniosek składa Zamawiający, następującego po przestaniu wniosku Zamawiającego do Wykonawcy.
6. Zmiana wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 1-5 może zostać dokonana raz w okresie obowiązywania Umowy.
7. Maksymalna zmiana wartości wynagrodzenia Wykonawcy tj. suma wszystkich wprowadzanych zmian na podstawie ww. postanowień nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy w wysokości obowiązującej na dzień zawarcia Umowy.
8. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z powyższymi postanowieniami, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę (jeżeli dotyczy).

§ 5

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy kary umownej w przypadku:
 - 1) niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy w wysokości 1% wartości netto przedmiotu danej dostawy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu danej dostawy, jednak nie więcej niż 30% wartości netto danej dostawy,
 - 2) odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 40% niezrealizowanej części kwoty netto określonej w § 4 ust. 3 Umowy.
 - 3) niedotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego w § 9 ust. 5 Umowy, w wysokości 200,00 zł za każdą godzinę zwłoki w usunięciu wad, usterek i awarii przez Wykonawcę.
2. Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługuje dodatkowo prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
3. Jeżeli Wykonawca nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości lub w części w terminie przewidzianym w Umowie,



CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

Zamawiający może w takim zakresie zamówić asortyment („towary”) u innego dostawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia sądu (wykonanie zastępcze) na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca oświadcza, że wyraża nieodwołalną zgodę.

4. Kary umowne naliczane z różnych tytułów nie wyłączają się wzajemnie.
5. Zamawiający zachowuje prawo naliczania odsetek ustawowych, ilekroć przepisy powszechnie obowiązującego prawa nadają mu takie uprawnienie.
6. Naliczenie kar umownych następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Strony przyjmują, że kary pieniężne przewidziane postanowieniami Umowy podlegać mogą sumowaniu i potrącone będą z jakiegokolwiek wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego, a gdyby okazało się to niemożliwe, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar pieniężnych na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 7 Dni kalendarzowych od dnia otrzymania noty obciążeniowej lub wezwania do zapłaty kar pieniężnych. Zamawiający może doręczyć notę obciążeniową lub wezwanie do zapłaty kar umownych na adres mailowy Wykonawcy wskazany do doręczeń w komparycji Umowy.
7. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia losowe o charakterze siły wyższej.
8. Strony ustalają, że łączna wysokość kar umownych wskazanych w Umowie nie może przekroczyć 40% Wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 3 Umowy.
9. Strony przyjmują, że w przypadku orzeczenia przez sąd powszechny o nieważności lub nieskuteczności postanowień dotyczących kar pieniężnych wolą stron jest, aby do ww. postanowień stosować odpowiednio przepisy art. 483 i art. 484 Kodeksu cywilnego mając na uwadze art. 8 ust. 1 ustawy Pzp.

§ 6

Strony Umowy wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, a ponadto ustalają, że zmiana wierzyciela Zamawiającego może nastąpić wyłącznie na zasadach wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.), z zastrzeżeniem skutków prawnych z tej ustawy wynikających.

§ 7

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony **36 miesięcy od dnia jej zawarcia albo do wyczerpania maksymalnej wartości umowy brutto**, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
2. Termin realizacji poszczególnych dostaw, rodzaj i ilość towaru oraz inne szczegółowe warunki dostawy Zamawiający przekazuje Wykonawcy nie później, niż na 4 dni robocze przed planowanym terminem dostawy.
3. W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w zamówieniu, Zamawiający może dokonać zastępczego zakupu towaru. Jeżeli cena zakupu zastępczego przewyższy cenę Wykonawcy określoną w Umowie, różnicę w cenie towaru pokryje Wykonawca. Różnicę cen towaru, Zamawiający może potrącić z kolejnych płatności dla Wykonawcy. W sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym powyżej Zamawiający może także, wedle własnego wyboru, zlecić wykonanie badań, których przeprowadzenie przez Zamawiającego jest niemożliwe na skutek niedostarczenia przez Wykonawcę towaru w terminie określonym w zamówieniu podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 8

1. O stwierdzonych wadach ilościowych i jakościowych w dostarczonym towarze Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 roboczych dni od daty ich stwierdzenia.
2. Wykonawca jest zobowiązany do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 5 dni, liczonych od dnia jej otrzymania. W przypadku dostawy towaru wadliwego lub braków ilościowych w dostarczonym towarze, Wykonawca wymieni na własny koszt wadliwy towar na wolny od wad lub uzupełni brakującą ilość towaru, w terminie 2 dni od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku:



CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

- a) dostarczenia towaru niezgodnego z Umową lub zamówieniem, w tym nie posiadającego określonego w Umowie terminu przydatności do użycia,
 - b) dostarczenia towaru **ze zwłoką**,
 - c) dostarczenia towaru w uszkodzonym opakowaniu lub transportowanego w nieodpowiednich warunkach.
4. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej przeciwko Zamawiającemu z tytułu wad prawnych przedmiotu Umowy, Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, który przejmie zobowiązania wynikające ze zgłoszonych roszczeń i ponosić będzie wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu.

§ 9

1. Przedmiot Umowy w zakresie wynikającym z oferty Wykonawcy objęty jest serwisem Wykonawcy.
2. W ramach ochrony serwisowej Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego [...] przedmiotu Umowy objętego tą ochroną w tym zwłaszcza dokonywania okresowych kontroli jego sprawności i przydatności dla Zamawiającego, jak również do niezwłocznego reagowania na wszelkie dokonane przez Zamawiającego zgłoszenia dotyczące problemów z funkcjonowaniem lub niefunkcjonowaniem przedmiotu Umowy objętego ochroną serwisową.
3. Zamawiający będzie dokonywał zgłoszeń awarii i działań serwisowych 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem ogólnego adresu email lub poczty głosowej pod numerem: Strony ustalają czas reakcji (odebranie zgłoszenia) do 24 h w dni robocze, do 36 h w dni wolne od pracy i święta.
4. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania zgłoszonych przez Zamawiającego wad, usterek i awarii w terminie 24 godzin w dni robocze licząc od godziny zgłoszenia przez Zamawiającego, jeżeli niemożliwe jest usunięcie wady, usterki, awarii w sposób zdalny.
5. Wykonawca zobowiązany jest usunąć zgłoszone przez Zamawiającego wady, usterki lub awarie w terminie 48 godzin w dni robocze licząc od godziny zgłoszenia. Jeśli usunięcie wady, usterki lub awarii z przyczyn technicznych w tym czasie nie będzie możliwe, Wykonawca powinien zawiadomić o tym Zamawiającego proponując usunięcie ich w pierwszym możliwym wskazanym terminie, na co Zamawiający może, ale nie musi wyrazić zgody.
6. Ponadto, w przypadku, w którym usunięcie zgłoszonych przez Zamawiającego wad, usterek lub awarii w ciągu 48 godzin od zgłoszenia nie jest możliwe Wykonawca zobowiązany jest zapewnić rozwiązanie zastępcze umożliwiające niezakłócone funkcjonowanie Zamawiającego.
7. W przypadku niezapewnienia rozwiązania zastępczego, w sytuacji, o której mowa w ust. 6 powyżej, Wykonawca poniesie koszty i przejmie ryzyko zlecenia innemu podmiotowi wykonania badań laboratoryjnych umożliwiających niezakłócone funkcjonowanie Zamawiającego.
- ~~8. Z tytułu udzielonej ochrony serwisowej Zamawiający uiszczał będzie na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie miesięczne w kwocie netto PLN. Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu wystawienia faktury.~~
- ~~9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8 płatne będzie przelewem w terminie 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury.~~
10. Za datę zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. Udzielona przez Wykonawcę ochrona serwisowa obowiązuje w okresie na jaki została zawarta umowa.
12. Obowiązki Wykonawcy obejmują zarówno serwis techniczny jak i aplikacyjny analizatorów i niezbędnego sprzętu [...] (w szczególności bieżące naprawy wynikające z awarii, serwis zgodny z wymaganiami producenta, bieżąca aktualizacja oprogramowania, części zamienne, dojazd, wszelkie inne czynności mające na celu ciągłe działanie sprzętu, itd.).
13. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu kontakt do Inżyniera Serwisu pod numerem telefonu serwisowego: w godzinach 8:00-16:00 w dni robocze oraz telefoniczne i zdalne wsparcie techniczno-serwisowe w dni wolne od pracy w godzinach dyżuru.
14. Wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z ust. 8 wyczerpuje wszelkie jego roszczenia z tytułu serwisu opisanego w niniejszym paragrafie.

§ 10 Dzierżawa



CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

1. Wykonawca oddaje w dzierżawę Zamawiającemu, a Zamawiający w dzierżawę przyjmuje aparaturę medyczną szczegółowo opisaną w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że wdzierżawiana aparatura medyczna spełnia wszystkie przewidziane prawem polskim normy i posiada wszystkie stosowne świadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku polskim, a ponadto, że jest całkowicie sprawna i zdolna do wykorzystania zgodnie z celem niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, że dokona instalacji i przystosuje pomieszczenia, meblem wyposażenie na potrzeby należytej instalacji wdzierżawionej aparatury medycznej. Wszelkie koszty z tego tytułu ponosi wyłącznie Wykonawca.
3. Z tytułu dzierżawy aparatury medycznej Zamawiający będzie płacił na rzecz Wykonawcy miesięczny czynsz dzierżawny wynoszący odpowiednio: netto ... zł tj. zł brutto. Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
4. Czynsz dzierżawny, o którym mowa w ust. 3 płatny będzie przelewem w terminie 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury.
5. Za datę zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Dostawa aparatury wraz z jej instalacją nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
7. Wykonawca przeprowadzi szkolenia z obsługi analizatora i metodyki wykonywanych badań, potwierdzone certyfikatem dla max. 20 osób.
8. W przypadku zmiany lokalizacji analizatora Wykonawca na własny koszt wykona przeniesienie, podłączenie, instalację analizatora w nowym miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

§ 11

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Umowy, w tym wynagrodzenia Wykonawcy, w następujących przypadkach:
 - 1) zmiana ceny brutto poszczególnych elementów asortymentu w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT – cena netto pozostaje bez zmian,
 - 2) zmiana ceny poszczególnych elementów asortymentu, w przypadku konieczności wprowadzenia takiej zmiany w związku z ustaleniem lub zmianą ceny maksymalnej, przy czym zmiany te mogą dotyczyć obniżenia cen maksymalnych jak również dodania nowego czy też skreślenia elementu asortymentu z wykazu objętego cenami maksymalnymi,
 - 3) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy,
 - 4) zastąpienie poszczególnego elementu asortymentu innym, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena nie jest wyższa niż wskazana w Umowie dla elementu asortymentu zastępowanego w przypadku: zaprzestania (w tym czasowego) wytwarzania poszczególnego elementu asortymentu, wygaśnięcia świadectwa rejestracji, trwałego wycofania elementu asortymentu z rynku,
 - 5) obniżenia cen poszczególnego pełnowartościowego asortymentu przez Wykonawcę w związku z trwającą promocją lub w innych uzasadnionych przypadkach.
3. Zmiana Umowy możliwa jest na wniosek każdej ze stron; wniosek strony wymaga wykazania, że zachodzą okoliczności uprawniające do dokonania tej zmiany, w szczególności wniosek winien zawierać: opis zmiany, uzasadnienie zmiany, czas wykonania zmiany, wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, wraz z uzasadnieniem prawnym, ekonomicznym i organizacyjnym.
4. W oznaczonych w ust. 2 przypadkach dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, polegająca zarówno na obniżeniu jak i podwyższeniu tego wynagrodzenia, o wysokość odpowiadającą zmianie wykazanych kosztów wykonania umowy lub proporcjonalnie do zmniejszonego zakresu wykonania; łączne wynagrodzenie Wykonawcy nie może zostać zmniejszone lub powiększone o więcej niż 10%, a zmiana nie może prowadzić do zmiany charakteru umowy lub mieć na celu uniknięcie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.



CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

- ~~5. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić na wniosek każdej ze stron, gdy średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień złożenia wniosku wzrośnie lub spadnie o co najmniej 10 % w stosunku do wysokości tego wskaźnika aktualnego na dzień zawarcia umowy; waloryzacja dopuszczalna jest tylko raz i nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy; przy ustalaniu miesięcy, o których mowa wyżej, jako pierwszy uwzględniany jest pełen miesiąc kalendarzowy następujący po miesiącu, w którym umowa została zawarta.~~
- ~~6. Strona, która będzie chciała skorzystać z waloryzacji w warunkach opisanych powyżej, składa drugiej stronie stosowny wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska i wskazaniem wskaźników GUS, o których mowa wyżej; waloryzacją może być objęte wynagrodzenie w części niewykonanej jeszcze umowy. Waloryzacja polegać będzie na wzroście lub obniżeniu wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej wskaźnikowi GUS, na którym się opiera, ale nie więcej niż 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy za niewykonaną część umowy.~~
- ~~7. Ceny jednostkowe zwaloryzowane zgodnie z ustępami wcześniejszymi zostaną zastosowane do wynagrodzenia Wykonawcy począwszy od kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostały Zamawiający otrzymał wniosek Wykonawcy, a w przypadku, gdy wniosek składa Zamawiający, następującego po przesłaniu wniosku Zamawiającego do Wykonawcy.~~
8. Każda zmiana wynagrodzenia dokonana na podstawie niniejszego paragrafu wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
9. Poza przypadkami opisanymi w przepisach prawa Zamawiający może odstąpić od Umowy:
- W przypadku nienależytego wykonania lub niewykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym w szczególności co najmniej dwukrotnego niedostarczenia towaru lub dostarczenia towaru niezgodnego z umową;
 - W przypadku niezadowolenia reklamacji towaru w terminie określonym w Umowie,
 - W przypadku zmiany sposobu leczenia lub mniejszej liczby pacjentów, czego nie można było przewidzieć przed zawarciem Umowy i tym samym niewykonywania świadczeń diagnostycznych objętych przedmiotem Umowy.
10. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 9 pod rygorem nieważności powinno być dokonane w formie pisemnej i złożone Wykonawcy nie później niż przed upływem 30 (trzydziestu) dni roboczych od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okoliczności uprawniającej go do odstąpienia od Umowy.

§ 12

1. Każda ze stron zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje poufne lub stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej strony w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 roku (tj. Dz.U.2022.1233 ze zm.), pozyskane w wyniku współpracy. Odpowiedzialność Stron za dochowanie tajemnicy obejmuje także zachowania ich pracowników i podwykonawców.
2. Na potrzeby umowy terminem „informacje poufne” określa się:
- dane dotyczące infrastruktury technicznej Zamawiającego;
 - dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 - dane medyczne pacjentów Zamawiającego;
 - wszelkie inne informacje oznaczone przez Strony jako poufne.
3. Informacje poufne mogą zostać ujawnione osobom takim jak: członkowie kierownictwa, pracownicy, podwykonawcy przedstawiciele lub doradcy Stron otrzymujący i mający uzasadnioną potrzebę zapoznania się z nimi w celu realizacji niniejszej umowy lub w związku z nią, oraz osobom w przypadku, kiedy Strony ustaliły na piśmie możliwość otrzymywania



CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

informacji poufnych.

4. W przypadku uzyskania informacji o możliwości ujawnienia danych poufnych przez którąkolwiek ze Stron, należy podjąć zdecydowane działania na rzecz ograniczenia i usunięcia skutków tego faktu.
5. Powyższe zobowiązanie zachowania poufności nie ma zastosowania do informacji, które są lub staną się powszechnie dostępne w sposób inny niż naruszenie niniejszego zobowiązania.

§13

[Ochrona danych osobowych]

1. W celu należytej ochrony danych osobowych, każda ze Stron wyznaczyła osobę, z którą będzie można się skontaktować, w sprawie procesu przetwarzania danych osobowych, przy wykorzystaniu danych kontaktowych drugiej strony; ze strony Zamawiającego osobą kontaktową jest p. Ewa Knapkiewicz (email: iod@szpitalgostyn.pl). Ze strony Wykonawcy, osobą kontaktową w tym zakresie jest _____ (email: _____),
2. Każda ze Stron przetwarza podane dane osobowe osób reprezentujących lub pracowników lub współpracowników lub podwykonawców drugiej Strony w celu realizacji umowy; podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony cel – kontakt oraz inne czynności w sprawie zawarcia, wykonania, rozwiązania umowy lub dochodzenia praw i roszczeń z nią związanych; podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu podpisania umowy,
3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
4. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne danej Strony, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością danej strony – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
5. Strony nie będą wobec siebie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania; dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG.
6. Wykonawca zapewnia, że wypełni obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego lub jego realizacji.

§ 14

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz.U.2024.507 ze zm.); oświadczam więc, że:
 - a) nie jestem Wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz.U.2024.507 ze zm.),
 - b) nie jestem Wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz.U. 2023 poz. 1124) jest osoba wymieniona w



CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz.U.2023.129 ze zm.),

- c) nie jestem Wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości rachunkowości (tj. Dz.U.2023.120 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz.U.2024.507 ze zm.).
3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie właściwe przedmiotowi umowy przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
6. Integralną część umowy stanowi SWZ z załącznikami oraz oferta Wykonawcy, o ile nie są sprzeczne z ustaleniami umowy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki:

1. Formularz asortymentowo-cenowy oraz opis przedmiotu dzierżawy