

Lidzbark Warmiński, dnia 28.03.2024 r.

Nr postępowania: ZOZ.V.260-38/ZP/24

Wykonawcy w postępowaniu

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na Dostawa odczynników do koagulologii wraz z dzierżawą analizatora, odczynników do badań serologicznych wraz z dzierżawą systemu do oznaczeń metodą mikrokolumnową oraz odczynników do CRP kompatybilnych z analizatorem EPOLL 20

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami do przedmiotowego postępowania:

Czy Zamawiający dopuści automatyczny analizator koagulologiczny z:

- możliwością umieszczenia 30 prób badanych na pokładzie (Załącznik nr 7, pkt 7),
- ręcznym uzupełnianiem kuwet (Załącznik nr 7, pkt 15),
- monitorowaniem odczynnika na pokładzie bez konieczności oznaczania ilości testów, trwałości, nr serii (Załącznik nr 7, pkt 22).

Odpowiedź:

- możliwością umieszczenia 30 prób badanych na pokładzie -zamawiający dopuści takie rozwiązanie
- ręcznym uzupełnianiem kuwet - zapisy załącznika nr 7 pkt 16 pozostają bez zmian (w pytaniu jest mowa o pkt 15, ale to chyba pomyłka, bo dotyczy on czegoś innego)
- monitorowaniem odczynnika na pokładzie bez konieczności oznaczania ilości testów, trwałości, nr serii-zapisy załącznika nr 7 pkt 22 – zapisy pozostają bez zmian

Z poważaniem

Grzegorz Bełowski