



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 24.04.2024 r.

DZP-13/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. Dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Psychiatrycznego

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 5

a) Czy zamawiający dopuszcza przyjęcie urządzeń bez dokumentu legalizacji - w świetle obowiązującego prawa po wejściu do UE) potwierdzeniem legalizacji jest oznaczenie (cechy) na tabliczce znamionowej wagi oraz deklaracja zgodności - w zał dodatkowe wyjaśnienie. Dokument legalizacji - nazywane często świadectwem legalizacji można otrzymać jedynie przy wtórnych legalizacjach za dodatkową opłatą.

Odp.: Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

b) W jaki sposób mamy dostarczyć dokument którego nie przewidział ustawodawca i który nie istnieje ...wagi będą posiadały legalizację zgodnie z obowiązującymi przepisami w zał wyjaśnienie.

Odp.: Zamawiający wymaga wagi medycznej posiadającej dokument potwierdzający legalizację wagi.

Odp.: Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 2 – dot. Pakietu nr 5, pkt 8

Czy dopuszcza zamawiający wysokość wagi razem ze wzrostomierzem 1.340 mm wysokość ze wzrostomierzem?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 – dot. Pakietu nr 8

Czy Zamawiający określając nośność oczekuje łóżka bariatrycznego. Oddział psychiatryczny ma być wyposażony w 40 łózek bariatrycznych.

Odp.: Zgodnie z zapisach SWZ.

Pytanie nr 4 – dot. Pakietu nr 8

Czy zamawiający dopuści do postępowania łóżko o nośności 250 kg.

Odp.: Zgodnie z zapisach SWZ

Pytanie nr 5 – dot. Pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści wykonanie boków z Polipropylenu materiał ten jest bardziej przyjazny dla Pacjenta niż metal, środki które wypełnione polipropylem dają poczucie ciepła dla pacjenta.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Odp.: Zgodnie z zapisach SWZ

Pytanie nr 6 – dot. Pakietu nr 8

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie urządzenia o wymiarach 33x33x36 cm; o wadze 7,3 kg; z obudową z wysoce wytrzymałego na uszkodzenia tworzywa sztucznego; zapewniającego wysoki przepływ powietrza 1404 l/min dla wysokiego transferu ciepła do pacjenta; wyposażonego w wewnętrzny filtr powietrza wysokiej efektywności typu MERV14 eliminującym konieczność dodatkowej filtracji powietrza w kołderkach; z kołderkami posiadającymi perforację w celu optymalnego transferu ciepła o udowodnionej efektywności ogrzewania, redukcji zakażeń miejsca operowanego; bez wpływu na ruchy powietrza wokół pacjenta; kołderki z oznaczeniami, piktogramami różnicującymi stronę grzewczą i ułożenie pacjenta. Urządzenie z systemem bezpieczeństwa:

1) Termostat - niezależny obwód elektryczny: bezpiecznik termiczny powoduje wyłączenie pracy elementu grzewczego w celu zapewnienia utrzymania mierzonej na końcu węża temp. powietrza poniżej 56°C (zwykle 53°C ± 3°C); dodatkowa detekcja przegrzania przy wlocie węża aparatu do terapii grzewczej i
2) System alarmowy - przegrzanie (zwykle ≤56°C, 53°C ± 3°C): czerwona lampka wskaźnika Przegrzania miga, rozlega się alarm, element grzewczy i dmuchawa zostają wyłączone, lampki wskaźnika pracy zostaje wyłączony, a panel sterowania nie odpowiada na polecenia. Zabezpieczenie przed niską temperaturą w przypadku nie osiągnięcia zadanej temperatury w ciągu 10 min od jej wyboru – wyłączenie urządzenia. Wymiana filtra zgodnie z instrukcją obsługi po sprawdzeniu liczby przepracowanych godzin na wyświetlaczu. Urządzenie wyposażone w podstawę jezdną na 4 kołach z blokadą i przestrzenią załadowniczą. Kołderki grzewcze w rozmiarze 213x91 cm z równomierną perforacją o udowodnionej wysokiej efektywności ogrzewania pacjenta, kołderki od strony grzewczej z oznaczeniami do łatwej aplikacji i prostym podłączeniu przewodu grzewczego, zgodne z instrukcją obsługi oferowanego urządzenia. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 – dot. Pakietu nr 5

Czy zamawiający dopuści produkt alternatywny do opisanego w SWZ;

Elektroniczna waga osobowa klasy III wyposażona jest w poziomice i regulowane nóżki, co pozwala na jej precyzyjne ustawienie. Duży wyświetlacz LCD posiada funkcję obustronnego odczytu wyników.

Dane techniczne wagi:

- Obciążenie maksymalne: 200 kg
- Dokładność: 200 g
- Wyświetlacz LCD, z funkcją odwrócenia kierunku wyświetlania
- Zasilanie: bateryjne lub sieciowe (zasilacz w zestawie)
- Wymiary platformy : 340 x 330 x 65 mm
- Funkcje: TARA, HOLD, BMI, automatyczne wyłączanie.

Dane techniczne:

- zakres pomiaru: 14 - 205 cm
- podziałka: 1 mm
- wymiary: 406 x 585 x 2200 mm
- waga: 4,9 kg

Odp.: Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.



WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



**Województwo
Śląskie**

Pytanie nr 8 – dot. SWZ

Prosimy (w rozdz. X, pkt. 1, ppkt. j) o wyrażenie zgody na możliwość złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci materiałów dotyczących przedmiotu zamówienia wystawionych przez autoryzowanego dystrybutora.

Materiały pochodzące od producenta (opisy, katalogi, raporty badań, foldery, specyfikacje techniczne itp.) jako materiały do ogólnej dystrybucji nie zawierają szczegółowych wymagań z opisu przedmiotu zamówienia, ponieważ mają charakter reklamowy i są skierowane do nieoznaczonego adresata (nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie lub nawet większość parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu).

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 – dot. Pakiet nr 7, pkt 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego długość całkowitą 2143 mm (+/- 10 mm)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 – dot. Pakiet nr 7, pkt 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego materac o szerokości 650 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 – dot. Pakiet nr 7, pkt 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego regulację wysokości za pomocą nożnej pompy hydraulicznej w zakresie 600 – 920 mm (+/- 10 mm)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 – dot. Pakiet nr 7, pkt 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie oparcia pleców regulowanych sprężynami gazowymi z blokadą w zakresie od 0° do 90° (+/- 5°)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 – dot. Pakiet nr 7, pkt 7 i 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga 20° (+/- 2°)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 – dot. Pakiet nr 7, pkt 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego regulację pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga za pomocą nożnej pompy hydraulicznej?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15 – dot. Pakiet nr 7, pkt 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wykonanego z profili stalowych, lakierowanych proszkowo (bez użycia lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów)?

Odp.: Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 16 – dot. Pakiet nr 7, pkt 11

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podstawy wózka obudowanej osłoną z tworzywa z miejscem na podręczne rzeczy (bez zastosowania nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania bakterii i wirusów)?

Odp.: Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 17 – dot. Pakiet nr 7, pkt 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca o grubości 100 mm, montowanego do leża wózka za pomocą rzepów; pokrowiec materaca wysoce elastyczny, wykonany z tkaniny poliestrowej z ognioodporną powłoką poliuretanową, nie zawierający lateksu, wodoodporność na poziomie minimum 200 cm słuza wody, paroprzepuszczalność minimum 1250 g/m²/24 h, antybakteryjny, ognioodporny zgodnie z normą niepalności: BS7175 CRIB 5 M1, tkanina posiadająca certyfikat Oeko-Tex, klasa I; obszycie materaca w kolorze ciemnoniebieskim?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 – dot. Pakiet nr 7, pkt 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego koła jezdne o średnicy 200 mm z centralną blokadą jazdy i kołem kierunkowym – 2 dźwignie blokady od strony nóg pacjenta i dźwignie blokady od strony głowy pacjenta?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19 – dot. Pakiet nr 7, pkt 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w poręcze boczne wykonane ze stali lakierowanej proszkowo oraz stali nierdzewnej składające się z jednej górnej poprzeczki poziomej oraz 5 pionowych; mechanizm zwalniania / blokowania poręczy w łatwo dostępnym miejscu - po lewej oraz prawej stronie wózka w środkowej części ramy leża, oznaczony kolorem czerwonym?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20 – dot. Pakiet nr 7, pkt 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym poręcze boczne po złożeniu nie wystają ponad powierzchnię materaca – brak utrudnień przy schodzeniu z wózka lub przy transferze pacjenta z wózka na łóżko?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21 – dot. Pakiet nr 7, pkt 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka bez metalowego ogranicznika chroniącego przed zsuwaniem się materaca od strony nóg?

Odp.: Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 22 – dot. Pakiet nr 7, pkt 24

Prosimy o wyrażenie zgody na posiadanie certyfikatu ISO 13485:2012 lub równoważnego potwierdzającego, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23 – dot. Pakiet nr 7, pkt 24

Prosimy o wyrażenie zgody na odstąpienie od dokumentów (raportów technicznych, kart charakterystyki itp.) potwierdzających antybakteryjność lakieru i tworzywa.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Odp.: Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 24 – dot. Pakiet nr 7, pkt 2

Czy Zamawiający dopuści wózek o długości 2090 mm, co odbiega zaledwie o 20 mm od wymaganych parametrów?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25 – dot. Pakiet nr 7, pkt 4

Zamawiający dopuści wózek z materacem o szerokości 650 mm, co odbiega zaledwie o 10 mm od wymaganych parametrów?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26 – dot. Pakiet nr 7, pkt 5

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości w zakresie 570 - 910 mm? Jest to zakres szerszy od wymaganego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27 – dot. Pakiet nr 7, pkt 7

Czy Zamawiający dopuści wózek z przechyłem Trendelenburga 20°? Z punktu widzenia medycznego taki kąt przechyłu Trendelenburga jest wystarczający.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28 – dot. Pakiet nr 7, pkt 10

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu pokrycia elementów stalowych lakierem z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów i dopuści wózek wykonany z profili stalowych, pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV oraz działanie środków dezynfekcyjnych?

Odp.: Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 29 – dot. Pakiet nr 7, pkt 14

Czy Zamawiający dopuści wózek z materacem o grubości 60 mm ?

Odp.: Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 30 – dot. Pakiet nr 7, pkt 15

Czy Zamawiający dopuści wózek z jedną dużą dźwignią blokady kół, od strony nóg pacjenta, którą można uaktywnić zarówno z prawej jak i z lewej strony?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31 – dot. Pakiet nr 7, pkt 17

Czy Zamawiający dopuści wózek z poręczami bocznymi składającymi się z 3 poziomych poprzeczek, bez poprzeczek pionowych?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32 – dot. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza wyrób medyczny producenta bez certyfikatu ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami oraz certyfikatu ISO 13485:2012 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



**Województwo
Śląskie**

medycznych. Producent Certyfikatem CE potwierdza, że produkty są zgodne z rozporządzeniem UE 2017/745. Rozporządzenie to stanowi, że należy stosować system zarządzania jakością.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33 – dot. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie produktu spełniającego normy DIN EN 71-2:03, rozdział 4.3 „płomień ulega wygaśnięciu” oraz normy DIN 75200 „trudnopalne na podstawie oświadczenia producenta. Producent udostępnia oryginały certyfikatów jedynie w swojej siedzibie.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34 – dot. Pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza wyrób medyczny producenta, który posiada certyfikat ISO 9001:2015 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami oraz ISO 14001:2015 bez certyfikatu ISO 13485:2012 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla w wyrobów medycznych, gdyż nie jest obowiązkowy dla wyrobów klasy I

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35 – dot. Pakiet nr 4

Czy zamawiający dopuszcza wyrób medyczny producenta bez certyfikatu ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, który posiada certyfikat ISO 13485:2016 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych, spełnia normę DIN EN ISO 10535 Lifter oraz DIN EN 60601-1 Norma DIN EN ISO 13485:2016 to system jakości dla branży wyrobów medycznych, który skutecznie obejmuje ISO 9001 z dodatkowymi wymaganiami.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36 – dot. Pakiet nr 6, pkt 50

Prosimy o wyjaśnienie, czy zapis , że wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami i elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku) będą w okresie gwarancyjnym wymieniane na nowe na koszt wykonawcy dotyczy kabla pacjenta EKG, elektrod wielorazowych przyssawkowych , elektrod wielorazowych kończynowych EKG?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że miał na myśli ukryte wady fabryczne. Naturalne zużycie w wyniku prawidłowej eksploatacji nie będzie podlegało wymianie akcesoriów w ramach gwarancji.

Pytanie nr 37 – dot. Pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania Aparat EKG z prezentacją na wyświetlaczu 12 kanałów, z możliwością wyboru do druku 1,3,6 lub 12 przebiegów EKG.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38 – dot. Pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania Aparat EKG z możliwymi rodzajami badań MANUAL, AUTO oraz AUTOMATYCZNIE DO SCHOWKA bez AUTOMANUAL I LONG ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37 – dot. Pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania Aparat EKG bez zapisu wstecznego przy badaniu automatycznym do schowka i przy badaniu ręcznym.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Równocześnie Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następującym zakresie:

- Ofertę należy złożyć poprzez Platformę **do dnia 30.04.2024 r. do godziny 09:00.**
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.04.2024 r. o godzinie 09:05.**
- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **90 dni tj. do dnia 29.05.2024 r.**

Zatwierdził:
Dyrektor Szpitala
Wojciech Michalik

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie