

Gorzów Wlkp., 19.03.2024 r.

**Wojewódzka Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.
ul. Kazimierza Jagiellończyka 8B 66-400
Gorzów Wlkp.**

OATZP.272.5.2024

Dotyczy: Sukcesywna dostawa testów analitycznych, odczynników laboratoryjnych i kultur mikrobiologicznych

Zamawiający – Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. ul. Kazimierza Jagiellończyka 8B informuje, iż w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Wykonawcy zwrócili się o wyjaśnienia treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela poniżej stosownych wyjaśnień:

Pytanie Część 25, poz. 7

Czy Zamawiający może podać numer katalogowy oraz producenta wzorca manganu, która spełnia wyspecyfikowane wymagania?

Odpowiedź: Zamawiający odmawia podania numeru katalogowego wzorca, jednocześnie zamawiający doprecyzowuje, że przedmiotem zamówienia jest wzorzec jonów manganu, o stężeniu 1000 mg/l Mn²⁺, sporządzony w roztworze wodnym, utrwalony kwasem azotowym bądź kwasem solnym.