

Oleśnica 10 października 2022 r.

Znak sprawy: PZS/TP/23/2022

Dotyczy: **Dostawa Sprzętu jednorazowego użytku III do Powiatowego Zespołu Szpitali**

WYJAŚNIENIA DO SWZ

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące SWZ. Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2021r Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

1. Czy w **Pakiecie nr 10 w poz. 4** powinny być zaofertowane szczoteczki cytologiczne, których efektywność została klinicznie zweryfikowana?

Odpowiedź: dopuszczam

2. Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na wydzielenie **z Pakietu nr 10 poz. 4** do odrębnego pakietu. Pozostawienie pakietu w obecnym kształcie preferuje konkretne podmioty, ogranicza konkurencję wyłącznie do dużych hurtowni i eliminuje z możliwości uczestniczenia w postępowaniu podmioty wysoko wyspecjalizowane posiadające dużą wiedzę merytoryczną na temat oferowanych produktów i w sposób szczególnie dbający o ich jakość. Dodatkowo wydzielenie z pakietu pozwoli na wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź: nie wyrażam zgody na wyodrębnienie zadania

Czy zamawiający, zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji, **w pakiecie nr 9** dopuści równoważny próżnościog połączony jałowy, jednorazowego użytku do wspomaganego porodu, posiadający odpowiednio wyprofilowany uchwyt oraz atraumatyczną miseczkę, z pompą wytwarzającą stabilne, stałe podciśnienie przy minimalnym wysiłku, z łatwo dostępnym zaworem zwalniającym próżnię w postaci skrzydełek, z czytelnym wskaźnikiem próżni w kształcie zegara oraz wbudowaną atraumatyczną blokadą bezpieczeństwa eliminującą możliwość przekroczenia bezpiecznej wartości siły ciągu, co eliminuje konieczność jej stałej kontroli przez personel medyczny podczas porodu?

Odpowiedź: nie wyrażam zgody

Pytanie nr 1 do pakietu nr 17

Czy Zamawiający dopuści taśmy o specyfikacji zbliżonej do wymagań Zamawiającego: Sterylna taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet z polipropylenu monofilamentowego o parametrach:

- szerokość: 1,2 cm
- długość: 45 cm

- grubość: 0,45 mm
- gramatura: 57 g/m²
- wielkość porów: 0,90 mm

System jednorazowy i sterylny, laserowo zgrzewane brzegi taśmy, Taśma w plastikowej osłonce, brzegi taśmy zakończone pętelkami.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Zadanie 10, poz. 3,4

Czy zamawiający wydzieli poz.3,4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: nie wyrażam zgody

Zadanie 12, poz. 2

Czy zamawiający dopuści miskę z pulpy 4 litrową o wymiarach 320 mm x 260 mm x 107 mm, przepiękalność (min) 4 godziny, temperatura odporności 50°C±3°C?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Zadanie 12, poz. 1

Czy zamawiający dopuści basen płaski o parametrach jak poniżej:

- pojemność wyrobu -----2000ml
- waga wyrobu -----58g ± 4g
- materiał ----- masa papierowa
- wymiar wyrobu-----370x286x90 mm
- wymiary op. zbiorczego -----37 cm x 30 cm x 61 cm
- ilość sztuk w op. zbiorczym-----100
- przepiękalność (min) -----4 godziny
- odporność na temp.----- 35° C

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Zadanie 12, poz. 4

czy zamawiający dopuści kaczkę z pulpy o specyfikacji jak poniżej:

- pojemność wyrobu 875ml
- waga wyrobu 38g ± 4g
- materiał masa papierowa
- wymiar wyrobu-260x105x125 mm
- wymiary op. zbiorczego -84cm x 25cm x 90 cm
- ilość sztuk w op. zbiorczym- 100
- przepiękalność (min) --4 godziny
- odporność na temp.-35°C (±3°C)

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Zadanie 12, poz. 3

Czy zamawiający dopuści miskę o pojemności 4 litry, o wymiarach 320 mm x 260 mm x 107 mm?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pakiet 3, Pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści igły z nasadką z polipropylenu i osłonką z polietylenu, spełniające pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź: dopuszczam

Pakiet 3, Pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści igły z ostrzem długościętym, spełniające pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pakiet 3, Pozycja 3-8

Czy Zamawiający dopuści igły z nasadką z polipropylenu i osłonką z polietylenu, spełniające pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź: dopuszczam

Pakiet 3, Pozycja 9-15

Czy Zamawiający dopuści igły z ostrzem długościętym, spełniające pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź: nie wyrażam zgody

Pakiet 3, Pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści igłę w kolorze beżowym/kremowym zgodnie z normą ISO?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pakiet 3, Pozycja 20-23

Czy Zamawiający dopuści igły z właściwym dopasowaniem igły wykonanej ze stali nierdzewnej i mandrylu z poliwęglanu?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pakiet 3, Pozycja 24-31

Czy Zamawiający dopuści igły z właściwym dopasowaniem igły wykonanej ze stali nierdzewnej i mandrylu z poliwęglanu?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pakiet 3, Pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści igłę o szlifie Quincke?

Odpowiedź: nie wyrażam zgody

Pakiet 3, Pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści igłę 25G - 120mm?

Odpowiedź: nie wyrażam zgody

Pakiet 3, Pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści igłę 27G - 120mm?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pakiet 3, Pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści igłę 25G - 120mm?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pakiet 3, Pozycja 31

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 7767427
fax 71 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 71 7767300
71 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 62 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 3142899

Czy Zamawiający dopuści igłę 27G - 151mm?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pakiet 3, Pozycja 32

Czy Zamawiający miał na myśli igły o długości 80mm?

Odpowiedź: tak, długość 80 mm (omyłka zamawiającego)

Pakiet 3, Pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie kompletnego zestawu zamiast samego worka?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pakiet 3, Pozycja 35

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie kranika o objętości wypełnienia 0,3ml oraz o wytrzymałości do 4,5 bara, spełniający pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ, nie wyrażam zgody

Pakiet 4, Pozycja 1-16

Czy Zamawiający dopuści rurkę niesilikonowaną, z mankietem w kształcie heksagonu, bez znaku skracania rurki, w opakowaniu typu „banan”, utrzymującym anatomiczny kształt rurki zamiast punktowych zgrzewów?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pakiet 4, Pozycja 22-25

Czy Zamawiający dopuści rurkę niesilikonowaną z prowadnicą wykonaną z aluminium pokrytym pcv, pakowaną w papier-fole bez punktowych zgrzewów?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

INFORMACJA O ZMIANIE ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający dokonuje zmiany w treści zadania nr 16 zmienia w postaci wyrzucenia jednej pozycji w pakiecie. Zmienia się załącznik do SWZ nr 5.16

Zamawiający publikuje nowy załącznik o nazwie załącznik do SWZ nr 5.16 po zmianach