

Zamawiający:

Akademia Pomorska w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a

INFORMACJA

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: Dostawa sprzętu medycznego – sprawa nr 21/TP/2022

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

„Dotyczy Części 1 - Drobny sprzęt medyczny dla pracowni położnictwa , III. Detektor tętna płodu - Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 135 mm x 92 mm x 29 mm oraz wadze 245 g (wraz z baterią) ?”

Odp. Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

„Dotyczy Części 1 - Drobny sprzęt medyczny dla pracowni położnictwa , IV. Waga noworodkowa - Czy Zamawiający dopuści urządzenie zasilane tylko zasilaniem bateryjnym bez możliwości zasilacza?”

Odp. Zamawiającego: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3:

„Dotyczy części VII: Prosimy o dopuszczenie zestawu, które pozwala gromadzić i archiwizować dane w formie papierowej. Takie rozwiązanie pozwala w tym samym momencie badać pacjentów na różnych protokołach. Protokoły będą w formie papierowej, wobec czego nie ma potrzeby używania portu usb do komunikacji z oprogramowaniem (i tym samym oprogramowania). Wszelkie raporty operator tworzy samodzielnie w formie papierowej w formie karty badania.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4:

„Dotyczy części VII: Prosimy o dopuszczenie urządzenia z ciekłokrystalicznym graficznym ekranem, które obsługuje się 2 przyciskami.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5:

„Dotyczy części VII : Prosimy o dopuszczenie odchylenia max 5% albo max 5 ppm”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6:

„Dotyczy części VII :Prosimy o dopuszczenie urządzeń pracujących w standardowych warunkach szpitalnych tj: od 5 stopni C do 30 stopni C, od 30% do 90% RH – takie warunki występują w Polsce”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7:

„Dotyczy części VII: Prosimy o dopuszczenie urządzenia zasilanego jedną baterią 9V (litową)”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8:

„Dotyczy części VII: Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wymiarach: 135 x 60 x 30mm”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9:

„Dotyczy części VII: Prosimy o dopuszczenie urządzenia, które nie wymaga kosztownych adapterów D (nazwa własna) i przez to nie ma potrzeby wyświetlania komunikatów z nim związanych.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 10:

„Dotyczy części VII: Prosimy o dopuszczenie urządzenia, w którym filtr antybakteryjny/antywirusowy zamontowany jest w jednorazowych ustnikach. Otrzymacie Państwo 1000 takich ustników z filtrem. oraz zestaw adapterów w ilości niezbędnej do obsłużenia 1000 pacjentów.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11:

„Dotyczy części VII: Prosimy o dopuszczenie urządzenia, które jest tak skonstruowane, że to użytkownik może przeprowadzać samodzielne kalibracje bez potrzeby wysyłania sprzętu na kilkudniowe Wyposażymy Państwa w zapas gazu zawór r i złącze kalibracje. Przy poprawnym wykonywaniu kalibracji gaz wystarczy na 24 miesięczne kalibracje.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

mgr Emilia Simonowicz

Kierownik Biura ds. Funduszy Zewnętrznych

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona
do podejmowania czynności w jego imieniu