

Drezdenko, dnia 8 maja 2023 roku

Do Wykonawców,
ubiegających się o zamówienie

P1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę implantów ortopedycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy: PCZSzp/TP-MN/5/2023, 2023/BZP 00198184/01 z dnia 2023-04-28

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

1. Zamawiający, w trybie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, *zwaną dalej Ustawą* udziela następujących wyjaśnień treści i wprowadza zmiany SWZ:

Pytanie 1

Pakiet 1

Poz. 2d, 3d – Czy Zamawiający dopuści śruby w zakresie długości od 12mm zamiast 10mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. do pytania 1

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 1 poz. 2d i 3d na śruby w zakresie długości od 12mm.

Pytanie 2

pakiet nr 1

Poz. 2e, 3e – Czy Zamawiający dopuści śruby w zakresie długości tylko 10-40mm ze skokiem co 2mm?

Odp. do pytania 2

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 1 poz. 2e i 3e na system posiadający tylko śruby w zakresie długości od 10-40mm ze skokiem co 2mm.

Pytanie 3

Pakiet 1

Poz. 6d – Czy Zamawiający dopuści śruby w zakresie długości 12-34mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. do pytania 3

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 1 poz. 6d na śruby w zakresie długości od 12-34mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 4

Pakiet 2

Poz. 1b – Czy Zamawiający odnośnie wkrętu o średnicy 1,2mm dopuści długość 6-10mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. do pytania 4

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 2 poz. 1b na wkręty w zakresie długości od 6-10mm dla średnicy 1.2mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 5

Pakiet 2

Poz. 1b, 1c – Czy Zamawiający dopuści wkręty pakowane w magazynek po 5 sztuk? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o zmianę jednostki miary ze sztuk na magazynek.

Odp. do pytania 5

Zamawiający nie stawiał wymagań w zakresie sposobu konfekcjonowania wkrętów. Nie wprowadza się zmiany w zakresie jednostki miary.

Pytanie 6

projektowane postanowienia umowy

Czy Zamawiający dookreśli w §2 pkt 21.4 oraz §3 ust. 4, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis

nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odp. do pytania 6

Nie wprowadza się proponowanych zmian.

Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca zobowiązany jest odebrać zareklamowane produkty od Zamawiającego.

Termin odbioru zareklamowanych produktów zależy od Wykonawcy.

W §2 pkt. 21.4 reklamacja dotyczy serwisowania instrumentarium udostępnianego na czas trwania umowy i wskazuje termin rozpoczęcia napraw tego instrumentarium.

W zakresie §3 ust. 4 wskazane zapisy umożliwiają płynne funkcjonowanie Zamawiającego w okresie rozpatrywania reklamacji.

Pytanie 7

projektowane postanowienia umowy

Czy Zamawiający dookreśli w §8 ust. 3 lit b i lit. c, iż trzykrotność wadliwych dostaw odnosi się do 3 kolejnych po sobie dostaw?

Z uwagi na okres obowiązywania umowy oraz planowaną ilość dostaw częściowych koniecznym jest dookreślenie jak powyżej.

Odp. do pytania 7

Zamawiający wyjaśnia, że "trzykrotność" wskazana w §8 ust. 3 lit b i lit. c nie odnosi się do trzech kolejno występujących po sobie wskazanych okoliczności. Po co najmniej trzecim wystąpieniu zdarzenia od początku obowiązywania umowy Zamawiający uprawniony będzie do zastosowania wskazanych w projekcie umowy działań.

Pytanie 8

projektowane postanowienia umowy

Czy Zamawiający dookreśli w §11 ust. 2, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

Odp. do pytania 8

W trybie art. 286 ust. 1 Ustawy Zamawiający wprowadza zmianę w zakresie §11 ust. 2 projektowanych postanowień umowy. Treść po zmianie:

„Wszelkie wątpliwości i spory związane z interpretacją lub wykonaniem Umowy Strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie w drodze negocjacji lub wyjaśnień, w ramach uzgodnień obu Stron. **Powyższe nie oznacza zapisu na sąd polubowny.**”

2. Zamawiający w trybie art. 286 ust. 1 Ustawy wprowadza zmianę w zakresie dodatku nr 2 do SWZ pakiet 3 i 4 poprzez usunięcie wprowadzonych danych liczbowych w kolumnie „cena jednostkowa wg j.m.”. W załączeniu zmieniony dodatek nr 2 do SWZ.
3. W związku ze zmianami wprowadzonymi w trybie art. 286 ust. 3 oraz w delegacji do art. 284 ust. 3 Ustawy Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert określony w pkt. 25 i 26 SWZ. **Nowy termin składania ofert do dnia 12.05.2023 godz.: 10:00. Otwarcie ofert 12.05.2023 godz.: 10:05.** Zmiana terminu składania oferty wymaga także zmiany terminu związania ofertą – nowy termin związania do 10.06.2023 r.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Agnieszka Banaszek

W trybie art. 284 ust. 6, art. 286 ust. 7, art. 271 ust. 4 Ustawy wyjaśnienia, wprowadzone zmiany oraz ogłoszenie o zmianie zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/759178> dnia 08.05.2023 r.