



WszSL.FZ.381./70/2024

Legnica 24.09.2024r.

Do wszystkich zainteresowanych

**DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY DROBNEGO NIESTERYLNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO
znak sprawy WszSL/FZ-70/24**

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Część 3 poz. 1

Prosimy o wskazanie aparatu do którego ma być przeznaczony papier.

W odpowiedzi na pytanie: Aparat CTG Corometrix 4305AA0/BT 350.

Pytanie 2

Część 3 poz. 4

Czy Zamawiający oczekuje w ww. pozycji papieru oryginalnego producenta Mitsubishi czy też dopuszcza papier kompatybilny innego producenta?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego.

Pytanie 3

Dot. Części 9 – Jednorazowe miski do mycia

Czy zamawiający dopuści produkt jednorazowego użytku, wykonany z masy papierowej, Wymiary: Dł. 280 mm x szer. 280 mm x wys. 100 mm., pojemność 3000 ml?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 4

Pytanie 1 do Pakietu 6

Czy Zamawiający dopuści pojemniki z pochłaniaczem CO2 do apartów Drager Pyramid o pojemności 1,2 litra (1kg).

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 5

Pytanie 2 do Pakietu 6

Czy Zamawiający wymaga wapna zawierającego Zeolit 5%?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 6

Pytanie 3 do Pakietu 6

Czy Zamawiający wymaga wapna, które zawiera nie więcej niż 1,5% wodorotlenku sodu?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).



Pytanie 7

Część nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści żel do USG w opakowaniu 5l, z przeliczeniem ilości?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 8

Część nr 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny wyposażony w system "Twist & lock" na obręczy, który umożliwi bezpieczne zamknięcie worka po użyciu, zamiast zastawki antyzwrotnej?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 9

Część nr 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny z polietylenu, z wskaźnikiem poziomu od 100 ml do 1500 ml?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 10

Część nr 2

Poz. 1,2

Prosimy o dopuszczenie koców o następujących parametrach z uniwersalnym portem węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy konwekcyjnych w tym do Mistral-Air.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 11

Część nr 2

Poz. 1,2

Prosimy o dopuszczenie koców pakowanych po 10 szt. w 1 opakowaniu zbiorczym.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza zaproponowane opakowanie. Wskazuje jednak, że w formularzu asortymentowo – cenowym Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny jednostkowej netto.

Pytanie 12

Część nr 2

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie następujących rodzajów koców:

- na całe ciało dla pacjenta dorosłego (195 x 100 cm)

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 13

Część nr 2

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie następujących rodzajów koców:

- na całe ciało dla pacjenta dorosłego (195 x 100 cm)

lub

- na całe ciało – tuba pod pacjenta (217 x 91 cm)

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 14

do pakietu 2 poz. 1



Czy Zamawiający dopuści kołderki na całe ciało pacjenta dorosłego o wymiarach 210 cm x 120 cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 15

do pakietu 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kołderki na całe ciało pacjenta dorosłego o wymiarach 210 cm x 120 cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 16

do pakietu 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kołderki na całe ciało pacjenta pediatrycznego o wymiarach 170 cm x 100 cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 17

do pakietu 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kołderki na górną część ciała pacjenta dorosłego wielopozycyjną o wymiarach 230 cm x 100 cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 18

Część 7

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o następującym przedziale wagowym:

Dla poz. 3: 5-9 kg

Dla poz. 4: 8-14 kg

Dla poz. 5: 11-18 kg lub 15 kg+ ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 19

Dot. umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację wzoru umowy w następujący sposób:

§6

1. Zamawiającemu przysługują kary umowne w wysokości 0,5 % wartości netto wskazanej w Załączniku nr 1 do umowy asortymentu, którego zwłoka dotyczy za każdy dzień zwłoki w stosunku do któregośkolwiek z terminów, o których mowa w §2 ust. 1 i/lub w §4 ust. 2 i/lub w §4 ust. 5,

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą być nakładane wielokrotnie i niezależnie od siebie, za każde naruszenie obowiązków umownych.

3. Kary umowne nałożone na Wykonawcę nie mogą przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w §3 ust. 1.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 20

Część 7 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek dla dzieci 2-5 kg?

W odpowiedzi na pytanie:

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 21

Część 7 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek dla dzieci 3-6 kg?

W odpowiedzi na pytanie:

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



Pytanie 22

Część 7 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek dla dzieci 5-9 kg?

W odpowiedzi na pytanie:

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 23

Część 7 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek dla dzieci 7-11 kg?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 24

Część 7 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek dla dzieci 10-14 kg?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 25

Część 7 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek dla dzieci 13-20 kg?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 26

Część 8 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu celulozowego, gramatura 2 x 16 g/ m²?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 27

Część 16 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worków o poniższym opisie:

- pojemność 1500 ml, skalowana co 100ml
- wytrzymała torba o szerokim okrągłym otworze wlotowym
- zaprojektowana do wygodnego i łatwego użycia
- wyposażona w plastikowy uchwyt zapewniający higieniczne i proste zamknięcie po napełnieniu typu Twist & Lock, odcina źródło przykrego zapachu i uniemożliwia wydostanie się zawartości
- dostępna w kolorach: białym i czerwonym
- nazwa producenta nadrukowana na wyrobie
- jednorazowego użytku?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 28

część 8

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 m, perforacja co 38 cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w



odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 29

część 8

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 m, perforacja co 38 cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 30

część 8

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 m, perforacja co 34 cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 31

część 8

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 32

część 8

Czy zamawiający dopuści podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m²?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 33

część 8

Czy zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt. = 1 rolkę?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 34

Część 17, poz. 1-2

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 35

dotyczy rozdział XX SWZ- Projektowane postanowienia umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy zdania „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 400 zł netto”

W związku z kosztami wysyłki/ sposobem pakowania w opakowania zbiorcze prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 400 zł.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 36

Część 12 poz. 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie pudełek tekturowych do archiwizacji bloczków. Pudełko z gładkiej tektury do transportu i przechowywania bloczków parafinowych. Wysuwana szufladka wyposażona w przegrody. Do samodzielnego składania. Pudełka posiadają nadrukowane pole do opisu. Możliwość opisu ręcznego lub poprzez naklejenie własnej etykiety. Przegródki pozwalają na pionowe umieszczenie



bloczków/kasetek. Pojemność około 220 standardowych bloczków parafinowych (kasetka + parafina o grubości 7mm). Grubość tektury 1 mm. Wymiary: ok. 240 x 325 x 60 mm.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 37

Część 13 poz. 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie szkiełek równoważnych do wymaganych o parametrach jak niżej:

Szkiełka podstawowe z jednostronnym emaliowanym polem do opisu w kolorze białym. Krawędzie szlifowane. Narożniki sfazowane pod kątem 45 stopni. Szkiełka optycznie czyste i nieposklejane. Wymiary zewnętrzne 25x75x1,0-1,2 mm. Szkiełka bez żadnych oznaczeń (kropek, napisów, logotypów itp.). Opakowanie handlowe 50 szt. Szkło o poniższym składzie chemicznym: SiO₂(70~73%); R₂O(13~15%); CaO(7~12%); MgO(1~4.5%); Al₂O₃(1~2%) Fe₂O₃(0.08~0.14%).

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 38

Część 13 poz. 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie szkiełek równoważnych do wymaganych o parametrach jak niżej:

Szkiełka adhezyjne stosowane ze szlifowanymi krawędziami gwarantującymi bezpieczną pracę z jednostronny emaliowanym polem do opisu w kolorze białym. Szkiełka ze szlifowanymi krawędziami oraz rogami 90 stopni. Szkiełko o wymiarach zewnętrznych 75x25x1.0-1.2 mm, wymiary pola do opisu – 20x25 mm. Szkiełka optycznie czyste i nieposklejane. Szkiełka hydrofilne. Opakowanie handlowe – 100 szt, opakowanie zewnętrzne wykonane ze sztywnego kartonu.

Szkiełka sodowo-wapniowe o poniższym składzie chemicznym:

- ditlenek krzemu (zawartość 70-74 %)
- tritlenek diglinu (zawartość 0-3 %)
- tlenek wapnia (zawartość 6-12 %.)
- tlenek magnezu (zawartość 0-6 %.)
- tlenek sodu (zawartość 12-16 % .)
- tlenek tytanu (zawartość 0.0045 -0.0065 %)
- żywica polimerowa (zawartość 0.0005-0.0015 %)

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 39

Część 14 poz. 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaproponowania teczek na preparaty otwartych czy zamkniętych?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wymaga teczek zamykanych.

Pytanie 40

Część 8

Czy Zamawiający dopuści podkład celulozowy w rolce o gramaturze warstwy 2 x 17g/m²?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 41

Część 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści papier o wymiarach 150x100x150?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).



Pytanie 42

Część 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniach 0,5l z odpowiednim przeliczeniem do 1200 opakowań w ilości minimalnej oraz 2400 opakowań w ilości maksymalnej?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 43

Część 9

Czy Zamawiający dopuści miskę o wymiarach 300mmx92mm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 44

Część 16

Czy Zamawiający dopuści worek o następujących parametrach:

- * wykonany z wytrzymałej, przezroczystej folii LDPE w kolorze niebieskim lub czerwonym, umożliwiającej obserwację wydzieliny
- * szeroki wlot worka zabezpieczony polipropylenowym kolnierzem
- * cążeczka kolnierza w kształcie koła zapewnia pewny chwyt, ułatwia manewrowanie workiem zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia treścią
- * kolierz wyposażony w specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację treści wymiotnej - „skręć i zaczepl”
- * pojemność całkowita worka: 2000 ml
- * dokładna skala pomiarowa (od 10 ml do 100 ml co 10 ml (liczbowo co 20 ml) i od 100 do 2000 ml co 100 ml) umieszczona na worku, pozwala na dokładne oszacowanie objętości płynu
- * kierunek odczytu skali dla małych objętości oznaczony grotem
- * nazwa wyrobu, nazwa producenta oraz obrazkowa instrukcja użycia nadrukowane bezpośrednio na worku
- * nie zawiera lateksu
- * nie zawiera ftalanów
- * jednorazowego użytku
- * niesterylny
- * okres trwałości: 5 lat

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 45

Część 16

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’20 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza zaproponowane opakowanie. Wskazuje jednak, że w formularzu asortymentowo – cenowym Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny jednostkowej netto.

Pytanie 46

Część 17, pozycja 1,2

Czy Zamawiający dopuści maski zawierające śladowe ilości ftalanów

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



Pytanie 47

Część 17, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści maskę z nebulizatorem o następujących właściwościach:

- Wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV
- Nie zawiera lateksu
- Posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą
- Wyposażona w dren o długości 210 cm zakończony uniwersalnymi łącznikami
- Dren odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym
- Nebulizator o pojemności 8 ml (skalowany co 1 ml)
- Średnia wielkość wytwarzanej cząsteczki przy przepływie 6 l/min – 3,23 µm
- Jednorazowego użytku
- Sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowana indywidualnie w opakowanie papier-folia ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 48

Część 17, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw z nebulizatorem o następujących właściwościach:

- Wykonany z nietoksycznych materiałów
- Dren o długości 210 cm, odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym
- Nebulizator o pojemności 6 ml (skalowany co 1 ml), wytwarzający cząsteczki o średniej wielkości MMAD = 3,91 µm przy przepływie 6 l/min.
- W zestawie nebulizator, dren, złączka typu T, ustnik, zastawka jednokierunkowa oraz rurka karbowana
- Uniwersalny łącznik T o średnicy 22M/15F - 22F umożliwi podłączenie zestawu do:
 - rurki intubacyjnej lub tracheostomijnej
 - obwodu oddechowegoi wykonanie nebulizacji u pacjenta wentylowanego mechanicznie
- Uniwersalny (odłączalny) ustnik umożliwia wykonanie nebulizacji u pacjenta oddychającego samodzielnie
- Silikonowa zastawka jednokierunkowa (odłączalna) redukuje straty leku podczas nebulizacji
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka / papier-folia

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 49

Część 17, pozycja 3

Czy Zamawiający wykreśli pozycję z pakietu? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 50

Część 17, pozycja 3

Czy Zamawiający wydzieli pozycję do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



Pytanie 51

Dot. część 9 poz.1

Czy Zamawiający dopuści miskę do mycia o wymiarach 290x290x100mm o pojemności 3000 ml?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 52

Dot. część 9 poz.1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie miski w opakowaniu a' 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 200 op. a '100 szt.?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza zaproponowane opakowanie. Wskazuje jednak, że w formularzu asortymentowo – cenowym Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny jednostkowej netto.

Pytanie 53

Dot. część 13 poz.1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szkiełek Super Frost w opakowaniu a' 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 1200 op. a '50 szt.?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza zaproponowane opakowanie. Wskazuje jednak, że w formularzu asortymentowo – cenowym Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny jednostkowej netto.

Pytanie 54

Dot. część 13 poz.1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szkiełek Super Frost w opakowaniu a' 72 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 84 op. a '72 szt.?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza zaproponowane opakowanie. Wskazuje jednak, że w formularzu asortymentowo – cenowym Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny jednostkowej netto.

Pytanie 55

Dot. projektu umowy, §5 ust. 5

Prosimy o modyfikację projektu umowy w §5 ust. 5 poprzez dodanie zapisu „, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Wykonawcę”.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 56

Pakiet 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 2 nebulizator do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml, z antyprzelewową konstrukcją, średnica nebulizowanych cząstek (MMAD) 2,7 um potwierdzona w katalogach producenta, czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 6-8 l/min: 0,30 - 0,35 ml/min. W zestawie z nebulizatorem: dren 210 cm, maska pediatryczna.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 57

Pakiet 17

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pozycji 2 oczekuje zestawu, w którego skład wchodzi nebulizator o tempie nebulizacji (szybkości opróżniania zbiornika) przy przepływie 6-8 l/min: 0,30 - 0,35 ml/min.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w



odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 58

Pakiet 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 3 nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 μm (+/- 0,07 μm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 μm) - 79,7% (+/- 1,7%), parametry potwierdzone w badaniach producenta, produkt czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 7,36 min. (+/- 0,26 min.). W zestawie z nebulizatorem: ustnik, łącznik T (ID 22mm/OD 22mm) - do podłączenia do obwodu oddechowego, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m i złączu standardowym, sztywne złącze drenu dedykowane do nebulizatora kodowane kolorystycznie barwą dyfuzora.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 59

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie nr 11 i 13 na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający odwołuje do Rozdziału XVII pkt.2 SWZ mówiącego o sposobie obliczania ceny.

Pytanie nr 60

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie może brać na siebie tego rodzaju zobowiązania z uwagi na płynność zdarzeń występujących w jednostce Zamawiającego.

Pytanie nr 61

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (...)”

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający zobowiązał się do minimalnych zamówień – ich ilość została określona w kolumnie „D” Formularza asortymentowo – cenowego.



Pytanie nr 62

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 63

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o modyfikację formularza cenowego poprzez dodanie również „numeru katalogowego” oferowanego asortymentu. Wskazanie numeru katalogowego wraz z producentem jednoznacznie określa, jaki produkt jest oferowany przez Wykonawcę, a tym samym pozwala Zamawiającemu na egzekwowanie właściwego wykonywania umowy przez Wykonawców – daje Zamawiającemu również gwarancję, że podczas wykonywania umowy produkt nie zostanie zastąpiony zamiennikiem o gorszej, jakości, jak i pozwoli już na etapie badania oferty stwierdzić, że został zaofertowany wymagany asortyment.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie przez Wykonawcę w formularzu asortymentowo - cenowym numerów katalogowych oferowanego asortymentu.

Pytanie nr 64

Część 11

Prosimy o dopuszczenie: kasetki histopatologiczne do zatapiania w parafinie z pokrywą plastikową z zawiasem przełamania, po 120 kwadratowe otwory do przepływu parafiny w podstawie i pokrywie; o wymiarach otworu 2 mm x 2 mm. Wymiar dolny kasetki dł. szer. wys 4 cm x 2,7 cm x 0,6 cm. Kasetka posiada z przodu skośną powierzchnię do opisu. Kasetki wykonane z poliksymetylenu, odporne na działanie odczynników laboratoryjnych (formalina, ksylen); nie ulegające odkształceniu po użyciu parafiny o temp.do 70° C (kolor różowy).

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 65

Część 11

Prosimy o dopuszczenie: kasetki histopatologiczne do zatapiania w parafinie z pokrywą plastikową z zawiasem przełamania, po 80 prostokątne otwory do przepływu parafiny w podstawie i pokrywie; o wymiarach otworu 1 mm x 5 mm. Wymiar dolny kasetki dł. szer. wys 4 cm x 2,7 cm x 0,6 cm. Kasetka posiada z przodu skośną powierzchnię do opisu. Kasetki wykonane z poliksymetylenu, odporne na działanie odczynników laboratoryjnych (formalina, ksylen); nie ulegające odkształceniu po użyciu parafiny o temp.do 70° C (kolor różowy).

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 66

Część 13, poz.1:

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje szkiełek z polem lakierowanym, które nie są adhezyjne? Zwracamy uwagę na fakt, iż szkiełkami adhezyjnymi są szkiełka opisane w poz.2 jako Super Frost Plus, natomiast szkiełka Super Frost nie posiadają właściwości adhezyjnych.

W odpowiedzi na pytanie: Nie nastąpiła omyłka. Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnie z opisem SWZ.

UWAGA!

Udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem,
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy

Andrzej Czerniak

