



**SZPITAL ŚW. ŁUKASZA**  
w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu  
ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Bolesławiec

NIP: 6121542507  
KRS: 0000024307  
REGON: 000310338

T.: 75 738 00 00  
E.: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZOZ:  
000000001137

Bolesławiec, dnia 29 marca 2024 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**  
**e-mail: platforma zakupowa**

**Dotyczy: zapytań do treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na „Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”. Znak sprawy 7/PN/2024.**

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz odpowiedzi w tym zakresie.

**1) Dotyczy Zadania nr 8**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr. 8 zaoferowanie nakłuwaczy:

Poz. 1 nakłuwacz igłowy 1,2mm

Poz. 2 nakłuwacz igłowy 2,4mm

Poz. 3 nakłuwacz igłowy 1,5mm

Poz. 4 nakłuwacz nożykowy 2mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** zaoferowanie nakłuwaczy:

Poz. 1 nakłuwacz igłowy 1,2mm

Poz. 2 nakłuwacz igłowy 2,4mm

Poz. 3 nakłuwacz igłowy 1,5mm

Poz. 4 nakłuwacz nożykowy 2mm.

Jednocześnie Zamawiający informuje o modyfikacji Formularza cenowego dla Zadania nr 8, poprzez dodanie poz. nr 5 o treści: „Nakłuwacz igłowy gł. nakłucia 1,8 mm, pakowane po 200 szt.” w ilości 200 opakowań.

## **2) Dotyczy Zadania nr 6, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na uchwyty do lamp operacyjnych, jałową, jednorazową, uniwersalną, do uchwytów lamp o śr. 20-40mm, wykonaną z twardego plastikowego kołnierza, średnica dysku zewnętrznego 11,8cm, wymiary woreczka 9,5 x 12cm, woreczek z polietylenu, wolna od lateksu, biokompatybilna, pakowana pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 100szt., zgodny z Rozporządzeniem UE 2017/745., termin ważności 3 lata?

Konstrukcja osłony-16 ząbków do regulacji otworu i zabezpieczenia przed spadaniem osłony.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie dopuszcza** osłony na uchwyty do lamp operacyjnych o parametrach opisanych powyżej.

## **3) Dotyczy Zadania nr 6, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na uchwyty do lamp operacyjnych, jałową, jednorazową, uniwersalną, do uchwytów lamp o śr. 20-40mm, wykonaną z twardego plastikowego kołnierza, średnica dysku zewnętrznego 11,8cm, wymiary woreczka 9,5 x 15cm, woreczek z polietylenu, wolna od lateksu, biokompatybilna, pakowana pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 100szt., zgodny z Rozporządzeniem UE 2017/745., termin ważności 3 lata?

Konstrukcja osłony-16 ząbków do regulacji otworu i zabezpieczenia przed spadaniem osłony.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie dopuszcza** osłony na uchwyty do lamp operacyjnych o parametrach opisanych powyżej.

## **4) Dotyczy Zadania nr 7, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną, uniwersalną dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, jednorazową, dzieloną symetrycznie na dwie równe połówki, powierzchnia ogólna 168 cm<sup>2</sup>, powierzchnia czynna 105 cm<sup>2</sup>, grubość hydrożelu 0,69 mm, wymiary 163,5 x 117 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, hydrożel w części przewodzącej, pakowana pojedynczo?

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie dopuszcza** elektrody neutralnej opisanej powyżej.

## **5) Dotyczy Zadania nr 7, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną, uniwersalną dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, jednorazową, dzieloną symetrycznie na dwie równe połówki, powierzchnia ogólna 168 cm<sup>2</sup>, powierzchnia czynna 105 cm<sup>2</sup>, grubość hydrożelu 0,69 mm, wymiary 163,5 x 117 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, hydrożel w części przewodzącej, pakowana pojedynczo?

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie dopuszcza** elektrody neutralnej opisanej powyżej.

**6) Dotyczy Zadania nr 7, poz. 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści opakowanie po 100 szt. (z odpowiednim przelicznikiem na formularzu)?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** opakowanie po 100 szt. (z odpowiednim przelicznikiem na formularzu).

**7) Dotyczy Zadania nr 4, poz. 2**

Czy Zamawiający wydzieli z zadania nr 4 do odrębnego pakietu ?

Poz.2

Nożyczki laparoskopowe, monopolarne, jednorazowego użytku typu Metzenbaum, średnica szafu 5mm, długość szafu 31,5 cm, długość robocza nożyczek 33 cm. Ostrza nożyczek ostre, lekko podgięte o długości 19mm, szerokość otwarcia szczęk 14mm. Nożyczki obrotowe w zakresie 360 stopni, wyposażone w standardowe 4mm złącze do elektrokoagulacji.

*Istniejący zapis pakietu wskazuje na zasoby danego Wykonawcy bez opcji złożenia oferty konkurencyjnej, co jest jednoznaczne z ograniczeniem konkurencji.*

*Prosimy o dopuszczenie w/w materiałów w przetargu. Możliwość złożenia oferty konkurencyjnej, pozwoli na znaczne obniżenie ceny zakupów, finansowanych ze środków publicznych oraz obniżenie kosztów leczenia.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie ma możliwości na wydzielenie poz. 2 do odrębnego pakietu z przyczyn technicznych.

**8) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne, wysokiej jakości kraniki trójdrożne - amerykańskiego lidera w produkcji tego typu kraników - o wytrzymałości ciśnieniowej do 3 barów (zapewniającej pełną szczelność we wszelkich procedurach infuzyjnych), o korzystniejszych parametrach użytkowych t.j. mniejszej niż wskazano w SWZ objętości wypełnienia (0,80ml) oraz optymalnie dobranych średnicach /wewn./zewn./ zapewniających optymalny przepływ, sterylizowane radiacyjnie, spełniające przy tym wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie dopuszcza** kraników trójdrożnych o parametrach opisanych powyżej.

**9) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 4**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne, wysokiej jakości filtry bakteryjno-wirusowe - amerykańskiego lidera w produkcji tego typu filtrów - o w pełni równoważnych parametrach użytkowych t.j. przestrzeni martwej (36-37 ml) oraz oporze przy przepływie 30l/min wynoszącym zaledwie 7-8mm H<sub>2</sub>O, spełniające przy tym wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** wysokiej jakości filtry bakteryjno-wirusowe - amerykańskiego lidera w produkcji tego typu filtrów - o w pełni równoważnych parametrach użytkowych t.j. przestrzeni martwej (36-37 ml) oraz oporze przy przepływie 30l/min wynoszącym zaledwie 7-8mm H<sub>2</sub>O z zachowaniem pozostałych parametrów opisanych w SWZ bez zmian.

**10) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 4**

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane filtry ze względu na swoje przeznaczenie /w pediatrii/, powinny być przebadane (z pozytywnym wynikiem) na skuteczność względem wirusa zapalenia wątroby typu C, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza, ale nie wymaga**, aby oferowane filtry były przebadane (z pozytywnym wynikiem) na skuteczność względem wirusa zapalenia wątroby typu C, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

**11) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 4**

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane filtry poza wskazaną w SWZ wielkością skuteczności filtracji dla bakterii i wirusów, powinny charakteryzować się także skutecznością filtracji względem NaCl na poziomie min. 97,1%, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza, ale nie wymaga**, aby oferowane filtry poza wskazaną w SWZ wielkością skuteczności filtracji dla bakterii i wirusów, powinny charakteryzować się także skutecznością filtracji względem NaCl na poziomie min. 97,1%, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

**12) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 11**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne, wysokiej jakości elektrody EKG z pianki - amerykańskiego lidera w produkcji tego typu elektrod - w równoważnym rozmiarze 43x35mm, spełniające przy tym wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie dopuszcza** elektrod EKG z pianki - amerykańskiego lidera w produkcji tego typu elektrod - w równoważnym rozmiarze 43x35mm.

**13) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 11**

Prosimy o potwierdzenie, iż opakowanie elektrod będących przedmiotem zamówienia to 50 szt. lub o wskazanie innej wymaganej wielkości opakowania, co pozwoli na złożenie porównywalnych ofert z ewentualnym dopuszczeniem stosownego przeliczenia ich wymaganej ilości.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **potwierdza**, iż opakowanie elektrod będących przedmiotem zamówienia to 50 szt.

**14) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 19**

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane dreny Redona powinny być pakowane na wprost (bez zawijania), co zapobiega niekontrolowanej zmianie położenia drenu już po aplikacji jak również niekontrolowanym uciskom w miejscu ujścia drenu z rany pooperacyjnej, co może zapobiegać powikłaniom z tym związanym.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **potwierdza**, iż oferowane dreny Redona powinny być pakowane na wprost (bez zawijania), co zapobiega niekontrolowanej zmianie położenia drenu już po aplikacji jak również niekontrolowanym uciskom w miejscu ujścia drenu z rany pooperacyjnej, co może zapobiegać powikłaniom z tym związanym

**15) Dotyczy Zadania nr 8, poz. 1, 2, 3, 4**

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze igłowe:

Prosta intuicyjna obsługa

Specjalnie ostrzone, trójpłaszczyznowe igły ze stali nierdzewnej pokryte silikonem

Igły sterylizowane promieniami gamma

Mechanizm bezpieczeństwa eliminujący możliwość przypadkowego zakłucia

Aktywowany poprzez dociśnięcie do opuszka palca

Pakiet 8 poz. 1 - 30G x 1,2mm

Pakiet 8 poz. 2- 21G x 2,4mm

Pakiet 8 poz. 3 - 25G x 1,5mm

Pakiet 8 poz. 4- 21G x 1,8mm

Czy Zamawiający dopuści powyższe rozmiary?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** nakłuwacze igłowe o powyższych parametrach oraz rozmiarach w poz. 1 - 30G x 1,2mm, poz. 2- 21G x 2,4mm oraz poz. 3 - 25G x 1,5mm. Zamawiający **nie dopuszcza** nakłuwacza 21G x 1,8mm w poz. nr 4, Zamawiający wymaga w poz. 4 nakłuwacza w rozmiarze 2,0mm. Jednocześnie Zamawiający informuje o modyfikacji Formularza cenowego dla Zadania nr 8, poprzez dodanie poz. nr 5 o treści: „Nakłuwacz igłowy gł. nakłucia 1,8 mm, pakowane po 200 szt.” w ilości 200 opakowań.

**16) Dotyczy Zadania nr 3, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Zadaniu 3 pozycja 1 produkt o następujących parametrach:

Oryginalne, jednorazowego użycia końcówki do shavera artroskopowego. Końcówki do shavera proste dostępne w średnicach 3,5mm, 3,8mm, 4mm, 5mm, 5,5mm oraz długości 13 cm. Ostrza tnące do tkanki miękkiej w trzech wariantach: gładkie na gładkie, gładkie na zęby i zęby na zęby.

Oryginalne, jednorazowego użycia końcówki do shavera artroskopowego. Końcówki do shavera proste dostępne w średnicach 4mm, 5mm, 5,5mm oraz długości 13cm. Ostrza tnące do kości w dwóch wariantach: frez owalny oraz frez okrągły.

W przypadku zgody Wykonawca zobowiązuje się użyć konsolę shavera oraz dwie rękojeści na czas trwania umowy.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** w Zadaniu 3 pozycja 1 produkt o następujących parametrach:

Oryginalne, jednorazowego użycia końcówki do shavera artroskopowego. Końcówki do shavera proste dostępne w średnicach 3,5mm, 3,8mm, 4mm, 5mm, 5,5mm oraz długości 13 cm. Ostrza tnące do tkanki miękkiej w trzech wariantach: gładkie na gładkie, gładkie na zęby i zęby na zęby.

Oryginalne, jednorazowego użycia końcówki do shavera artroskopowego. Końcówki do shavera proste dostępne w średnicach 4mm, 5mm, 5,5mm oraz długości 13cm. Ostrza tnące do kości w dwóch wariantach: frez owalny oraz frez okrągły.

Warunkiem dopuszczenia powyższych produktów jest użyczenie konsoli shavera oraz czterech rękojeści na czas trwania umowy.

**17) Dotyczy Zadania nr 3, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Zadaniu 3 pozycja 2 produkt o następujących parametrach:

Oryginalne dreny artroskopowe w torze napływu do pompy artroskopowe. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test.

W przypadku zgody Wykonawca zobowiązuje się użyczyć pompę artroskopową na czas trwania umowy.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** w Zadaniu 3 pozycja 2 produkt o następujących parametrach:

Oryginalne dreny artroskopowe w torze napływu do pompy artroskopowe. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test.

**18) Dotyczy Zadania nr 3, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Zadaniu 3 pozycja 3 produkt o następujących parametrach:

Oryginalne dreny artroskopowe dobowe w torze napływu do pompy artroskopowej. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. Dreny do użycia ze sterylnymi, jednorazowymi końcówkami do pacjenta. Dren dobowy wyposażony w system zabezpieczeń tzn. zawór zwrotny gwarantujący jego jednorazową 24 godzinną przydatność do użycia.

W przypadku zgody Wykonawca zobowiązuje się użyczyć pompę artroskopową na czas trwania umowy.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** w Zadaniu 3 pozycja 3 produkt o następujących parametrach:

Oryginalne dreny artroskopowe dobowe w torze napływu do pompy artroskopowej. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. Dreny do użycia ze

sterylnymi, jednorazowymi końcówkami do pacjenta. Dren dobowy wyposażony w system zabezpieczeń tzn. zawór zwrotny gwarantujący jego jednorazową 24 godzinną przydatność do użycia.

#### **19) Dotyczy Zadania nr 3, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Zadaniu 3 pozycja 4 produkt o następujących parametrach:

Oryginalne dreny artroskopowe dobowe w torze napływu do pompy artroskopowej. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. Dreny do użycia ze sterylnymi, jednorazowymi końcówkami do pacjenta. Dren dobowy wyposażony w system zabezpieczeń tzn. zawór zwrotny gwarantujący jego jednorazową 24 godzinną przydatność do użycia.

W przypadku zgody Wykonawca zobowiązuje się użyć pompy artroskopowej na czas trwania umowy.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** w Zadaniu 3 pozycja 4 produkt o następujących parametrach:

Oryginalne dreny artroskopowe dobowe w torze napływu do pompy artroskopowej. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. Dreny do użycia ze sterylnymi, jednorazowymi końcówkami do pacjenta. Dren dobowy wyposażony w system zabezpieczeń tzn. zawór zwrotny gwarantujący jego jednorazową 24 godzinną przydatność do użycia.

#### **20) Dotyczy Zadania nr 13**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 13 dopuści do oceny jednorazowy system gwarantujący zamknięty obieg krwi, składający się z podwójnej strzykawki, umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi (z 15ml krwi produkuje średnio od 4 do 6 ml koncentratu płytkowego) otrzymywanej tylko w jednym etapie wirowania, a następnie aplikacje otrzymanego preparatu w warunkach pola operacyjnego?

System składa się z pojedynczego sterylnego zestawu do separacji płytek i zawiera system podwójnej strzykawki 15 ml. Instrumenty: wirówka, pojemniki na tuby separujące krew, przeciwwaga. System gwarantuje pełne bezpieczeństwo sterylności, tzn. od początku procesu separacji, czyli od momentu wprowadzenia krwi do obwodu zamkniętego, sterylnego zestawu, do końca procesu, czyli momentu zebrania się koncentratu w gotowej do aplikacji strzykawce, nie dochodzi do konieczności ingerencji operatora. W zależności od zapotrzebowania operatora preparat PRP może być przygotowany bez użycia środka przeciwzakrzepowego (cytrynianu).

W przypadku zgody Wykonawca zobowiązuje się użyć niezbędne instrumentarium na czas trwania umowy.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** jednorazowy system gwarantujący zamknięty obieg krwi, składający się z podwójnej strzykawki, umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi (z 15ml krwi produkuje

średnio od 4 do 6 ml koncentratu płytkowego) otrzymywanej tylko w jednym etapie wirowania, a następnie aplikacje otrzymanego preparatu w warunkach pola operacyjnego.

System składa się z pojedynczego sterylnego zestawu do separacji płytek i zawiera system podwójnej strzykawki 15 ml. Instrumenty: wirówka, pojemniki na tuby separujące krew, przeciwwaga. System gwarantuje pełne bezpieczeństwo sterylności, tzn. od początku procesu separacji, czyli od momentu wprowadzenia krwi do obwodu zamkniętego, sterylnego zestawu, do końca procesu, czyli momentu zebrania się koncentratu w gotowej do aplikacji strzykawce, nie dochodzi do konieczności ingerencji operatora. W zależności od zapotrzebowania operatora preparat PRP może być przygotowany bez użycia środka przeciwzakrzepowego (cytrynianu).

### **21) Dotyczy zapisów projektu umowy**

W przypadku zgody na powyższe pytania zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisów regulujących użyczenie instrumentarium. Poniżej przykładowe zapisy:

1. Firma użycza instrumentarium dotyczy Pakiet nr ....
2. Firma użycza sprzętu na niżej wymienionych warunkach:
  - Właścicielem sprzętu pozostaje Firma
  - Zamawiający zobowiązuje się zapewnić właściwe warunki przechowywania i użycia sprzętu
  - Firma oświadcza, że przedmiot użyczenia jest sprawny technicznie. W razie stwierdzenia przez Szpital jakichkolwiek wad w działaniu Sprzętu, Szpital powiadomi firmę jako jedyny podmiot uprawniony do wykonania lub zlecenia wykonania naprawy Sprzętu, a w razie jego zużycia wymieni go na nowy. W razie wystąpienia usterki lub uszkodzenia Sprzętu wskutek niewłaściwej obsługi lub użycia przez Szpital, Firma ma prawo do obciążenia Szpitala kosztem naprawy i/lub części zamiennych lub wymiany Sprzętu, jeśli Sprzęt nie nadaje się do naprawy lub został zagubiony, według aktualnych stawek.
  - Szpital zapewnia, że sprzęt będzie obsługiwany i używany przez pracowników posiadających odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie. Szpital nie przekaże sprzętu osobom trzecim poza miejsce użytkowania, którym jest siedziba Szpitala. Szpital nie ma w szczególności prawa sprzedawać, wdzierżawiać, oddawać do używania Sprzętu bądź cedować praw do sprzętu wynikających z niniejszej Umowy na jakikolwiek podmiot bez uprzedniej, pisemnej zgody Firmy.
  - Firma zobowiązuje się do odbioru użyczonego instrumentarium, po zakończeniu umowy, na własny koszt.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **informuje** o modyfikacji projektu umowy poprzez dodanie do treści §3 zapisów regulujących użyczenie sprzętu.

### **22) Dotyczy zapisów §3 ust. 9 projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby ulotka dostarczona wraz z produktem była w języku angielskim, a ulotka w języku polskim została przekazana w formie elektronicznej na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail?



**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **wyraża zgodę**, aby ulotka dostarczona wraz z produktem była w języku angielskim, a ulotka w języku polskim została przekazana w formie elektronicznej na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail.

**23) Dotyczy zapisów §7 ust. 1 projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar umownych odpowiednio za zwłokę zamiast za opóźnienie?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **wyraża zgodę** na naliczanie kar umownych odpowiednio za zwłokę zamiast za opóźnienie. Jednocześnie Zamawiający informuję o modyfikacji zapisów §7 ust. 1 projektu umowy.

**24) Dotyczy Zadania nr 4, poz. 1**

Wykonawca zwraca się z pytaniem do Zamawiającego czy dopuści

Zestaw ssąco-płuczący do zastosowania w laparoskopii. Zestaw wyposażony w metalową kaniulę o średnicy 5 mm idługości 45 cm (wersja bariatryczna), na końcu dystalny otwór centralny i 2 otwory boczne. Sterowanie za pomocą dwóch przycisków w ergonomicznej rękojeści: białego (ssanie) i niebieskiego (płukanie), wyposażonych w niskooporowe, dwuuszczelkowe zawory. Zestaw wyposażony w podwójny dren łączący o długości min. 250 cm, zakończony na jednej części elastycznym łącznikiem typu lejek do podłączenia źródła ssania, na drugiej części: elastycznym łącznikiem typu Y z dwoma drenami przedłużającymi zakończonymi kolcowymi przyłączami do pojemników z płynem płuczącym. Ssak nieodbijający światła?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie dopuszcza** zestawu ssąco-płuczącego o parametrach opisanych powyżej.

**25) Dotyczy Zadania nr 4, poz. 2**

Wykonawca zwraca się z pytaniem do Zamawiającego czy dopuści


Nożyczki laparoskopowe, monopolarne, jednorazowego użytku typu Metzenbaum, średnica szafu 5 mm, długość szafu 31,5 cm, długość robocza nożyczek 33 cm. Ostrza nożyczek ostre, lekko podgięte o długości 15,5mm, szerokość otwarcia szczęk 9,5mm. Nożyczki obrotowe w zakresie 360 stopni, wyposażone w standardowe 4mm złącze do elektrokoagulacji?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** nożyczki laparoskopowe, monopolarne, jednorazowego użytku typu Metzenbaum, średnica szafu 5 mm, długość szafu 31,5 cm, długość robocza nożyczek 33 cm. Ostrza nożyczek ostre, lekko podgięte o długości 15,5 mm, szerokość otwarcia szczęk 9,5 mm. Nożyczki obrotowe w zakresie 360 stopni, wyposażone w standardowe 4mm złącze do elektrokoagulacji.

## 26) Dotyczy Zadania nr 5, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie uchwytu o długości łącznie z nożykiem 206,4 mm, długość nożyka 41,4 mm, Prosimy o dopuszczenie uchwytów przystosowanych do współpracy z generatorami o znamionowym napięciu szczytowym max. 5 KV i częstotliwości 500Hz, Szczegółowe wymiary poniżej:



### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** uchwyt o długości łącznie z nożykiem 206,4 mm, długość nożyka 41,4 mm. Zamawiający **dopuszcza** uchwyty przystosowane do współpracy z generatorami o znamionowym napięciu szczytowym max. 5 KV i częstotliwości 500Hz.

## 27) Dotyczy Zadania nr 15

Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych, jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem, uniwersalne. Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, uniwersalne, szerokość ostrza 36 mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** ostrza uniwersalne, jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem, uniwersalne. Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, uniwersalne, szerokość ostrza 36 mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu; pakowane: 1szt/ blister; 50 blistrów/ pudełko.

## 28) Dotyczy Zadania nr 15

Wydajność golenia -12 000 włosów na sekundę jest parametrem, który jest nie mierzalny ze względu na wpływ takich czynników jak umiejętności i doświadczenie operatora pracującego ze strzygarką oraz stan i kondycję skóry pacjenta.

Parametr ten jest nie do odtworzenia w warunkach rzeczywistych z w/w powodów, dlatego też nie powinien być wymagany przez Zamawiającego gdyż stanowi a Zamawiający nie ma możliwości

weryfikacji tego parametru. Parametr ten mógłby być wymagany przez zamawiającego gdyby badanie było przeprowadzone w akredytowanym laboratorium wg. Obowiązujące normy lub metodologii badania.

W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od wymogu : "Wydajność golenia -12 000 włosów na sekundę"

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **wyraża zgodę** na odstąpienie od wymogu: "Wydajność golenia-12 000 włosów na sekundę"

**29) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 1, 9**

Czy zamawiający wydzieli poz.1, 9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie ma możliwości na wydzielenie poz.1, 9 do osobnego pakietu z przyczyn technicznych.

**30) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 1**

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 m, perforacja co 38 cm?

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 m, perforacja co 38 cm?

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 m, perforacja co 34 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie dopuszcza** rolek o parametrach wskazanych powyżej.

**31) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 9**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**32) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z pulpy laminowanej, Gramatura: 23 gr (papier) + 10 gr (folia), 50cmx50m Perforacja co 38 cm, ok 131 listków na rolce?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie dopuszcza** podkładu wykonanego z pulpy laminowanej, Gramatura: 23 gr (papier) + 10 gr (folia), 50cmx50m Perforacja co 38 cm, ok 131 listków na rolce.

### 33) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jedynie optyczny identyfikator pozycji?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** jedynie optyczny identyfikator pozycji.

### 34) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wytrzymałość ciśnieniowa do 4 bara?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie dopuszcza** wytrzymałości ciśnieniowej do 4 bara.

### 35) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści filtr o opisie:

Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)

Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%

Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%

Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy

Przestrzeń martwa: 12ml

Waga: 15g

Objętość oddechowa: 150-300ml

Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500

Oporność: 1,2hPa przy 30 l/min

Złącza: 22M/15F-22F/15M

Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką

Opakowanie: papier/folia

Jałowy: tak

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie dopuszcza** filtra o powyższym opisie.

### 36) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści filtr o opisie:

Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)

Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%

Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%

Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy

Przestrzeń martwa: 40ml

Waga: 30g

Objętość oddechowa: 150-1500ml

Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500

Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min

Złącza: 22M/15F-22F/15M

Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką

Opakowanie: papier/folia

Jałowy: tak

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** filtr o opisie:

Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)

Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%

Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%

Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy

Przestrzeń martwa: 40ml

Waga: 30g  
Objętość oddechowa: 150-1500ml  
Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500  
Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min  
Złącza: 22M/15F-22F/15M  
Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką  
Opakowanie: papier/folia  
Jałowy: tak

**37) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3czesciowa z zielonym tłokiem, uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka, wyraźna, czytelna i trwała skala co 0,2 ml dla pojemności 5 ml i 10 ml?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie dopuszcza** strzykawki o parametrach wskazanych powyżej.

**38) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 2częściową, biały kontrastujący tłok, zakończenie luer, kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, skala co 0,5 ml dla pojemności 10 ml?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** strzykawkę 2częściową, biały kontrastujący tłok, zakończenie luer, kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, skala co 0,5 ml dla pojemności 10 ml.

**39) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o wymiarach 36x48mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie dopuszcza** elektrody o wymiarach 36x48mm.

**40) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na podłokietnik o szerokości 35cm +/-4cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** osłonę na podłokietnik o szerokości 35cm +/-4cm, pod warunkiem zachowania długości osłony wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia.

**41) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści pasy do stabilizacji ciała lub kolana – środkowa warstwa to bawełna+pianka+welur?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie dopuszcza** pasów do stabilizacji ciała lub kolana – środkowa warstwa to bawełna+pianka+welur.

**42) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 16**

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia o długości 88mm, 50 szt. w opakowaniu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza igły do znieczulenia o długości 88mm, 50 szt. w opakowaniu.

**43) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 16**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak a50 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza wycenę za opak a50 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości.

**44) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 20**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu 2m?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza cewnika do podawania tlenu 2m.

**45) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 21**

Czy Zamawiający określi do jakiego ssaka ma być filtr?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający posiada reduktor ssania firmy Korgiel, model RS/AGA/.

**46) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 1**

Czy Zamawiający oczekuje wyceny 300 sztuk rolek czy 300 opakowań zawierających 6 rolek?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający oczekuje wyceny 300 opakowań zawierających 6 rolek.

**47) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści jednoczęściowy worek stomijny, otwarty zamykany na zapinkę wbudowaną w worek, zapięcie na rzep, worek z filtrem węglowym. Posiadający kieszonkę umożliwiającą schowanie systemu zamykania. Przezroczysty, rozmiar otworu w płytce 10-76 mm.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza jednoczęściowy worek stomijny, otwarty, zamykany na zapinkę wbudowaną w worek, zapięcie na rzep, worek z filtrem węglowym. Posiadający kieszonkę umożliwiającą schowanie systemu zamykania. Przezroczysty, rozmiar otworu w płytce 10-76 mm.

**48) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie równe 30 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, tj. 20 opakowań?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie równe 30 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, tj. 20 opakowań.

**49) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści przestrzeń martwą 35ml, z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** przestrzeń martwą 35ml, z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.

**50) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 6**

Czy Zamawiający oczekuje wyceny 1600 sztuk szkiełek czy 1600 opakowań zawierających 50 sztuk?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **oczekuje** wyceny 1600 opakowań zawierających 50 sztuk szkiełek.

**51) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 6**

Jeżeli Zamawiający oczekuje 1600 sztuk szkiełek czy Zamawiający dopuści wyceną za opakowanie równe 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, tj. 32 opakowania?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **oczekuje** wyceny 1600 opakowań zawierających 50 sztuk szkiełek.

**52) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 9**

Czy Zamawiający oczekuje wyceny 11000 sztuk wzierników czy 11000 opakowań zawierających 100 sztuk wzierników?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **oczekuje** wyceny 11000 sztuk wzierników.

**53) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 13**

Czy Zamawiający oczekuje wyceny 3600 sztuk osłon na podłokietnik czy 3600 opakowań zawierających 150 sztuk osłon?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **oczekuje** wyceny 3600 sztuk osłon na podłokietnik.

**54) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 13**

Jeżeli Zamawiający oczekuje 3600 sztuk osłon czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie równe 150 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, tj. 24 opakowania?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** wycenę za opakowanie równe 150 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, tj. 24 opakowania.

**55) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie równe 12 zestawów (zestaw = 2 pasy) z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, tj. 36 opakowań zawierających po 12 zestawów?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** wycenę za opakowanie równe 12 zestawów (zestaw = 2 pasy) z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, tj. 36 opakowań zawierających po 12 zestawów.

**56) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 16**

Czy Zamawiający oczekuje wyceny 3000 sztuk igieł czy 3000 opakowań zawierających 10 sztuk igieł?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **oczekuje** wyceny 3000 sztuk igieł.

**57) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 16**

Jeżeli Zamawiający oczekuje 3000 sztuk igieł czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie równe 10 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, tj. 300 opakowań?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** wycenę za opakowanie równe 10 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, tj. 300 opakowań.

**58) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 21**

Czy Zamawiający oczekuje wyceny 900 sztuk filtrów czy 900 opakowań zawierających 10 sztuk filtrów?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **oczekuje** wyceny 900 sztuk filtrów.

**59) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 21**

Jeżeli Zamawiający oczekuje 900 sztuk filtrów czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie równe 10 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, tj. 90 opakowań?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** wycenę za opakowanie równe 10 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, tj. 90 opakowań.

**60) Dotyczy Zadania nr 6, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji zaoferowanie osłony firmy Ecolab/ Microtek Medical tj. sterylna, uniwersalna osłona uchwytu lampy operacyjnej wykonana z twardego plastikowego kołnierza o średnicy zewnętrznej 118-120 mm i wewnętrznej 15mm do max. 48mm, zintegrowanego z foliową osłoną o szerokości 95mm i długości 140mm. Konstrukcja osłony umożliwiająca zastosowanie dla uchwytów o średnicy od 15mm do max. 46mm o długości max. 130mm (16 ząbków do regulacji otworu i zabezpieczenia przed spadaniem osłony).

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** zaoferowanie osłony firmy Ecolab/ Microtek Medical tj. sterylna, uniwersalna osłona uchwytu lampy operacyjnej wykonana z twardego plastikowego kołnierza o średnicy zewnętrznej 118-120 mm i wewnętrznej 15mm do max. 48mm, zintegrowanego z foliową osłoną o szerokości 95mm i długości 140mm. Konstrukcja osłony umożliwiająca zastosowanie dla uchwytów o



średnicy od 15mm do max. 46mm o długości max. 130mm (16 ząbków do regulacji otworu i zabezpieczenia przed spadaniem osłony).

**61) Dotyczy Zadania nr 8, poz. 2**

Czy nie doszło do omyłki i czy Zamawiający nie ma na myśli nakłuwaczy igłowych? Wg naszej wiedzy nie ma na rynku nakłuwaczy nożykowych o głębokości nakłucia 2,4 mm.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w Zadaniu nr 8 **dopuszcza** zarówno nakłuwacze nożykowe jak i igłowe.

**62) Dotyczy Zadania nr 8, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz igłowy w rozmiarze 21G i głębokości nakłucia 1,8 mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w poz. 2 **nie dopuszcza** nakłuwacza igłowego w rozmiarze 21G i głębokości nakłucia 1,8 mm. Jednocześnie Zamawiający informuje o modyfikacji Formularza cenowego dla Zadania nr 8, poprzez dodanie poz. nr 5 o treści: „Nakłuwacz igłowy gł. nakłucia 1,8 mm, pakowane po 200 szt.” w ilości 200 opakowań.

**63) Dotyczy Zadania nr 8, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz igłowy w rozmiarze 18G i głębokości nakłucia 1,8 mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w poz. 2 **nie dopuszcza** nakłuwacza igłowego w rozmiarze 18G i głębokości nakłucia 1,8 mm. Jednocześnie Zamawiający informuje o modyfikacji Formularza cenowego dla Zadania nr 8, poprzez dodanie poz. nr 5 o treści: „Nakłuwacz igłowy gł. nakłucia 1,8 mm, pakowane po 200 szt.” w ilości 200 opakowań.

**64) Dotyczy Zadania nr 8, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz nożykowy o głębokości nakłucia 1,6 mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie dopuszcza** nakłuwacza nożykowego o głębokości nakłucia 1,6 mm

**65) Dotyczy Zadania nr 2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę na pozycje?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wycenę na pozycje.

**66) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści podkład perforowany co 37,5cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie dopuszcza** podkładu perforowanego co 37,5cm.

**67) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści podkład w opakowaniu zbiorczym 9 rolek, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** podkład w opakowaniu zbiorczym 9 rolek, z przeliczeniem zamawianej ilości.

**68) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści kranik z wyłącznie optycznym identyfikatorem pozycji?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** kranik z wyłącznie optycznym identyfikatorem pozycji.

**69) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści kranik z drenem o objętości wypełnienia 1,25 ml +/- 25%?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie dopuszcza** kranika z drenem o objętości wypełnienia 1,25 ml +/- 25%.

**70) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 6, 7**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50szt wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** wycenę za opakowanie a'50szt wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

**71) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z zielonym tłokiem, pakowaną a'50 szt?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** strzykawkę z zielonym tłokiem, pakowaną a'50 szt. z zachowaniem pozostałych parametrów opisanych w SWZ bez zmian.

**72) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści worek bez absorbentu o pojemności 2000ml?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie dopuszcza** worka bez absorbentu o pojemności 2000ml

**73) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'20szt wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** wycenę za opakowanie a'20szt wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

**74) Dotyczy Zadania nr 2, 10**

Czy Zamawiający dopuści igłę o specjalnej konstrukcji i szlifie ołówkowym z otworem bocznym, przeznaczona jest do pobierania leków m.in. z fiolek z gumowym korkiem bez filtra?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie dopuszcza** igły o specjalnej konstrukcji i szlifie ołówkowym z otworem bocznym, przeznaczonej do pobierania leków m.in. z fiolek z gumowym korkiem bez filtra

**75) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o wymiarach 36x48mm lub 42x56mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie dopuszcza** elektrody o wymiarach 36x48mm, Zamawiający **dopuszcza** elektrodę o wymiarach 42x56mm.

**76) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na podłokietnik w rozmiarze 35x75cm z 1 taśmą do regulacji?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** osłonę na podłokietnik w rozmiarze 35x75cm z 1 taśmą do regulacji.

**77) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na podłokietnik pakowaną a'2sztuki?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** osłonę na podłokietnik pakowaną a'2sztuki.

**78) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści osłony na podłokietnik pakowane zbiorczo po 80 zestawów a'2szt?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** osłony na podłokietnik pakowane zbiorczo po 80 zestawów a'2szt.

**79) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 15**


Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 54mm lub o wymiarach 42x56mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie dopuszcza** elektrody o średnicy 54mm lub o wymiarach 42x56mm.

**80) Dotyczy Zadania nr 6**

Czy Zamawiający dopuści poniższą jednorazową, sterylną osłonkę na adaptory uchwytów do lamp chirurgicznych z kołnierze ochronny, zapobiegający przypadkowemu dotknięciu części niesterylnych lampy, przy kołnierzu znajdują się specjalne wypustki, które zapobiegają zsuwaniu się osłonki z uchwytu, nie wymagają zastosowania adaptera.



**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie dopuszcza** osłonki opisanej powyżej.

**81) Dotyczy Zadania nr 11**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie?

tufery gazowe 20 cm x 20 cm	3
kompresy włókninowe 7,5 cm x 7,5 cm 4W 30 g/m <sup>2</sup>	5
serweta 45 cm x 75 cm 60 g/m <sup>2</sup> dwuwarstwowy laminat (włóknina polipropylenowa+folia polietylenowa) EN 13795	1
owinięcie zestawu poza plastikową pesetą i tupferami gazowymi	
serweta 50 cm x 60 cm 60 g/m <sup>2</sup> dwuwarstwowy laminat (włóknina polipropylenowa+folia polietylenowa) z przyklepnym otworem 8 cm EN13795	1
peseta plastikowa 12,5 cm zielona	1
igłotrzymacz metalowy 13 cm	1
peseta metalowa 12 cm	1
nożyczki metalowe 11,4 cm	1
twardy blister dwukomorowy + 2 samoprzylepne etykiety	

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie dopuszcza** zestawu o powyższym składzie.

**82) Dotyczy Zadania nr 12, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół narzędziowy 120cm x 90cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie dopuszcza** serwety na stół narzędziowy 120cm x 90cm

**83) Dotyczy Zadania nr 12, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę 90cm x 120cm z otworem przyklepnym o śr. 10cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie dopuszcza** serwety 90cm x 120cm z otworem przyklepnym o śr. 10cm.

**84) Dotyczy Zadania nr 12, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki plastikowe z tolerancją rozmiaru +/- 1cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** kleszczyki plastikowe z tolerancją rozmiaru +/- 1cm.

**85) Dotyczy Zadania nr 12, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy.

**86) Dotyczy Zadania nr 12, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści serwetę epiduralną przylepną 75cm x 90cm z otworem przylepnym 10cm x 15cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie dopuszcza** serwety epiduralnej przylepnej 75cm x 90cm z otworem przylepnym 10cm x 15cm.

**87) Dotyczy Zadania nr 12, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki plastikowe z tolerancją rozmiaru +/- 1cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** kleszczyki plastikowe z tolerancją rozmiaru +/- 1cm.

**88) Dotyczy Zadania nr 12, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający 6 tupferów z gazy 20cm x 20cm i 3 kompresy z włókniny 10cm x 10cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie dopuszcza** zestawu zawierającego 6 tupferów z gazy 20cm x 20cm i 3 kompresy z włókniny 10cm x 10cm.

**89) Dotyczy Zadania nr 14**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu do zastosowania podczas rozpoczęcia i zakończenia dializy przez przetokę składającego się z dwóch oddzielnych części, o następującym składzie:

1. Część do rozpoczęcia dializy - START:

- 1 x Serweta z laminatu 50x40cm (laminat dwuwarstwowy celuloza + folia PE 37 g/m<sup>2</sup>)
- 2 x Rękawice nitrylowe teksturowane S lub M, niebieski
- 4 x Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm (włóknina PES + CV 40g/m<sup>2</sup>)
- 2 x Opatrunek włókninowy do mocowania kaniul 6x8cm z dodatkowym padem włókninowym
- 2 x Przylepiec włókninowy zabezpieczony warstwą papierową 2x15cm

2. Część do zakończenia dializy - END:

- 4 x Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm (włóknina PES + CV 40g/m<sup>2</sup>)
- 2 x Opatrunek typu Pushban 3,8x7,2cm
- 2 x Rękawice nitrylowe teksturowane S lub M, niebieski
- 1 x Rękawica nitrylowa teksturowana L, jasny niebieski

Zestaw składający się z dwóch osobnych części, odpowiednio oznakowanych (tj. START, END) z podaniem łącznej ceny za komplet. Zestawy pakowane w opakowanie papierowo-foliowe, sterylizowane tlenkiem etylenu. Na opakowaniach podwójna etykieta samoprzylepna identyfikująca

wyrób, zawierająca ref produktu, dane producenta, numer serii, kod kreskowy oraz datę ważności i produkcji.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** zestaw do zastosowania podczas rozpoczęcia i zakończenia dializy opisany powyżej.

**90) Dotyczy Zadania nr 11**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drobną różnicą – w miejsce serwety foliowanej celulozowo-polietylenowej o gramaturze 42g/m<sup>2</sup> 75cmx75cm dopuści serwetę o takich samych parametrach w rozmiarze 75 x 45 cm. Pozostałe elementy zestawu zgodne.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** zestaw z drobną różnicą – w miejsce serwety foliowanej celulozowo-polietylenowej o gramaturze 42g/m<sup>2</sup> 75cmx75cm dopuszcza serwetę o takich samych parametrach w rozmiarze 75 x 45 cm z zachowaniem pozostałych elementów zestawu zgodnie z SWZ.

**91) Dotyczy Zadania nr 12, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o zbliżonym składzie:

10 x kompres gazowy 7,5x7,5 cm (ES 8 warst. 17 nit.), 1 x fartuch chir. standard L, 3 x tupfer (15cmx15cm, 17 nit.), 1 x serweta 130cmx90cm, 1 x jałowy plaster z opatrunkiem 8cmx15cm, 1 x strzykawka 2-częściowa a 20ml, 1 x pojemnik plast. 125ml, 1 x serweta dwuwarstwowa 150cmx90cm z przyklepnym otworem o śr. 10 cm, 1 x kleszczyki met. do igły 13cm Mayo Hegar proste znaczone kolorem, 1 x kleszczyki plastikowe 19cm okienkowe znaczone kolorem, 1 x ostrze chirurgiczne do ściągania szwów 6,5cm. Opakowanie torebka-papierowo-foliowa.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie dopuszcza** zestawu o powyższych parametrach.

**92) Dotyczy Zadania nr 12, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o zbliżonym składzie:

- 1 x nieprzylepna serweta z włókniny 75 cm x 45 cm, o gramaturze min 42 g/m<sup>2</sup>
- 1 x plastikowa penseta 13 cm
- 10 x kompresy włókninowe 30g/m<sup>2</sup>, o wymiarze 7,5 x 7,5 cm
- 1 x dwuwarstwowa, barierowa serweta z włókniny PP + PE, w rozmiarze 60 cm x 50 cm, z centralnym otworem o średnicy 10 cm i przylepcami na rogach serwety. Gramatura min 55 g/m<sup>2</sup>
- 1 x strzykawka Luer Lock 5 ml oraz 1 strzykawka 3 ml
- 1 x igła podskórna, 25 G (0,5x25 mm)
- 1 x igła podskórna, 18 G (1,2 x 40 mm)
- 1 x sterylny, samoprzylepny opatrunek chłonny z warstwa klejona , w rozmiarze 7,2 cm x 5 cm

Rolę plastikowego pojemnika pełni opakowanie w postaci twardego blistra.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie dopuszcza** zestawu o powyższych parametrach.

### 93) Dotyczy Zadania nr 14

Czy Zamawiający dopuści zestaw o zbliżonych parametrach:

Jałowy zestaw do dializy na przetoce A-V podłączenie /odłączenie –

Do podłączenia dializy:

- 1 para rękawiczek b/pudrowych nitylowych, rozmiar S,M,L - trzy rodzaje zestawów do wyboru - różnią się rozmiarem rękawiczek
- 4 x kompres gaz. 17 N/16 W, 7,5x7,5cm,
- 1 x podkład pola oper. (serweta jał.45x45cm, włóknina foliowana celulozowo-polietylenowa o gram. 42g/m<sup>2</sup>)
- 2 x opatrunek do mocowania kaniul 8x5,8cm
- 4 x taśma opatrunkowa, włókninowa, samoprzylepna 2 x15 cm

Do odłączenia dializy:

- 1 para rękawiczek b/pudrowych nitylowych, rozmiar S;M;L - trzy rodzaje zestawów do wyboru - różnią się rozmiarem rękawiczek
- 4x kompres gaz.17N/16W 7,5x7,5cm
- 2x opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 5x7,2cm
- 1x rękawiczka dla pacjenta w roz. L

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** zestaw o zbliżonych parametrach opisanych powyżej.

### 94) Dotyczy zapisów §7 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §7 KARY UMOWNE w następujący sposób:

§7

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych:
  - a) w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie dostarczenia towaru w terminie, wynikającym z zapisów §3 ust. 6 niniejszej umowy- w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 7 dni i 1 % wartości brutto nie dostarczonej partii towaru za każdy następny dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 30 dni, to Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu §7 ust. 1 pkt c. Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonania umowy;
  - b) za opóźnienie w rozpatrzenia reklamacji w wysokości 0,5% od wartości brutto reklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 7 dni i 1 % wartości brutto reklamowanego towaru za każdy następny dzień żnienia;

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na modyfikację §7 KARY UMOWNE w sposób przedstawiony powyżej.