



Poznań, dnia 13.01.2021r.

Dz. Z. P. 47/20

Uczestnicy postępowania

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych na dostawę wyrobów medycznych - opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 28.12.2020 r. pod numerem 2020 /S 252-635061

WYJAŚNIENIE NR 3 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniem dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2019r poz. 1843 ze zm.) poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Zestaw 1

Dotyczy Części nr 18 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheotomijnych z wkładem wykonanym z pianki, z uniwersalnym portem tlenowym, wymiennik o konstrukcji zapewniającej także nawilżanie dopływającego tlenu, jednomembranowy, z samo domykającym się portem do odsysania, przeznaczony dla objętości oddechowej powyżej 25 ml, sterylne?

Odp: Tak, zamawiający dopuszcza proponowany produkt jako równoważny .

Dotyczy Części nr 18 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści filtr o objętości oddechowej 150-1500 ml, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odp: Tak, zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie jako równoważny filtr o objętości oddechowej 150 – 1500ml, z zachowaniem pozostałych parametrów specyfikacji.

Dotyczy Części nr 18 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do aeroterapii zawierający: maskę aerzolową dla dorosłych, nebulizator wykonany z PCV, bez zawartości lateksu, podawania leku o pojemności 10 ml, skalowany co 2 ml, o wydajności 76% cząsteczek o średnicy 2-3 µm przy przepływie 8l/min, możliwość pracy nebulizatora w pozycji pionowej i poziomej, złącze nebulizatora o średnicy F22, dren o przekroju gwiazdkowym o długości 2.1 m?

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy jak w specyfikacji

Zestaw 2

1. Czy zamawiający wykreśli z pakietu 29 pozycję nr 4 „Zestaw do pozaustrojowego usuwania CO2...”, ponieważ zestaw ten nie jest już produkowany i nie będzie dostępny do urządzenia Prismaflex. Nie wykreślenie tej pozycji z pakietu uniemożliwi zaoferowanie innych pozycji w tym pakiecie.

Odp: Zamawiający wyraża zgodę, na wykreślenie pozycji 4. z pakietu 29 pod warunkiem, że asortyment ten nie jest już produkowany.





www.gpsk.ump.edu.pl

Zestaw 3

Część nr 6 – Pojemniki plastikowe do gromadzenia i transportu materiału biologicznego.

Poz 1. Czy Zamawiający dopuści pojemniki o wymiarach 40x60 ? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

Odp: Tak, zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza pojemnik o wymiarach 40 x 60mm przy spełnieniu pozostałych wymagań

Zestaw 4

Pakiet 27

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz o głębokości nakłucia 1,5 mm ostrze typu igła?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza nakłuwacza o głębokości nakłucia 1,5mm z ostrzem w postaci igły.

Zestaw 5

Zadanie 10, poz. 1-2

Czy Zamawiający wymaga kranika trójdrożnego do regulacji przepływów podczas podawania leków z poliwęglanu z możliwością podawania lipidów?

Odp: Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań do części 10 poz. 1-2.

Zadanie 31, poz. 2

Czy Zamawiający wydzieli poz. 1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 1 w pakiecie 31 do oddzielnego pakietu.

Zestaw 6

1. Czy Zamawiający dopuści w Części nr 21, poz. 3:

Zestaw stosowany do operacyjnego leczenia wypadania narządu moczowo-płciowego, ścian pochwy i wypadania sklepienia pochwy składający się z siatki jednorodnej, niewchłaniającej, o anatomicznym kształcie, trapez z 4 ramionami pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², porowatość max 1870 μm, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, wysokość implantu (odległość między ramionami) **8 cm**, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wykonanej w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), bez powłoki tytanowej, bez cewników i sideł

oraz

1 szt. igły wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej do implantacji?

Odp: Nie, zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie ze specyfikacją

2. Czy Zamawiający dopuści w Części nr 21, poz. 5:

taśmę do wysiłkowego nietrzymania moczu do metod implantacyjnych TOT, TVT, monofilamentową, polipropylenową, z plastikową osłonką na ramionach, jednorodną, niewchłaniającą, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max 1870 μm, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m², wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić



Dział Zamówień Publicznych
tel. 61 841 95 15
e-mail: aszczebłowska@gpsk.ump.edu.pl





www.gpsk.ump.edu.pl

wzmacniająca), bez niebieskich linii orientujących wzdłuż brzegów taśmy, pakowana pojedynczo, 4 etykiety identyfikujące wyrób?

Odp: Nie, zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie ze specyfikacją.

3. Dotyczy Części nr 21, poz. 3 i 5:

W przypadku wyrażenia zgody, prosimy o **wydzielenie w/w pozycji** i utworzenie z nich odrębnego pakietu lub możliwość startowania na poszczególne pozycje. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert.

Odp: Zamawiający nie wydzielił poz. 3 i poz. 5. do odrębnego pakietu.

4. Dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, **który nie należy do żadnej grupy kapitałowej** przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odp: Tak.

Zestaw 7

1. Czy w pakiecie nr 5 w poz. nr 2 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie igły kątowej do portów niskoprofilowych z miękką, plastyczną, okrągłą płytką mocującą o śr. do 30 mm z drenem o dł. od 19-25 cm z tolerancją +/- 10 mm, przystosowaną do iniekcji pod wysokim ciśnieniem (325 psi/ 22,4 bary)?

Odp: Tak, Zamawiający wyraża zgodę .

2. Czy w pakiecie nr 33 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie asortymentu o poniższych parametrach?

- poz. nr 1,2: absorbcja szwu 56-70 dni

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie szwu, którego absorpcja następuje po upływie 56-70 dni

- poz. nr 3: absorbcja szwu 60-90 dni

Odp: Nie, zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i podtrzymuje zapisy jak w specyfikacji

3. Czy w pakiecie nr 34 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie asortymentu o poniższych parametrach?

- poz. nr 1: tolerancja dł. nici 70-90 cm

Odp: Tak, zamawiający dopuszcza długość nici w przedziale 70-90cm

Załącznik:

Formularz asortymentowo-cenowy z uwzględnieniem powyższych zmian.

Z poważaniem



Dział Zamówień Publicznych
tel. 61 841 95 15
e-mail: aszczeblovska@gpsk.ump.edu.pl

