

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
Im. św. Jana z Dukli
ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin
tel./fax 81 / 747-63-27
NIP 712-21-35-822, Regon 431219360

COZL/DZP/AW/3411/PN- 99/20

Lublin dnia 19.06.2020 r.

Dot” „Usługa przeprowadzania przeglądów okresowych, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa elektrycznego oraz napraw aparatury medycznej dla COZL”.
(znak postępowania: COZL/DZP/AW/3411/PN/99/20)

Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn.zm.), Zamawiający zmienia treść zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Załącznik nr 2.3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Stacje robocze Suit for Oncology System) – STRONY ZAMIENNE W ZAŁĄCZENIU

Zmiany wchodzi w życie z dniem podpisania. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Finansowych i Infrastruktury
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Sw. Jana z Dukli
mgr Dariusz Cuciński

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Sw. Jana z Dukli
mgr Marianna Koziej

STARSZY SPECJALISTA
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Sw. Jana z Dukli
mgr Agnieszka Wąsiewicz

Załącznik nr 2.3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Stacje robocze Suit for Oncology System

Stacje robocze Syngo Suit for Oncology System	- szt. 9
Przedmiotem zamówienia jest pogwarancyjna obsługa serwisowa :	
1. W zakresie przeglądów okresowych:	
Regularne przeglądy okresowe – interwały i zakres według wymagań producenta; terminy przeglądów – uzgodnione z zamawiającym;	
Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła;	
Sprawdzanie bezpieczeństwa elektrycznego;	
Konserwacja software'u systemowego i aplikacyjnego;	
Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych;	
Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;	
Dokumentacja przeglądów;	
2. W zakresie kontroli jakości – podczas przeglądów okresowych :	
sprawdzanie jakości obrazu	
sprawdzanie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury	
przeprowadzenie czynności korygujących	
3. W zakresie zdalnego dostępu :	
Wykorzystanie systemu zdalnego dostępu do monitorowania parametrów pracy urządzenia objętych kontraktem	
Wykorzystanie systemu zdalnego dostępu do diagnostyki, regulacji i naprawy urządzenia	
Konfiguracja węzłów DICOM według zapotrzebowania	
Standaryzacja bezpieczeństwa przetwarzanych danych, zgodnie z certyfikatem ISO/IEC 27001:2013 w celu ujednoczenia poziomu zarządzania bezpieczeństwem informacji w podmiotach realizujących zadania publiczne, zgodnie z §1 ust.1 pkt 3 w związku z §20 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności	
4. W zakresie napraw:	
Diagnostyka i naprawy w ramach umowy;	
Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera;	
Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części;	
Termin rozpoczęcia naprawy (przyjazd inżyniera serwisowego) – nie później niż 24 godzin od chwili zgłoszenia;	
Czas naprawy wynosi 3 dni robocze liczone od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;	
W przypadku zamówienia części naprawa powinna być wykonana w ciągu 5 dni roboczych od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;	
Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie;	
Dokumentacja interwencji serwisowych.	
5. W zakresie modyfikacji:	
Przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia;	
Wykonanie zleconych przez producenta aktualizacji software'u systemowego i aplikacyjnego;	
Wykonanie zleconych przez producenta modyfikacji urządzenia	
6. W zakresie części zamiennych :	
Dostawy oryginalnych części zamiennych w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.	
Dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.	
Dostawy materiałów do przeprowadzania modyfikacji.	
7. W zakresie pomocy aplikacyjnej:	
Wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu.	
8. Wykonawca oferujący usługi serwisowe w powyższym zakresie musi przedstawić dokumenty potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia minimum 3 osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - wymagane jest aktualne świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy przez producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa	
9. Zabezpieczenie minimum 2 stanowisk pracy dla personelu lekarskiego po wycofaniu z eksploatacji stacji Coherence Oncologist i Oncologist Viewer, spowodowanym brakiem dostępności części zamiennych (tj. komponentów IT, komputerów).	

.....
Data i podpis Wykonawcy