

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania pn. „**Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego do diagnostyki laboratoryjnej wykonywanej w Centralnym Laboratorium Klinicznym Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie wraz z dzierżawą sprzętu do pomiaru sedimentacji krwi**” – sprawa nr 67/PN/2022/ZS

Zamawiający, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawców, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

dot. formularza asortymentowo-cenowego poz. 18 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie nakłuwaczy igłowych o głębokości nakłucia 1,6 mm oraz igle w rozmiarze 28G.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

dot. formularza asortymentowo-cenowego poz. 19 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie nakłuwaczy igłowych o głębokości nakłucia 1,8 mm oraz igle w rozmiarze 18G.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

dot. formularza asortymentowo-cenowego – UWAGI - Zamawiający wymaga aparatu do odczytu OB., który jest wyposażony w mieszadło automatyczne. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie automatycznego czytnika do OB. oraz mieszadła automatycznego jako dwóch niezależnych urządzeń.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

dot. SWZ rozdz. IV Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga, aby opakowania posiadały etykiety (oryginalne) w języku polskim. Zgodnie z art. 12 pkt 4 Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, dopuszcza się dla wyrobów przeznaczonych dla użytkowników niebędących laikami etykiety w języku polskim, lub języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów. Ponieważ system zamknięty do pobierania krwi przeznaczony jest dla osób będących wykwalifikowanym personelem medycznym szpitala a nie dla osób będących laikami, dlatego zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania przez wyroby oryginalnych etykiet w języku polskim jako dostosowanie do istniejących przepisów wynikających z ustawy o wyrobach medycznych z 7 kwietnia 2022 r.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

dot. formularza asortymentowo-cenowego poz. 12 - Zważywszy na fakt, iż producent zmienił wielkość opakowania igieł motylkowych ze 100 sztuk na 120 sztuk, wracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie wymaganej ilości. Uwzględnienie minimalnej ilości 120 szt. zapobiegnie nieporozumieniom podczas ewentualnej realizacji umowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach zawierających po 120 igieł motylkowych z odpowiednim przeliczeniem ilości przez Wykonawcę.

Pytanie nr 6

Dot. formularza asortymentowo-cenowego poz. 16

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie nakłuwaczy nożykowych o głębokości nakłucia 1,2 mm i szerokość ostrza 1,5 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

dot. zapisów Umowy § 2 pkt 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy dotycząca kosztów dostawy (koszty transportu) poprzez dopisanie: „na swój koszt przy jednorazowym zamówieniu powyżej 500,00 zł netto”.

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach projektu umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 8

dot. zapisów umowy §10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisów §10 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i odpowiednio dostosuje zapisy projektu umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 9

dot. zapisów umowy §10 ust. 1 pkt. 3)

Zamawiający wymaga zapłacenia kary umownej w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w załączniku nr 2 do umowy w wysokości 500 zł za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Ponieważ na platformie zakupowej brak jest dołączonego załącznika nr 2 do umowy, prosimy o jak najszybsze dołączenie go lub prosimy o podanie czynności, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie kara będzie dotyczyć.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na platformie zakupowej dostępny jest załącznik numer 2 i 2A od dnia 14.12.2022 roku (załącznik 2, 2A do SWZ, który jest również załącznikiem numer 2 i 2A do projektu umowy).

Pytanie nr 10

dot. zapisów umowy §10 ust. 1 pkt. 3)

Zważywszy na fakt, iż przedmiotem zamówienia są dostawy systemu zamkniętego do pobierania krwi kary umowne dotyczące nieterminowych lub niekompletnych dostaw ujęte zostały w §10

ust. 1 pkt. 1) prosimy o wykreślenie pkt. 3). Kary ujęte w pkt.3) nie mogą dublować się z karami z pkt. 1)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż usuwa z projektu umowy §10 ust. 1 pkt. 1). Ponadto §10 ust. 1 pkt. 3) otrzymuje następujące brzmienie: "Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nieterminowego wykonania dostawy lub niekompletnej dostawy (dostawy towaru ze stwierdzonymi brakami ilościowymi) lub nieterminowego usunięcia wady lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w (załączniku nr 2 do Umowy) – w wysokości 500 zł za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, naliczenie kary umownej nie zwalania Wykonawcy od wykonania umowy zgodnie z zakresem obowiązków wynikających ze złożonej oferty. Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia wady w terminie wskazanych w ust 2, po upływie tego okresu kary zostaną naliczone ponownie".

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są integralną częścią SWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców od dnia ich udostępnienia (przekazania).

Sporządził: Zbigniew Szelaąg