



ZPZ – 2375 –2880 /23

Olsztyn, dnia 13.06.2023 r.

**Do wszystkich
uczestników postępowania**

ZPZ-08/02/23 Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa elektrod i narzędzi laparoskopowych”

W związku z zapytaniami uczestników postępowania na dostawę elektrod i narzędzi laparoskopowych, Zamawiający w związku art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 137 ust. 1 i ust. 6 modyfikuje Specyfikację Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1. Rozdział 17 SWZ pkt 17.1 – termin związania ofertą

Przed modyfikacją:

17.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **19.09.2023 r.**

Po modyfikacji:

17.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **20.09.2023 r.**

2. Rozdział 19 SWZ pkt 19.1 oraz 19.5 – miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Przed modyfikacją:

19.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przekazać za pośrednictwem platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn do dnia **22.06.2023 r., do godz. 10:00** Sposób złożenia oferty opisany został w *Instrukcji składania ofert dla wykonawców*.

19.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **22.06.2023 r. o godz. 10:30** za pośrednictwem platformy. Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert.

Po modyfikacji:

19.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przekazać za pośrednictwem platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn do dnia **23.06.2023 r., do godz. 10:00** Sposób złożenia oferty opisany został w *Instrukcji składania ofert dla wykonawców*.

19.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23.06.2023 r. o godz. 10:30** za pośrednictwem platformy. Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert.

3. Rozdział 13 SWZ pkt. 1 informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

Przed modyfikacją:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył wraz z ofertą następujące, przedmiotowe środki dowodowe:

- 1) oświadczenie, że oferowane produkty będące wyrobami medycznymi są dopuszczone do obrotu i użytkowania na terenie RP oraz są oznaczone znakiem CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 poz. 974)
- 2) dokument opisowy (ulotka informacyjna, katalog) dotyczący zaoferowanych produktów.

Po modyfikacji:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył wraz z ofertą następujące, przedmiotowe środki dowodowe:

- 1) oświadczenie, że oferowane produkty będące wyrobami medycznymi są dopuszczone do obrotu i użytkowania na terenie RP oraz są oznaczone znakiem CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 poz. 974)
- 2) dokument opisowy (ulotka informacyjna, katalog) dotyczący zaoferowanych produktów.
- 3) dokument potwierdzający kompatybilność oferowanych elektrod w pakiecie nr 12 i 13 z posiadanymi przez Zamawiającego resektoskopami przez producenta resektoskopów – firmę Olympus.

Dyrektor
SP ZOZ MSWiA z W-M CO w Olsztynie
Krystyna Futyma
/podpis na oryginale/