



## Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu

ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn – Koźle  
NIP: 749-17-90-304, REGON: 000314661

tel. +48 774 062 400, faks +48 774 062 544, spzoz@e-szpital.eu, www.e-szpital.eu

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle  
tel. +48 774 062 556, faks +48 774 062 567

Kędzierzyn-Koźle, 11.08.2022r

SPZOZ . AZ . 2022 .18

*Uczestnicy postępowania*

## ZAWIADOMIENIE

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie art. 253 oraz art. 255 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej Pzp w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 5 zadań częściowych sygn. AZ-P.2022.18, **zadanie częściowe nr 1 – RTG**, informuje o:

### **1. Odrzuceniu oferty:**

**1) nr 1 / 5 Wykonawcy: Meditech X-Ray Sp. z o. o., ul. Wirowska 6, 62-052 Komorniki.**

#### Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

Wykonawca w odpowiedzi na postępowanie, na zadanie częściowe nr 1 – RTG, złożył ofertę Z kwotą 1 125 093,96 zł brutto. Zamawiający w toku badania i oceny oferty stwierdził, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, tj.:

a) Zamawiający w załączniku 2/1 do SWZ (Zadanie częściowe nr 1 – RTG) w pozycji III LAMPA RTG NA ZAWIESZENIU SUFITOWYM pkt. 4 wymagał:

„Zmotoryzowany i manualny ruch lampy: - pionowy – wzdłużny - poprzeczny- obrotowy wokół osi pionowej i poziomej”.

W wyniku udzielonych wyjaśnień i modyfikacji SWZ nr 3 z dnia 28.07.2022r. dopuścił aparat posiadający manualne ruchy lampy wzdłużny, poprzeczny, obrotowy wokół osi pionowej i poziomej oraz zmotoryzowany ruch pionowy. Ruchy manualne są wyzwalane jednocześnie, za pomocą wspólnego przycisku na rękojeści lampy RTG oraz dopuścił Ruch lampy:

- wertykalny – zmotoryzowany z automatycznym ruchem nadążnym za ruchem detektora w stole i w statywie
- wzdłużny
- poprzeczny - obrotowy wokół osi pionowej i poziomej



Wykonawca w złożonej ofercie zaferował:

4	Zmotoryzowany i manualny ruch lampy: - pionowy - wzdłużny - poprzeczny - obrotowy wokół osi pionowej i poziomej	TAK	TAK, Zamawiający dopuszcza w odp. nr 36 udzielonej w dniu 28.07.2022
---	---	-----	--

Wobec powyższego Wykonawca zaferował jedynie zmotoryzowany i manualny ruch lampy pionowy, co nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego.

b) Zamawiający w załączniku 2/1 do SWZ (Zadanie częściowe nr 1 – RTG) w pozycji IV STÓŁ KOSTNY Z PŁYWAJĄCYM BLATEM pkt. 7 wymagał:

„Zakres pionowego ruchu blatu stołu Min. 36 cm”. W wyniku udzielonych wyjaśnień i modyfikacji SWZ nr 3 z dnia 28.07.2022r. dopuścił aparat z zakresem pionowego ruchu blatu stołu min. 30 cm.

Wykonawca w złożonej ofercie zaferował:

7.	Zakres pionowego ruchu blatu stołu	Min. 36 cm	TAK, 31m – Zamawiający dopuszcza w odp. nr 62 udzielonej w dniu 27.07.2022
----	------------------------------------	------------	--

Wobec powyższego zaferowany przez Wykonawcę zakres pionowego ruchu blatu stołu nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego.

W związku z powyższym oferta Wykonawcy na zadanie częściowe nr 1 podlega odrzuceniu.

Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 226 ust.1 pkt. 5.

**2) nr 1 / 6 GE Wykonawcy: Medical Systems Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa.**

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

Wykonawca w odpowiedzi na postępowanie, na zadanie częściowe nr 1 – RTG, złożył ofertę z kwotą 1 473 077,89 zł brutto. Zamawiający w toku badania i oceny oferty stwierdził, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, tj.:

Zamawiający w załączniku 2/1 do SWZ (Zadanie częściowe nr 1 – RTG) w pozycji IV STÓŁ KOSTNY Z PŁYWAJĄCYM BLATEM pkt. 20 wymagał:

„Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez użycia narzędzi. Ogniskowa kratki w zakresie 100 cm ≤ f0 ≤ 115cm MIN. 40l/cm, R 10:1”.

W wyniku udzielonych wyjaśnień i modyfikacji SWZ nr 3 z dnia 28.07.2022r. dopuścił aparat posiadający kratkę przeciwrozproszeniową 70 lp/cm umożliwiającą wykorzystanie w zakresie SID min. 90-120cm.

Wykonawca w złożonej ofercie zaferował:

20.	Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez użycia narzędzi. Ogniskowa kratki w zakresie 100 cm ≤ f0 ≤ 115cm MIN. 40l/cm, R 10:1	TAK, Podać parametry kratki	TAK, Zgodnie z wyjaśnieniami i modyfikacjami treści SWZ nr 3 z dnia 28.07.2022, pkt 68 70 lp/cm, 90 cm ≤ f0 ≤ 120cm, R 12:1
-----	--	-----------------------------	---



Wobec powyższego zaofertowany przez Wykonawcę parametr R 12:1 nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego.

W związku z powyższym oferta Wykonawcy na zadanie częściowe nr 1 podlega odrzuceniu.

Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 226 ust.1 pkt. 5.

**2. Unieważnieniu postępowania w zakresie zadania częściowego nr 1 – RTG:**

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty;.

Uzasadnienie prawne unieważnienia: art. 255 ust. 3 Pzp.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

Jarosław Kończuła

.....  
Kierownik zamawiającego

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Działu Zaopatrzenia i Zamówień  
Publicznych  
SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu  
Rafał Nowakowski

