



Szp-241/ZP –105/860/2023

Wrocław, dnia 15.12.2023 r.

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: *„Dostawa materiałów szewnych i produktów hemostatycznych – postępowanie uzupełniające.”*,

Pytanie nr 1 - dotyczy pakietu nr 3,5,8,9,10,16,17

Czy Zamawiający dopuści szwy w pojedynczym opakowaniu jednostkowym? Naszym celem jest dostarczanie produktów o najniższej masie i objętości opakowania oraz najwyższej zawartości materiałów nadających się do recyklingu. Taki sposób pakowania szwów w istotny sposób zmniejsza ilość odpadów i redukcję kosztów związanych z ich utylizacją.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowany rodzaj opakowania. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2- dotyczy pakietu nr 3,5,8,9,10,16,17

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu posiadania „znacznio lepszych wykonanych przez Producenta nitek, umieszczone wewnątrz oryginalnego opakowania”?

Uzasadnienie: Nasze produkty spełniają wszystkie wymagania odnośnie prawidłowego oznakowania, które regulują przepisy lokalne jak i EU oraz posiadają informacje o dacie ważności, numerze serii i nazwie producenta na opakowaniu handlowym oraz jednostkowym. Zapis o konieczności posiadania naklejek uniemożliwia nam złożenie oferty i tym samym ogranicza równe traktowanie konkurencji..

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3- dotyczy pakietu nr 3,5,8,9,10,16,17

Czy Zamawiający w/w pakietach dopuści opakowania handlowe i jednostkowe posiadające oznakowania w języku angielskim i w uniwersalne piktogramy wskazujące na parametry danej nici, a także z załączoną do opakowania handlowego pełną instrukcją użytkownika w jęz. polskim, zawierającą wszelkie wymagane informacje?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowany rodzaj oznakowania opisany powyżej. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4- dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści szwy chirurgiczne, wchłaniające, syntetyczne, plecione, wykonane z kwasu poliglikolowego 90% i kwasu mlekowego 10%, powlekane poliglikolidem laktyny i stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego ok.75% po 2 tyg, ok.40-50% po 3 tyg, ok. 23% po 4 tyg, czas wchłaniania 56-70 dni?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Pytanie nr 5- dotyczy pakietu nr 1 poz.5

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 20mm?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

Pytanie nr 6- dotyczy pakietu nr 3, 5, 6, 14

Czy Zamawiający w związku z postanowieniem zawartym w art. 14 ustęp 2 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., które brzmi następująco: „Dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów” odstąpi od wymogu, aby opakowania zaopatrzone były w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim? Jednocześnie gwarantujemy, że instrukcje użytkowania znajdujące się w opakowaniach zbiorczych będą w języku polskim.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

Pytanie nr 7- dotyczy pakietu nr 5 poz.1

Czy Zamawiający dopuści nic o długości 250cm?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.*

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z-ca Kierownika Działu
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

mgr inż. *Janek Banaszak*

REFERENT
ds. Zamówień Publicznych

Małgorzata Cierpka

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. M. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
Infolinia 45 95 95 454
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl
NIP 8951645574, REGON 000977893
www.wssk.wroc.pl

