



Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza^A
w Chojnicach

89-600 Chojnice, ul. Leśna 10

tel. centrala (0 52) 39 56 500

tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569

e-mail: szpital@chojnice.pl

www.szpital.chojnice.pl



Chojnice, dnia 2 listopada 2022 r.

N/znak: FZAP-380-1/20/22

Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt 2 na dzierżawę automatycznego analizatora parametrów fizykochemicznych moczu wraz z analizatorem zastępczym oraz zakup odczynników, testów paskowych, płynów płuczących, kontrolnych i akcesoriów potrzebnych do pracy analizatorów przez okres 48 miesięcy.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami w niniejszym postępowaniu:

Pytanie nr 1:

Dot. p. 8 Wymiary Probówek:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora współpracującego z probówkami o wysokości (długości) 95-106mm i szerokości 16mm? Probówki o takich wymiarach są uniwersalnym produktem, powszechnie stosowanym w badaniu ogólnym moczu oraz są szeroko i łatwo dostępne u różnych dostawców sprzętu laboratoryjnego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora współpracującego z probówkami o wysokości (długości) 95 – 106 mm i szerokości 16 mm. Zamawiający zwraca się o naniesienie w/w zmiany w załączniku nr 3 do SWZ.

Pytanie nr 2:

Dot. p. 12. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zewnętrznego czytnika kodów kreskowych, w przypadku gdy oferowany analizator posiada wewnętrzny czytnik kodów kreskowych i nie wymaga czytnika zewnętrznego?

Odpowiedź:

Dot. pkt.12 Zamawiający nie odstępuje od wymogu dostarczenia zewnętrznego czytnika kodów kreskowych, służącego tylko i wyłącznie do powielania kodu kreskowego z próbki macierzystej materiału biologicznego i wydrukowania go za pomocą posiadanej drukarki DymoLabel celem oklejenia próbki do analizy.

Pytanie nr 3:

Pkt 40 - Co zamawiający rozumie pod pojęciem dla wymogu stołu „jeżeli (analizatory) tego wymagają”? Czy, o ile zamawiający dysponuje odpowiedniej wielkości blatem pod wymiar analizatora (gł: 68,6 cm, szer: 63,5 cm), czy w dalszym ciągu wymaga dostarczenia stołu?

Odpowiedź:

Dot. pkt.40 Zamawiający podtrzymuje zapis w SWZ.

Pytanie nr 4:

Pytanie do wzoru umowy: Prosimy o możliwość indeksacji (podniesienia) cen w trakcie trwania umowy o wskaźnik inflacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zmiany przewidziane w umowie określa § 1 ust. 4 wzoru umowy (Załącznik nr 9 do SWZ).

Pytanie nr 5:


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie analizatora z 2017r, po pełnym przeglądzie, udokumentowanym certyfikatem?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie analizatora zastępczego z 2017 roku produkcji, natomiast analizator główny, zgodnie z SWZ z rokiem produkcji nie starszym niż 2019.

Zgodnie z art. 286 ust. 7 Pzp dokonana zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z poważaniem


Z-ca DYREKTORA
dla ekonomicznych
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicz
w Chornicach
Monika Frymark-Fifielska