

Wymiana modemu 3G na modem Multitech 4G w ilości 3 szt. w defibrylatorach LifePak 15.

Postępowanie dot. dostawę, montaż, uruchomienie wraz z konfiguracją i przesłaniem potwierdzonej teletransmisji testowej.

Sprzęt ten musi spełniać minimalne warunki:

- Modem umożliwiający wykonanie teletransmisji z urządzenia LifePak 15 za pomocą sieci komórkowej do systemu Lifenet.
- Modem, który zapewnia bezpieczne przesłanie danych z urządzenia LifePak wraz z parametrami oraz danymi pacjenta.
- Modem ten zapewni możliwość przesłania danych z każdego miejsca, w którym ma dostęp do sieci komórkowej.
- Umożliwia również codzienną aktualizację stanu gotowości urządzenia LifePak 15
- Modem ten posiada możliwość przesyłania danych w technologii 4G
- Urządzenie o niewielkich wymiarach które mieści się w bocznej kieszeni defibrylatora.
- Pobieranie danych do 150 Mb/s Wysyłanie do 50 Mb/s

Powyższe parametry należy traktować jako wzór spełniający minimalne wymagania. Proponowane przez Wykonawców elementy nie mogą posiadać parametrów gorszych od podanych jako wzór.

Miejsce realizacji: Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego w Złotowie, ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów, Budynek „B” - Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Termin realizacji zamówienia 14 dni od dnia ogłoszenia wyboru ofert.

Montaż/instalacja/ uruchomienie wraz z konfiguracją i przesłaniem potwierdzonej teletransmisji testowej w godzinach 7:30-14:30 w dni robocze w uzgodnionym terminie z Zamawiającym pod numerem tel. 573001760.

Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu /przesyłki /montażu/instalacji leżą po stronie wykonawcy.

Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 21 dni od dostarczenia przedmiotu zamówienia wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres.

Wykonawca zobowiązany jest dokonać wpisu w paszport techniczny wraz z przekazaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

Na sprzedany, dostarczony, zainstalowany i uruchomiony przedmiot zamówienia Wykonawca udziela 48 miesięcy gwarancji, której termin rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag.

Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone usterki lub wady zainstalowanych modemów to czynności odbioru zostaną wstrzymane do czasu usunięcia wad lub usterek. Podpisanie protokołu odbioru nastąpi niezwłocznie po usunięciu wad i usterek.

Wykonawca gwarantuje, że modemy są fabrycznie nowe (rok produkcji 2024), kompletne, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz, że do jego uruchomienia i poprawnego działania nie jest wymagany zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. (karta SIM po stronie Zamawiającego).

Wykonawca gwarantuje, że modemy są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych i aktach wykonawczych do tej ustawy.