

Wrocław, 17 października 2019r.



**4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY
z POLIKLINIKĄ SP ZOZ we Wrocławiu**

ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.76.2019

Zamawiający 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 14:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie - Pończochy przeciwzakrzepowe, uciskowe typu T.E.D. Kendall – obecnie z powodzeniem stosowane w Państwa jednostce (Specjalnie opracowany model pończochy wytwarzający optymalne ciśnienie 18 mmHg w okolicy stawu skokowego, 14 mmHg w okolicy podudzia, 8 mmHg w okolicy kolana, 10 mmHg w połowie długości uda i 8 mmHg w górnej części uda pozwalający na wzrost przepływu krwi o 138% i zmniejsza zastój żylny; brak efektu „stazy” wynikający z niepełnego zamknięcia opaski elastycznej w górnej części uda) para w pojedynczym opakowaniu, kombinacje rozmiarów: S, M, L, i długości: krótkie, średniej długości, długie, posiadające 18 rozmiarów pakowane po 6 par z danego rozmiaru.

Odpowiedź na pytanie nr 1: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 9:

Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gąbki hemostatyczne posiadały w instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii? Potwierdzenie parametrów w instrukcji użytkowania jest istotne z tego względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez jednostkę certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak CE. Instrukcja stanowi również dokument, który obowiązkowo należy przedłożyć w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 9:

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 9:

Czy Zamawiający ma na myśli gąbki hemostatyczne o jednorodnej porowatości, wykonane z żelatyny wieprzowej i upłynniające się w ciągu 3-5 dni?

Odpowiedź na pytanie nr 4: Zgodnie z SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

Z upoważnienia
KOMENDANTA
4. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ
SP ZOZ im. Władysława
Majki
mgr. inż. S. TRAK.....
(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)