



znak: D25C/251/N/43-81rj/24

Wejherowo, dnia 18.11.2024 r.

D.25C/250/760/2024

wg rozdzielnika

I. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na **SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ GENETYCZNYCH METODĄ RT PCR WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU ORAZ DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I PODŁOŻY RÓŻNEGO RODZAJU DLA LOKALIZACJI W WEJHEROWIE**, znak: **D25C/251/N/43-81rj/24**, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy parametrów granicznych Aparatu PCR, pkt 7:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wymagań dotyczących liczby modułów z 8 na 4? Kalkulacja wskazuje, iż urządzenie 4 modułowe jest w pełni wystarczające do wykonywania podanej w formularzu asortymentowo-cenowym ilości badań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

2. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy projektu umowy § 5 pkt 2.

Czy Zamawiający dopuści dodatkowo notę kredytową jako formę uznania reklamacji poza wskazanymi w ustępie formami uznania reklamacji? Nota kredytowa na 1 czy 2 szt. testu jest najwygodniejszą formą szybkiego rozpatrzenia reklamacji i zwrotu kosztów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

4. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Zad. 3. Czy Zamawiający w pozycji nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża w probówkach o średnicy 15mm i wysokości 113mm, zabezpieczane zakręcanym korkiem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

5. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Zad. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach nr: 1, 10-12, 16, 19-21 podłoża w probówkach w opakowaniach jednostkowych po 50 sztuk?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

6. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Zad. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża na płytkach w opakowaniach jednostkowych po 10 sztuk?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę. W takiej sytuacji w poz. 8 i 17 Zamawiający wymaga wyceny łącznej ilości asortymentu 0,6 op.



7. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Zad. 3. Czy Zamawiający w pozycjach nr: 2, 4-7, 13-14, 18 wyrazi zgodę na zaferowanie podłoża z terminem ważności 3 miesięcy od daty produkcji i minimum 11 tygodni od daty dostawy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

8. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Zad. 3. Czy Zamawiający w pozycjach nr: 8, 17 wyrazi zgodę na zaferowanie podłoża z terminem ważności 6 miesięcy od daty produkcji i minimum 5 miesięcy od daty dostawy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

9. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Zad. 3. Czy Zamawiający w pozycji nr: 9 wyrazi zgodę na zaferowanie podłoża z terminem ważności 45 dni od daty produkcji i minimum 5 tygodni od daty dostawy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

10. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Zad. 3. Czy Zamawiający w pozycji nr: 15 wyrazi zgodę na zaferowanie podłoża z terminem ważności 49 dni od daty produkcji i minimum 6 tygodni od daty dostawy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

11. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Zad. 3. Czy Zamawiający w pozycjach nr 3 i 19 wyrazi zgodę na zaferowanie podłoża które nie są przeznaczone do diagnostyki in Vitro w związku z tym nie istnieje obowiązek ich rejestracji w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

12. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Zad. 3. Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedłożył razem z ofertą zakres akredytacji laboratorium badawczego wg ISO 17025 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdzające jakość wykonywanych badań?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zgodnie z zapisami SWZ (rozdz. VIII pkt. 1 ppkt 1.7) dla zad. 3 poz. 1,9, 19 wymaga złożenia wraz z ofertą „Certyfikat PN-EN ISO/IEC 17025 potwierdzający pracę laboratorium kontroli jakości producenta”.

13. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Zad. 3. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia próbek do oferty w przypadku gdy Zamawiający pracował już na tych produktach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

II. Zamawiający – Szpital Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, dokonuje zmiany treści SWZ, poprzez poprawienie omyłki pisarskiej w Specyfikacji Warunków Zamówienia w rozdziale XII, pkt 6.

Jest:

Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu na konto: Szpital Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni PKO Bank Polski S.A. **12 1440 1101 0000 0000 1722 8177** lub **12 1440 1101 0000 0000 0686 4309** z dopiskiem wadium do postępowania nr D25C/251/N/43-81rj/24



- 2) gwarancjach bankowych;
- 3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 419).

Powinno być:

Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu na konto: **Szpital Pomorski Sp. z o.o. w Gdyni PKO Bank Polski S.A. 12 1440 1101 0000 0000 0686 4309 z dopiskiem wadium do postępowania nr D25C/251/N/43-81rj/24**

- 2) gwarancjach bankowych;
- 3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 419).

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

**KOORDYNATOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**


mgr Monika Klause

