



SZPITAL PUCKI SP. Z O.O.  
84-100 Puck, ul. 1 Maja 13A

SEKRETARIAT PREZESA ZARZĄDU  
Tel. 58 690-43-00, faks 58 333-40-91  
mail: sekretariat@szpitalpucki.pl



Puck, dn. 06.03.2023 r.

**dotyczy: w trybie podstawowym bez negocjacji w postępowaniu na sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych, znak ZP/05/2023**

Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

L.p.	Pytanie Wykonawcy	Wyjaśnienie
1.	<b>Zakres 9 poz. 1</b> Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu spełniającego wymagania opisu przedmiotu zamówienia w opakowaniach `a 1 l z fabrycznie zamontowanym spryskiwaczem.	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu spełniającego wymagania opisu przedmiotu zamówienia w opakowaniach `a 1 l z fabrycznie zamontowanym spryskiwaczem.
2.	<b>Zakres 9 poz. 2</b> Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu gotowego do użycia o właściwościach myjąco dezynfekujących. Na bazie nadtlenu wodoru i czwartorzędowych związków amoniowych. Nie podrażniający dróg oddechowych, pozbawiony substancji zapachowych, barwiących, chloru. Nie wymagający spłukiwania. Przebadany zgodnie według EN, w tym wg EN 16615. Skuteczny wobec: B (EN 13727), F (EN 13624), V (EN 14476 Polio, Adeno, Noro) ,Tbc (EN 14348), S (EN 13704, EN 17126) w czasie max 1 min. Możliwość stosowania do inkubatorów. Wysoka kompatybilność ze stałą nierdzewną, silikonem, szkłem, ceramika, materiałami porcelanowymi, akrylem, polimerem, poliwęglanem, polistyrenem, HDPE, plastikiem, PCV. Wyrób medyczny kl. IIa, konfekcjonowany w op. 1l ze spryskiwaczem oraz kanister `a 5 l	Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.
3.	<b>Zakres 9 poz. 2</b> Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania opakowań 750 ml ze spryskiwaczem z przeliczeniem ilości oraz kanister 5l.	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowań 750 ml ze spryskiwaczem z przeliczeniem ilości oraz kanister 5l.
4.	<b>Zakres 23</b> Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania nawilżanych jednorazowych rękawic przeznaczonych do mycia skóry całego ciała bez użycia wody, nie wymagających spłukiwania; możliwość stosowania do wszystkich rodzajów	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic opisanych w pytaniu. W takim przypadku należy zastosować w formularzu cenowym

	skóry także u osób obłożnie chorych, bez barwników, nie alergizujące, przebadane dermatologicznie; wartość pH 4 , istnieje możliwość podgrzewania wyrób medyczny kl. I (vat 8%).	właściwą stawkę VAT.
5.	Zakres 12 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania preparatu gotowe do użycia chusteczki o działaniu sporobójczym. Przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni wyrobów medycznych .Nie zawierające w składzie pochodnych amin, QAC, aldehydów, fenolu, chloru oraz ich pochodnych. Oparte na bazie aktywnego chloru, nie wymagające aktywacji. przebadane w/g norm : B (EN 13727), F (EN 13624), S (EN 17126), Tbc (EN 14348), V (EN 14476). Chusteczki o spektrum bójczym: B (w tym, MRSA) F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Noro, Polio) do 15 min., S - C. difficile, B. subtilis, B. cereus do 15 min Opakowanie 50 szt. chusteczek o wymiarach min. 20x19,5 cm. Okres przydatności po otwarciu nie mniej niż 28 dni. Wyrób medyczny kl. IIa.	Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Z poważaniem

Członek Zarządu  
Iwona Topka

Wyk. K.T.

Data wyk.: 06.03.2023 r.