



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 22.07.2024 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 20/2024

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą pojemników do przechowywania gazów dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 1

1. Podpisanie umowy

Czy Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, podpisaną przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowany podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Uzasadnienie (Interpretacja UZP):

<https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/interpretacje/pytania-instytucji-kontrolujacych/czy-zgodnie-z-przepisami-nowej-ustawy-pzp-mozna-zawrzec-umowe-w-formie-elektronicznej,-czyli-w-postaci-elektronicznej-opatrzonej-kwalifikowanym-podpisem-elektronicznym-2020-12-04>

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Załączniki nr 4 Projektowane postanowienia umowy – dla zadania nr 1 § 4 GWARANCJA., ust.3.

Czy Zamawiający dopuszcza przyjazd serwisu w ciągu maksimum 24 godzin od telefonicznego zgłoszenia?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na przyjazd serwisu w ciągu maksimum 24 godzin od telefonicznego zgłoszenia.

3. Załączniki nr 4 Projektowane postanowienia umowy – dla zadania nr 1 § 4 GWARANCJA., ust.5.

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę tlenu w ciągu 48 godzin od zgłoszenia awarii?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dostawę tlenu w ciągu 48 godzi od zgłoszenia awarii.

4. Załączniki nr 4 Projektowane postanowienia umowy – dla zadania nr 1 § 4 GWARANCJA., ust.5.

Prosimy o modyfikację zapisu w celu doprecyzowania odpowiedzialności Stron w przypadku awarii:

„Wykonawca zapewnia na czas naprawy zbiornika tlenu zbiornik zastępczy lub dostawy tlenu w innych opakowaniach w ciągu maksymalnie ... godzin od zgłoszenia awarii. W przypadku awarii spowodowanej z winy Zamawiającego, Zamawiający pokryje koszty dostawy zbiornika oraz ciekłego tlenu w zbiorniku zastępczym lub koszty dostawy tlenu medycznego butlach.”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na modyfiakcję.

5. Załączniki nr 4 Projektowane postanowienia umowy- dla zadania nr 2 § 1 PRZEDMIOT UMOWY, ust. 2

Czy Zamawiający dopuszcza dostawy gazów medycznych i technicznych w butlach do Magazynu Gazów, tzw. „tlenowni” Szpitala?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

6. Załącznik nr 4 Projektowane postanowienia umowy - dla zadania nr 2 § 1 PRZEDMIOT UMOWY ust.2

Prosimy o modyfikację zapisów poprzez wykreślenie trzeciego myślnika w ust 2.

„Szkolenie personelu w zakresie korzystania z zamontowanych urządzeń.”

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960
tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02
www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Informacją dotyczącą sposobu obchodzenia się z butlą jest karta charakterystyki.

Odp. Zamawiający dokonuje modyfikacji projektowanych postanowień umowy poprzez wykreślenie trzeciego myślnika.

7. Załącznik nr 2 do SWZ, Formularz Ofertowy, Zadanie nr 2, Tabela nr 1, lp. 6.

Ze względu na różnicę w budowie butli, prosimy o uściślenie czy butla dwutlenku węgla technicznego ma być butlą z kapilarą czy bez?

Odp. Butla bez kapilary.

8. Załącznik nr 2 do SWZ, Formularz Ofertowy, Zadanie nr 2, Tabela nr 1, lp. 7.

Ze względu na różnicę w budowie butli, prosimy o wskazanie przez Zamawiającego do jakich celów będzie wykorzystywany dwutlenek węgla medyczny (do laparoskopii czy krioterapii)?

Odp. Dwutlenek węgla do zabiegów laparoskopowych.

9. Załącznik nr 2 do SWZ, Formularz Ofertowy, Zadanie nr 2, Tabela nr 1, lp. 8.

Czy Zamawiający ma na myśli podtlenek azotu medyczny?

Odp. Tak, Zamawiający potwierdza.

10. Załącznik nr 2 do SWZ, Formularz Ofertowy, Zadanie nr 2, Tabela nr 1, lp. 9.

Ze względu na specyfikę napełniania butli acetylenowych, prosimy Zamawiającego o określenie ile kilogramów acetyleny ma zawierać butla 40l? (np. 6kg / 7kg / 8 kg)

Odp. 7 kg.

11. Załącznik nr 2 do SWZ, Formularz Ofertowy, Zadanie nr 2, Tabela nr 1, lp. 10.

Czy Zamawiający ma na myśli powietrze sprężone w butli 40l?

Odp. Zamawiający potwierdza.

12. Załącznik nr 2 do SWZ, Formularz Ofertowy, Zadanie nr 2, Tabela nr 1, lp. 11.

Czy Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia, ma na myśli powietrze sprężone medyczne w butli 50l?

Odp. Zamawiający potwierdza.

13. Załącznik nr 2 do SWZ, Formularz Ofertowy, Zadanie nr 2, Tabela nr 1, lp. 12.

Czy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia ma na myśli butlę argonu o czystości 5.0 oraz pojemności 5l?

Odp. Zamawiający potwierdza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ wraz z modyfikacją załącznikami nr 1 i 4 do SWZ.

Załączniki po modyfikacji zostały zamieszczone na platformie zakupowej.

IB 91/ 810 59 82

KOMENDANT

Z upoważnienia

KOMENDANTA

**109. SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ
SPZOZ w Szczecinie**

**ppłk mgr farm. Jacek SYPKO
Zastępca Komendanta**

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl