

Lubań, dnia 13 lipca 2023 r.

### **Wszyscy Wykonawcy**

#### **PYTANIA I WYJAŚNIENIA Nr 1**

**do zapytania ofertowego nr ZP/ZAP\_OFER/4/2023 na  
„Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych (odczynników) oraz dzierżawą analizatora  
koagulologicznego dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.”**

Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych (odczynników) oraz dzierżawą analizatora koagulologicznego dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o. wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

#### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści analizator, który stanowi w obowiązkowej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej grupę porównawczą mniejszą niż 50 laboratoriów? Aby ustalić oddzielną porównawczą grupę analizatorów w kontroli łódzkiej potrzeba jest 6 analizatorów.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie analizatora w języku angielskim, ale z wyjaśnieniem w instrukcji polskiej? Oprogramowanie jest intuicyjne, obsługiwane za pomocą obrazkowych ikon.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści analizator z komputerem zewnętrznym (nie wbudowanym)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PREZES ZARZĄDU**

**KRZYSZTOF KONOPKA**