



Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie



Kraków, dn. 13.06.2024 r.

L.dz.DZiK-DZP.2921.38.2024

Do Uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) pn. **Zakup i dostawa aparatury laboratoryjnej oraz sprzętu weterynaryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie**, nr zamówienia: **DZiK-DZP.2921.38.2024**.

Zamawiający - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że w dniu 12.06.2024 r. wpłynął wniosek Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia **w zakresie zadania nr 2 – myjka ultradźwiękowa**.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę:

- a) wymiarach wanny 220 / 120 / 95 (H) mm
- b) o częstotliwości 37 kHz?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający:

- a) **dopuszcza** myjkę o wymiarach wanny 220/120/95 (H) mm,
- b) **nie dopuszcza** o częstotliwości 37 kHz



Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie



UNIWERSYTET ROLNICZY
im. Hugona Kollataja w Krakowie

Pytanie nr 2

Czy dopuści możliwość ustawiania czasu pracy i temperatury za pomocą pokrętła?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający **dopuszcza** możliwość ustawiania czasu pracy i temperatury za pomocą pokrętła.

Pytanie nr 3

Czy zrezygnuje z konieczności uruchomienia/ instalacji oraz szkolenia pracownika? Myjka ultradźwiękowa jest urządzeniem prostym w obsłudze i jej obsługa nie wymaga specjalnych umiejętności - dysponujemy instrukcją obsługi w języku polskim oraz zapewniamy zdalne wsparcie techniczne w razie pytań?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający **wyraża zgodę na rezygnację z uruchomienia/instalacji i szkolenia pracownika.**

Kanclerz

mgr /-/ Marcin Gałan