



SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL KLINICZNY NR 1
IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO
Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach

Znak sprawy: ZP/28/PN/2023

Zabrze, dnia 28.06.2023r.

Dyrektor

dr n. med.

Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT

fax: (32) 370 45 22

sekretariat@szpital.zabrze.pl

BIURO OBSŁUGI PACJENTA

tel.: (32) 370 45 31

tel.: (32) 370 45 07

www.szpital.zabrze.pl

MODYFIKACJA SWZ NR 3

WYKONAWCY ZAINTERESOWANI POSTĘPOWANIEM

Dot.: Modyfikacji SWZ nr 1 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca dla torakochirurgii na lata 2023-2024 oraz Zakup monitora parametrów hemodynamicznych**”

Zamawiający informuje iż na podstawie art. 137 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710) **modyfikuje treść SWZ tj. załącznik nr 1a oraz załącznik nr 6 w zakresie zadania nr 5.**

z up. **DYREKTORA**
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Adam Strzyżewski



SPECJALISTA


Katarzyna Brzoza

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

ZADANIE NUMER 5 – NÓŻ HARMONICZNY								
L.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent	Nr Katalogowy
1	NÓŻ HARMONICZNY	1						

ZADANIE NUMER 5

**Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze**

Wykonawca:

.....

(pełna nazwa/firma, adres,

w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa

do reprezentacji)

**POTWIERDZENIE WYKONAWCY W PRZEDMIOCIE SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANE
DOSTAWY WYMAGAŃ WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

Nóż harmoniczny – 1 sztuka

	INFORMACJE PODSTAWOWE
Pełna nazwa urządzenia, typ lub model	
Producent, podać pełną nazwę i adres	
Kraj i rok produkcji	
Urządzenie fabrycznie nowe	

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Wykonawca winien uzupełnić: 1. parametr oferowany; 2. wskazać nr strony, na której w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzone jest spełnienie parametru; Jednocześnie Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien wyraźnie wskazać przy opisywanym parametrze nr liczby porządkowej parametru wymaganego z niniejszego formularza. W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego;
	Nóż harmoniczny– 1 sztuka	TAK - podać nazwę handlową, model oraz producenta	

PARAMETRY OGÓLNE			
1.	Generator noża harmonicznego - 2 szt.	TAK	
2.	Wózek do generatora w kształcie litery 'H' z uchwytami z przodu i z tyłu, zaopatrzony w szufladę – 1 sztuka	TAK	
3.	Przetwornik piezoelektryczny (o zakresie częstotliwości pracy 55.6 kHz +/- 1kHz oraz amplitudzie 40µm-95µm) do użytku ze skalpelami typu pistoletowego o długościach trzonu 22cm, 35cm oraz 45cm i o dwóch długościach zakrzywionej branszy aktywnej 15,4mm oraz 17,5 mm - 3 sztuki	TAK	
4.	Przetwornik piezoelektryczny (o zakresie częstotliwości pracy 55.6 kHz +/- 1kHz oraz amplitudzie 40µm-95µm) do użytku ze skalpelami typu nożycowego o długości 9cm oraz 17cm z zakrzywioną branszą aktywną o długości 17,0mm – 1 sztuka	TAK	
5.	Końcówka noża harmonicznego typu pistoletowego o długości 35 cm – 122 sztuki	TAK	
6.	Końcówka noża harmonicznego typu pistoletowego o długości 45 cm – 30 sztuk	TAK	
7.	Końcówka noża harmonicznego typu pistoletowego o długości 22 cm – 15 sztuk	TAK	
8.	Końcówka typu nożycowego 9 cm – 5 sztuk	TAK	
9.	System posiadający ekran dotykowy	TAK	
10.	Polska wersja językowa oprogramowania	TAK	
GWARANCJA			
11.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK	