



Dz. Z. P. 31/²⁸/19

Poznań, dnia 28.08.2019 r.

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej równowartości kwoty
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień
publicznych na dostawę wyrobów medycznych**

WYJAŚNIENIE NR 3 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2018 r poz. 1986) powyżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Zestaw nr 1

1. Czy Zamawiający dopuści narzędzia jednorazowe o parametrach:

41.pkt. 3

Pinceta **anatomiczna prosta dł. 14,5cm**, standardowa, sterylna, jednorazowego użytku, wykonana z matowanej jedwabiście stali, znak jednorazowego użycia umieszczony po obu stronach każdego narzędzia. Pakowane pojedynczo w opakowanie typu papier/folia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

41 pkt. 5

Nożyczki **chirurgiczne ostro-ostre proste dł. 11cm** typu Iris, sterylne, jednorazowego użytku, wykonane z matowanej jedwabiście stali, znak jednorazowego użycia umieszczony po obu stronach każdego narzędzia. Pakowane pojedynczo.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

41 pkt. 6

Nożyczki **chirurgiczne ostro-ostre zgięte dł. 11cm** typu Iris, sterylne, jednorazowego użytku, wykonane z matowanej jedwabiście stali, znak jednorazowego użycia umieszczony po obu stronach każdego narzędzia. Pakowane pojedynczo.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Ponadto,

2. Czy Zamawiający wydzieli pkt. 8 z części nr 41 w osobny pakiet, co umożliwi złożenie oferty większej ilości firmom które oferują narzędzia medyczne ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pkt. 8 z części nr 41, zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 8 części 41 serwetę sterylną, chłonna, bezpyłową, nieprzemakalną, z włókniny laminowanej folią, rozmiar: 45 x 45 cm ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zestaw nr 2

Część nr 28

Pozycja 1. - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania niewzmocnionych pasków do łączenia brzegów skóry, zamykania ran, sterylnych, w rozmiarze 6 mm x 76 mm w opakowaniu 50 x (1 x 3) sztuki?





**GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
SZPITAL KLINICZNY
UNIwersytetu Medycznego**

Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33, 60-535 Poznań

NIP: 781-16-21-484
REGON: 000288840
KRS: 0000002866

www.gpsk.ump.edu.pl

Odpowiedź:

W/w asortyment jest przedmiotem zamówienia w części 54. Zamawiający dopuszcza w części 54 zaoferowanie niewzmocnionych pasków do łączenia brzegów skóry, zamykania ran, sterylnych, w rozmiarze 6 mm x 76 mm w opakowaniu 50 x (1 x 3) sztuki z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości.

WZÓR UMOWY

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 lit. b) i c) wzoru umowy wyrażenie „10% wartości umowy brutto” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej części umowy brutto”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Zgodnie z wzorem umowy – załącznikiem nr 3 do SIWZ.

Zestaw nr 3

Pakiet 9

Czy Zamawiający dopuści ściereczki z włókniny pakowane podwójnie?
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 52

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie poniższego rozwiązania:

Laparoskopowy worek do ekstrakcji występujący w rozmiarze: 10 mm 130 mm x 180 mm- 600 ml. Długość ramienia 33 cm. Worek z przewodnicą, mocowany samo zaciągającą nicią, zsuwany z samo rozprężalnego pierścienia. Podwójne, wzmocnione dno. Worek pakowany po 5 szt.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zestaw nr 4

Pytanie 1

Część nr 9

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ściereczek pakowanych a'2 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zestaw nr 5

pakiet 35

Czy Zamawiający dopuści wymazówkę sterylną w probówce transportowej bez podłoża, aplikator z tworzywa z wacikiem bawełnianym/ wiskozowym zakończony korkiem który zamyka probówkę. Średnica główki wymazówki ok. 5 mm, długość wymazówki ok. 150mm z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Dyrektor Szpitala

Dr Maciej Sobkowski



CERTYFIKAT 2019/26

Dział Zamówień Publicznych
tel. 61 841 95 15
e-mail: aszczeblovska@gpsk.ump.edu.pl



PN-EN ISO 9001:2015-10
PN-EN ISO 22000:2006