



DZP- 24/2021

Bytom, dnia 23.09.2021 r.

## WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. **”Zakup biometru optycznego dla Oddziału Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”**.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu (zwany dalej Zamawiającym), w związku z zadanymi pytaniami wyjaśnia i zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) w sposób następujący:

### **Pytanie 1**

dotyczy SWZ pkt VII Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do np. 8 tygodni?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia treść Rozdziału VII SWZ w ten sposób, że:

„Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 42 dni od dnia zawarcia umowy”.

### **Pytanie 2**

Dotyczy wzoru umowy par. 10 pkt. 5 Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji do 3 dni roboczych, pozostałe zapisy bez zmian.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu reakcji do 3 dni roboczych. W związku z czym § 10 ust. 5 projektowanych postanowień umowy (dalej ppu), stanowiących Załącznik Nr 5 do SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

*„Strony ustalają, że czas reakcji Wykonawcy po zgłoszeniu awarii, tj. przystąpienia do naprawy wynosi do 3 dni roboczych, w dni robocze licząc od dnia zgłoszenia usterki. Zgłoszenie następuje drogą mailową na adres: .....”*

### **Pytanie 3**

Dotyczy wzoru umowy par 10 pkt 6 i pkt 7 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego. Naszą prośbę uzasadniamy tym że urządzenie tak wysokiej klasy nie da się z przyczyn logistycznych dostarczyć w tak krótkim czasie jaki jest przewidziany.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego. Równocześnie Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu „o parametrach

nie gorszych niż wskazano w Opisie przedmiotu zamówienia” z § 10 ust. 6 i ust. 7. W związku z czym § 10 ust. 6 i 7 ppu, stanowiących Załącznik Nr 5 do SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Strony ustalają, że usługa naprawy zostanie przez Wykonawcę zrealizowana nie później niż w czasie 5 (pięciu) dni roboczych licząc od upływu terminu przystąpienia do naprawy, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej. W przypadku dostarczenia Urządzenia zastępczego, usługa naprawy zostanie zrealizowana nie później niż w czasie 15 (piętnastu) dni roboczych.

7. Strony ustalają, że w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych, usługa naprawy zostanie przez Wykonawcę zrealizowana w terminie do 15 (piętnastu) dni roboczych licząc od upływu terminu przystąpienia do naprawy. W takim przypadku Wykonawca zagwarantuje dostarczenie Urządzenia zastępczego”.

#### **Pytanie 4**

Zwracamy się z zapytaniem dotyczącym załącznika nr 2 pkt. 7 i pkt 9 tabeli „Parametry”.

Czy Zamawiający dopuści aparat bez pomiaru tylnej powierzchni (krzywizny) rogówki? Aparat posiada możliwość późniejszej rozbudowy o tą funkcję wraz z równoczesną możliwością uwzględniania tego pomiaru w kalkulacji soczewek. Pozostałe opisy parametru technicznego bez zmian.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

Równocześnie Zamawiający zmienia zapisy dotyczące zasad odstąpienia od umowy przewidziane w ppu. W załączeniu ppu uwzględniające wskazane powyżej zmiany.

Zmianie ulegają następujące zapisy SWZ:

Rozdział XX SWZ pkt. 1: „Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia: **28 września 2021 r. do godz. 9.00**”.

Rozdział XXI SWZ: „Termin związania ofertą wynosi: **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu: **27 października 2021 r.**”

Rozdział XXII pkt 1: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28 września 2021r. o godzinie 9:05**, w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z platformazakupowa.pl złożonych ofert”.

**P.O. Z-CY DYREKTORA**  
dla I. Kuchnicka  
SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
Nr 4 w Bytomiu

dr n. med. *Janusz Kuśmierz*

.....  
ZATWIERDZAM