



LAS-150/1-PN/53-2019

Rybnik, dnia 03.06.2019 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych dla Pracowni Hemodynamik
(zamówienie nr LAS-150-PN/53-2019)
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
z dnia 13.05.2019 r., nr 2019/S 091-218465

W związku z wniesionym zapytaniem, zamawiający udziela poniższej odpowiedzi.

Pytanie 1: „Pakiet nr 1: Czy Zamawiający dopuści cewnik balonowy w systemie RX, o ciśnieniu nominalnym 7 atm, ciśnieniu RBP 14 atm, w dostępnych długościach: 6, 10, 15, 20, 25, 30 [mm] oraz średnicach: 1.25, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 [mm]?”

Odpowiedź 1: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

Ponieważ warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert oraz wnoszenia wadium wyznaczony do dnia 18.06.2019 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272