

Kraków, dn. 12.08.2024r.

wg rozdzielnika

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271.25.2024

Przetarg nieograniczony pn. „**Sukcesywna dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku**”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA_1

I. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na następujące pytania:

PYTANIA I

Pakiet 4, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a'1szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe szybkowiązące wykonane z gazy bawełnianej pokrytej obustronnie min. 94% gipsem naturalnym nawinięte na plastikowy trzpień, nie absorbująca promieni RTG, wymagana temperatura wody do zanurzenia opaski to 20 stopni Celsjusza, czas zanurzenia około 5sekund, czas wstępnego wiązania do 5-6 minut, całkowite usztywnienie 24h?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

PYTANIA II

Pakiet nr 2

Pozycja nr 5 Czy zamawiający dopuści gazę sterylną, pozostałe parametry wg. SWZ?

Odpowiedź: Gaza sterylna wymagana jest w poz. 4. Pozycja nr 5 zgodnie z SWZ.

Pozycja nr 6-9 Czy zamawiający dopuści kompresy niejałowe sklasyfikowane w klasie I reguła 4, ponieważ zgodnie z nową normą MDR, która weszła w życie 26.05.2021 i reklasyfikowała produkty, które były objęte klasą IIa reguła 7, do klasy I reguła 4, prosimy o odstąpienie od wymogu klasyfikacji kompresów klasa IIa reguła 7. Produkty z dniem wejścia w życie MDR muszą spełnić wymogi zgodne z rozporządzeniem. Jeśli zamawiający nie odstąpi od wymogu klasa IIa reguła 7, proszę o argumentację podjętej decyzji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pozycja nr 13 Czy zamawiający dopuści Kompres włókninowy, sterylny, 40g/m², 16warstw, rozmiar po złożeniu 12,5cm x 12,5cm, rozmiar całkowity po rozłożeniu 50cm x 50cm? Pozostałe parametry wg. SWZ

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Wymagane rozmiary 7,5cm x 10cm, po rozłożeniu 30cm x 40cm.

Pozycja nr 16 Czy zamawiający dopuści Pampersy dla dzieci od 5-9 kg?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ- dla dzieci o masie 4 kg będą za duże, wymagane od 4-9 kg obejmą większy zakres dzieci.

Pozycja nr 17 Czy zamawiający dopuści Pampersy dla dzieci od 8-14 kg?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ – dla dzieci o masie 16 kg będą za małe, wymagane od 7 – 16 kg obejmą większy zakres dzieci.

Pozycja nr 18 Czy zamawiający dopuści pieluchomajtki na rzepy dla dorosłych rozmiar M - obwód 75-110 cm x 30 szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pozycja nr 19 Czy zamawiający dopuści peluchomajtki na rzepy dla dorosłych rozmiar rozmiar S – obwód 55-80 cm x 30 szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pozycja nr 20-23 Czy zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dorosłych zapinane na rzepy ?
Nawiązując do wyroku KIO z dnia 4 czerwca 2020 r. (KIO 505/20) prosimy o udzielenie rzetelnych i precyzyjnych wyjaśnień na zadane powyższe pytania. Zgodnie z przytoczonym wyrokiem, Zamawiający nie może pozostawić pytań Wykonawcy bez merytorycznej odpowiedzi, np. poprzez udzielenie odpowiedzi „zgodnie z SWZ”, gdyż odpowiedź taka nie rozwiewa wątpliwości Wykonawcy i może prowadzić do złożenia oferty niespełniającej wymagań Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIA III

Pakiet nr 1

Pozycja nr 6 i 11 Przedmiotowy opis sugeruje ten sam produkt, czy doszło do pomyłki pisarskiej przy tworzeniu opisu ?

Odpowiedź:

Pozycja nr 6: Opatrunek, który punktowo ma naniesiony hydrożel zawierający 2% glukonian chlorheksydyny.

Pozycja 11 : Opatrunek składa się z folii poliuretanowej pokrytej przezroczystym klejem akrylowym z glukonianem chlorheksydyny (2% CHG) na całej powierzchni.

Pozycja nr 24 Czy Zamawiający dopuści "Przylepiec chirurgiczny ,hypoalergiczny z włókniny rozciągliwej poliestrowej ,perforowany co 5 cm bez papieru zabezpieczającego 7,6 cmx 9,1m rolka" ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pozycja nr 31 Czy Zamawiającemu wymaga rozmiar 20cm x 10m ? Opis jest nieprecyzyjny.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż doszło do omyłki pisarskiej w opisie, wymagany rozmiar to : 20cm x 10m. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść SWZ w zakresie załącznika nr 2 do SWZ i nadaje mu brzmienie jak w załączeniu do niniejszego pisma.

Pozycja nr 39 Czy Zamawiający widzieli do osobnego produktu tę pozycję, ponieważ produkt jest trudno dostępny, niemalże nieosiągalny. Wydzielenie produktu pozwoli na zachowanie procedur

konkurencyjności i umożliwi złożenie większej ilości ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.

PYTANIA IV

Pakiet nr 2

Pozycja nr 5 Czy zamawiający dopuści gazę niejałową sklasyfikowaną w klasie I reguła 4, ponieważ zgodnie z nową normą MDR, która weszła w życie 26.05.2021 i reklasyfikowała produkty, które były objęte klasą IIa reguła 7, do klasy I reguła 4, prosimy o odstąpienie od wymogu klasyfikacji gazy klasa IIa reguła 7. Produkty z dniem wejścia w życie MDR muszą spełnić wymogi zgodne z rozporządzeniem. Jeśli zamawiający nie odstąpi od wymogu klasa IIa reguła 7, proszę o argumentację podjętej decyzji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

II. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zmienia treść SWZ w zakresie:

1) Działu X SWZ pkt. 1, który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca będzie związany złożoną ofertą do dnia **19.11.2024r.**”

2) Działu XII SWZ pkt. 1, który otrzymuje brzmienie:

Ofertę na dowolnie wybraną część/pakiet do której przystępuje wykonawca wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/dzieciecyszpital> do dnia **22.08.2024r.** do godz. **09:30.**

3) Działu XII SWZ pkt. 7, który otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **22.08.2024r. o godz. 10:00.**”

Odpowiedzi do pytań i zmiana treści SWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Otrzymują:

- ✓ strona internetowa prowadzonego postępowania
- ✓ a/a

Załączniki:

- ✓ Zał. nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia – po zmianie