



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA
w GŁUCHOŁAZACH
im. św. Jana Pawła II
48-340 GŁUCHOŁAZY, ul. Mieczysława Karłowicza 40
Tel. 77 43 91 614, 40 80 155; Fax 77 43 93 861
e-mail: dyrekcja@szpitalmsw-glucholazy.pl www.szpitalmsw-glucholazy.pl
NIP 755-16-33-549 REGON 531172135



Nr sprawy DZP 2375/3/2024

Głucholazy, dn. 14.05.2024r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

dotyczy: „Dostawa myjki do bronchofiberoskopów dla SP ZOZ Szpitala
Specjalistycznego MSWiA w Głucholazach im. św. Jana Pawła II”

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Dotyczy: Załącznika nr 1.1 do SWZ – Arkusza parametrów, pozycji 7.

Czy pod pojęciem „Jednorazowe użycie środków chemicznych dedykowanych do użycia w myjniach endoskopowych wysokotemperaturowych” Zamawiający rozumie jednorazowe użycie środków aktywnie działających w zakresie temperatur 30-60° C?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 2

Dotyczy: Załącznika nr 4 - Wzoru umowy, § 5 - gwarancja, przeglądy techniczne, punktu 10

Czy ze względu na możliwość wystąpienia zagrożeń epidemiologicznych, Zamawiający zrezygnuje z konieczności dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy? 95% napraw odbywa się maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych i zazwyczaj podczas pierwszej wizyty serwisanta.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Pytanie nr 3

Dotyczy: Załącznika nr 4 - Wzoru umowy, § 5 - gwarancja, przeglądy techniczne, punktu 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w przypadku napraw wymagających sprowadzenia części spoza RP na wydłużenie terminu z 10 do 12 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

.....Kierownik Zamawiającego.....

